

Nr. inreg. 20216/01.04.2021.

UPU-SMURD				
NR.CRT	DENUMIRE PRODUS	UM	NECESAR LUNAR	SPECIFICATII
1	Test Troponina HS	BUC	600	Testele sa fie compatibile cu analizorul automat Pathfast.Toate componentele necesare efectuării testului sa fie ambalate într-un cartus reactiv gata de lucru;Sa aiba solutii de calibrare incluse in kit;Sa aiba calibrator 1 (CAL-1) Pentru 1,0 ml x 2 fiole (liofilizat);Sa aiba calibrator 2 (CAL-2) Pentru 1.0 ml x 2 fiole (liofilizat);Sa aiba diluent de calibrare 1.0 ml x 4 sticlute (lichid);Sa aiba card de calibrare cu cod de bare inclus in kit; .Testul sa poata masura troponina inalt sensibila si sa aiba o limita minima de detectie de maxim 29,0 ng/L;Sa utilizeze metoda de masurare prin chemiluminiscenta.
5	Varfuri de reactie	BUC	600	Pipete de unica folosinta, din plastic transparent;Sa fie compatibile cu cartusul reactiv utilizat de analizorul Pathfast; Sa aiba un filtru de pasla, interior, pentru prevenirea contaminarii seringilor de aspirare ale analizorului Pathfast;Sa aiba un diametru interior, superior, compatibil cu seringile de aspirare ale analizorului Pathfast; Cutiile sa fie dotate cu sistem de prevenire a contaminarii pipetelor;

Aprobat

Intocmit

As.Borbely Anisoara
Asistent sef UPU-SMURD



De acord