

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. crt	Denumire	Număr	Cantitate lunara	Necesar anual estimat	Specificatii tehnice
1	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR Metrax Primedic Defi monitor XD - Adult	set	2	24	<p>Setul sa cuprinda 2 electrozi/padelle de defibrilare, de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta.Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator, lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul METRAX PRIMEDIC DEF-MON. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot.</p> <p>Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani.</p> <p>Dimensiuni: adult.</p>
2	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR Metrax Primedic Defi monitor XD - Copil	set	1	12	<p>Setul sa cuprinda 2 electrozi/padelle de defibrilare, de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta. Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator, lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul METRAX PRIMEDIC DEF-MON. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot.</p> <p>Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani.</p> <p>Dimensiuni: copil</p>

*Intocmit,
Administrator,
NEDA DIANA*

*APROBAT
MANAGER
Dr. Dorel Sâmbăescu
Prof.
Data: 10.01.2015*

M. Dorel Sâmbăescu