

SPECIFICATIILE TEHNICE

Nr. crt	Denumire	um	Cantitate lunara	Necesar anual estimat	Specificatii tehnice
1	Electrozi defibrilare pentru defibrilator Zoll - Adult	set	20	240	<p>Setul sa cuprinda 2 electrozi/padele de defibrilare, de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta. Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator, lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul ZOLL. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani.</p> <p>Dimensiuni: adult.</p>
2	Electrozi defibrilare pentru defibrilator Zoll - Copil	set	1	12	<p>Setul sa cuprinda 2 electrozi/padele de defibrilare, de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta. Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator, lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul ZOLL. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani.</p> <p>Dimensiuni: copil.</p>

APROBAT MANAGER
PROF. UNIV. DR. [Signature]
DORCEL



INOCENTIU
ADMINISTRATOR,
NELIA MANEA

