

APROBAT MANAGER
PROF. UNIV. DR. SANDRESC DOREL

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr. crt	Denumire	Număr	Cantitate lunara	Necesar anual estimat	Specificatii tehnice
1	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR RESCUE LIFE 7	set	20	240	<p>Setul sa cuprinda 2 electrozi/padele de defibrilare, de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta. Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator, lungimea cablului de alimentare o sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul PROGETII RESCUE LIFE. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani.</p> <p>Dimensiuni: adult.</p>
2	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR RESCUE LIFE 7	set	1	12	<p>Setul sa cuprinda 2 electrozi/padele de defibrilare, de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta. Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator, lungimea cablului de alimentare o sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul PROGETII RESCUE LIFE. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani.</p> <p>Dimensiuni: copil.</p>

INTERIOR,
ADMINISTRATOR,
NESTOR - DATA: