

CAIET DE SARCINI

"KIT INITIERE POMPA DE INSULINA CU SENZORI DE MONITORIZARE CONTINUĂ A GLICEMIEI"

1. POMPA DE INSULINĂ

Caracteristici:

- compatibilă cu sistem de monitorizare glicemică continuă (sensor de glicemie) cu predicție la hipoglicemie și oprirea livrării ratei bazale în caz de hipoglicemie.
- compatibilă cu seturi de infuzie (tehnologie P-CAP) cu inserție la 30°, 45°, 90°.
- rezistentă la apă (water proof).
- Să ofere posibilitatea de:
 - o descărcare a datelor pompei într-un sistem centralizat (program informatic – software).
 - o a genera rapoarte pe baza datelor înregistrate în pompă precum și a celor oferite de senzor și glucometru.

Bolusurile pompei:

- Să ofere multiple tipuri de livrare a bolusului manual (normal, dual, prelungit)
- Opțiune pentru configurarea funcției bolus wizard.
- Să ofere posibilitatea de verificare a istoricului bolusului

Rata bazală de minim 0,025 u.i. insulină / oră.

Pompa să ofere posibilitatea de întrerupere a livrării insulinei înainte de atingerea unei valori scăzute și reluare automată a administrației ratei bazale dacă valorile concentratie de glucoză au tendință de creștere.

Alerte și alarme (luminoase și sonore):

- pentru nivel redus al insulinei din rezervor;
- pentru gradul de încarcare al bateriei ("Low battery");
- pentru situația în care fluxul de insulină este blocat;
- alerte personalizabile în funcție de nevoile fiecărui pacient în parte pentru valorile ridicate dar și pentru valorile scăzute ale glucozei obținute cu ajutorul senzorului.

Afișajul pompei:

- Afișarea senzorului (graficul și valorilor glucozei din lichidul intersticial precum și a tendințelor glicemice) pe display-ul pompei;
- Posibilitatea de notare în pompă a evenimentelor (exerciții fizice, carbohidrați ingerați, bolus-uri, valoarea glicemiei)
- Afișarea pe ecranul principal al pompei a insulinei active.

Accesoriiile pompei:

Glucometru care să comunice wireless cu pompa de insulină, folosit inclusiv pentru calibrarea senzorului.

2. CATETERE compatibile cu pompa de insulină

Descriere:

- Set de infuzie (cateter) inserție la 30°, 45° sau 90° compatibil cu pompa de insulină
- Mod de conectare a setului de infuzie cu rezervorul pompei cu tehnologie tip P-CAP.

- Sa dispună de o canulă flexibilă aplicabilă foarte sigur și ușor. (Canula reprezintă un dispozitiv care se introduce în țesutul subcutanat al pacientului și prin care insulină ajunge la pacient).
- Se aplică cu serter specific; la locul inserției în țesutul subcutanat să se poată decupla având un căpăcel de protecție inclus în ambalaj.

Mod de ambalare:

- ambalate steril, individual, în cutie de 10 seturi (10 sisteme de inserție cu canulă, 10 seturi de transfer) + instrucțiuni de utilizare.

3. REZERVORUL POMPEI cu capacitate de 300 u.i. insulină.

Descriere:

- Rezervoare compatibile cu pompa de insulină cu sistem de monitorizare glicemică continuă
- Rezervorul să dispună, pentru atașarea cateterului, de tehnologie P-CAP.
- volumul rezervorului de insulină = minim 3 ml (minim 300 UI).
- Sunt seringi din plastic pe care pacientul le umple manual cu insulină.
- Recipientul să fie transparent și gradat pentru a permite vizionarea cantității și calității insulinei.
- *Mod de ambalare:* ambalate steril, individual, în cutie de 10 bucăți cu instrucțiuni de utilizare.

4. SERTER (dispozitiv) de inserție a cateterului compatibil cu cateterle

5. SISTEM DE MONITORIZARE CONTINUĂ A GLICEMIEI - instrument care măsoară nivelurile glucozei (concentrației de glucoză din lichidul intersticial) din organism compus din:

5.a. Senzorul de glicemie

- conține doi reactivi biologici: glucozo-oxidaza și albumina serică umană (ASU). Glucozo-oxidaza este obținută, purificată și uscată conform normelor Tipul VII-S și crosslinkată cu ASU, fracția V a albuminei purificate și uscate, derivată din ser uman pasteurizat cu gluteraldehidă.
- Să fie compatibil cu pompa de insulină
- Păstrarea senzorilor de glicemie se va face la temperatura camerei, între +2°C și +30°C.
- Durata de utilizare minim 7 zile.

5.b. Transmițătorul

O trusă completă a transmițătorului trebuie să cuprindă următoarele componente:

- 5.b.1. Transmițător
- 5.b.2. dispozitiv de testare
- 5.b.3. Încărcațor

5.b.1. Transmițătorul senzorului - compatibil cu pompa - transmite valorile glucozei (concentrației de glucoza din lichidul intersticial) către pompa de insulină prin bluethooth.

Condiții de operare

Temperatura de "lucru" a transmițătorului să fie cuprinsă de la 0 °C la 45 °C

Umiditatea relativă a transmițătorului: de la 10% la 95% fără condens.

Presiunea transmițătorului: de la 57,60 la 106,17 kPa.

Frecvența transmițătorului: Bandă 2,4 GHz, Bluetooth Smart (versiunea 4.0)

Aria de operare până la 2,4 metri

Durata de funcționare a transmițătorului = 1 (un) an (Conform Normelor de aplicare a Ord. CNAS nr. 180 / 30.03.2022).

Garanție = 1 an de zile

Comunicare wireless – transmițător

După conectarea transmițătorului și a senzorului, aceste dispozitive să formeze un sistem care să reziste la apă până la adâncimi de până la 2,4 metri timp de 30 de minute. (Pacientul să poată face duș și înota fără detașarea dispozitivelor).

Asistență

Pentru asistență pacienții să poată contacta reprezentanța locală / help line (24/7).

5.b.2. Dispozitiv de testare – utilizat pentru a verifica funcționarea transmițătorului.

Este utilizat ca și componentă necesară pentru curățarea transmițătorului.

Specificații

Biocompatibilitate Transmițător: în conformitate cu EN ISO 10993-1

5.b.3. Încărcătorul transmițătorului

Temperatura optimă de lucru a încărcătorului: de la 10 °C la 40 °C

Umiditatea relativă a încărcătorului: de la 30% la 75% fără condens.

Bateria

Durata de funcționare a bateriei transmițătorului = **șapte zile** de monitorizare continuă a glucozei imediat după efectuarea unei încărcări complete.

Încărcătorul utilizează o baterie AAA nouă pentru a încărca transmițătorul

5.c. Dispozitiv de inserție compatibil cu senzorul.

6. MANUAL DE UTILIZARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ.

(*) Personal certificat de producător pentru asigurarea suportului tehnic al pacienților la inițiere.

Fiecare "KIT INITIERE POMPA DE INSULINA CU SENZORI DE MONITORIZARE CONTINUĂ A GLICEMIEI" va cuprinde:

- Pompa de insulină (1 buc.)
- 30 rezervoare specifice pentru pompă pentru 3 luni de zile,
- 30 seturi de infuzie (catetere) pentru 3 luni de zile,
- un set de baterii,
- serter (dispozitiv) de inserție a cateterului,
- 1 glucometru,
- manual de utilizare a pompei în limba română.
- Sistem de monitorizare continuă a glicemiei format din:
 - 1 transmițător (transmițător, dispozitiv de testare, încărcător) valabil 1 an de zile
 - 15 Senzori pentru 3 luni de zile.
 - Dispozitiv de inserție a senzorului

Preț de achiziție ≤ 19.947 lei (Reprezintă costul mediu/bolnav beneficiar de „Kit initiere pompa insulina augmentată cu senzori de glicemie / 3 luni” prevăzut în Ordinul 180 / 30.03.2022)

Total = 125 pacienți X 1 pachet / an = 125 „Kit initiere pompa insulina augmentată cu senzori de glicemie / 3 luni”

Total necesar = 125 pachete X 2 ani = 250 Kit initiere pompa insulina augmentată cu senzori de glicemie / 3 luni”

Termen de livrare:

Livrarea se face la :