

Nr. 220512 21 IUN. 2024

APROBAT
MANAGER
PROF.DR. DOREL SAN

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE**

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentațiile atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare oferent propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcarea, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să preciseze și instituțiile competente de la care furnizorii, execuțanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesoriu furnizării produselor (după caz).

- Protectia muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea si stingerea incendiilor : www.igsu.ro
- Protectia mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestei proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU”** îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Oferent că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viață medicală timișoreană precum Prof. Dr. Pius

Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilescu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea strigentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, că urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPB1 privind achizitia de produse, aprobată de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractanta dorește să obțina un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piata și să corespunda calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria : *materiale sanitare*

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea : *materiale sanitare*

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUȘ BRĂNZETU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu Nr 156 Timisoara, jud. Timis, Cod Postal 300723
 * Cod fiscal 4663448 * Telefon +40356 433111 * Fax +40256 486956
 * e-mail: judetean@hospit.ro * www.hospit.ro



3.2.1 Produse solicitate

Lot 20

Lot	Produs	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	HUSE					
1.1	<u>Husa protectie cabluri</u> <u>13 x 250cm</u>	1200	12,00 lei	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	<ul style="list-style-type: none"> • Husa de acoperire cabluri sterila, ce trebuie sa fie realizata din tub film transparent de polietilena (PE) • Sa aiba banda de fixare cu adeziv acrilic fara colofoniu si fara latex • Sa fie impermeabila la umedeza si bacterii • Sa fie pliata telescopic • Sa aiba suport de insertie din carton • Sa fie lipsita de de substanțe clorurate precum CMR/PBI/vPvB (cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere) • Sa nu contine nici subsanțe ignifuge (ex. bifenili polibromurati,etc) <p>• Caracteristici de performanta:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rezistență la penetrație microbiană - umed: min. 5 l<small>b</small> ○ Rezistență la penetrația lichidelor: min. 200cm (H₂O) ○ Rezistență la rupere - uscat: min. 75 kPa ○ Rezistență la rupere - umed: min. 75 kPa ○ Rezistență la tracțiune - uscat: longitudinal - min. 49 N/50mm,

SPIITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, județ Timis, Cod Poștal 3000723
* Cod fiscal 4663448 * Telefon +4 0356 423111 * Fax +4 0256 486956
* e-mail: judetean@hospit.ro * www.hospit.ro




			Lateral - min. 52 N/50mm o Rezistență la trațiune - umed: longitudinal - min. 46,5 N/50mm, lateral - min. 47 N/50mm • Ambalată individual steril în folie termosudată. • Să prezinte inciator în locul unde ambalajul poate fi deschis. • Sterilizare cu oxid de enile E.O • Să fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. • Marcaj CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale. • Declarația de Conformitate să includă SRN (numarul unic de înregistrare) și UDI-DI (numarul de înregistrare al dispozitivului medical) în EUDAMED (bază de căte la nivel de UE pen.ru dispozitivele medicale) • Valabilitate: 5 ani	SOLICITAM MOSTRE!
1.2	HUSE PROTECTIE FLUOROSCOP	600	17.00lei Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore Husa sterilă universală concepută pentru fluoroscop. Ambalare individuală sterilă. Nu conține latex. Metoda de sterilizare ETO. Dimensiune: 76 x 76 cm ,90X90cm Valabilitate: minim 3 ani Material Polietilena Certificare CE, sa aibă certificat de conformitate Dispozitiv Medical, Autorizat de Ministerul Sanatatii. SOLICITAM MOSTRE!

SPIRITALUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timisoara, jud. Timis, Cod Postal 360723
 * Cod fiscal 4663448 * Telefon +4 0356 433411 * Fax +4 0256 486056
 * e-mail: judetean@hospitn.ro * www.hospitn.ro



unitatea este în
PROSES DE ACREDITARE

C.R.A.M. @ 1-80


LOT 21

2.	PLASE	120	320.00 lei	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	
2.1	PLASE POLIPROPILENA MACROPOROASA 30/30CM					<p>Plasa macroporoasa 2D din polipropilena monofilament pentru corectarea herniilor ventrale sau inghinal.</p> <p>Densitatea plasei la momentul implantarii este de 47g/m²</p> <p>Dimensiunea porilor este 2.0x2.4 mm</p> <p>Plasa poate fi remodelata fara riscul deformarii acesteia.</p> <p>SOLICITAM MOSTRE!</p>
2.2	PLASE POLIPROPILENA MACROPOROASA 15/15 CM	120	160.00 lei	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	<p>Plasa macroporoasa 2D din polipropilena monofilament pentru corectarea herniilor ventrale sau inghinal.</p> <p>Densitatea plasei la momentul implantarii este de 47g/m²</p> <p>Dimensiunea porilor este 2.0x2.4 mm</p> <p>Plasa poate fi remodelata fara riscul deformarii acesteia</p> <p>SOLICITAM MOSTRE!</p>

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUȘ BRINZEU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 136 Timișoara, jud. Timiș, Cod Poștal 300723
+ Cod fiscal 44663448 * Telefon +40 356 435111 * Fax +40 256 486956
* e-mail: judecator@hosptim.ro * www.hosptim.ro



Lot 22

3.	<u>Halate chirurgicale ranforsate ignifuge</u>	8000	17,00 [ci]	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	<ul style="list-style-type: none">• Halat chirurgical ranforsat din material netesut, ignifug, rezistent la apă, cu un strat ce mijloc din microfibre; cu o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.• Scămosare redusă și rezistență la abraziune.• Manșete elastice lungi și tricotate din poliester.• Sa prezinte sistem de prindere combinat: bandă cu scai și parte adezivă din polipropilenă topită la cald, pentru ajustarea halatului în orice poziune din jurul gâtului.• Suprapunere extra largă la spate.• Guler colorat pentru identificarea rapidă a nivelului de protecție.• Sa fie alcătuit din materiale care sunt în conformitate cu cerințele Standardului European EN 13795:2011.• Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flamabilitate imbraconări textile.• Sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu.• Material:<ul style="list-style-type: none">○ Nețesut: Polipropilenă-material netesut (SMS), minim 40g/m² antistatic○ Ranforsare: material laminat din pelicula netesută PP-PE în partea din față și pe brate, minim 42 g/m²○ Manșete - 100% poliester
----	---	------	------------	---------------------------------------	-----------	--

SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PITUS BRINZELU” MINIȘOARA




* Boulevard Liviu Rebreanu, Nr. 1, 3670 Misofata, jud. Timis, Cod Postal 360072
* Cod fiscal 46633448 * Telefon +4 0256-433411 • Fax +4 0256-486956
* e-mail: indicateschim@tmnet.ro • www.hospin.ro


ANMCS
Centrul de cercetare
PROSES DE ACREDITARE
CICLU, et al.

	<ul style="list-style-type: none"> ○ Fir susținător - 100% Poliester; ● Caracteristici în zona ranforsată: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rezistență la penetrare microbiană – minim 3 JB ○ Puritate – microbiană – STERII. ○ Puritate – Particule în suspensie $\leq 2,5 \text{ }\mu\text{m}$ ○ Scămoșare – maxim $2,5 \log_{10}$ ○ Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 40cm H₂O ○ Rezistență la rupere – Uscat – minim 138 kPa ○ Rezistență la rupere – Umed – minim 137 kPa ○ Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 103 N, transversal minim 40 N ○ Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 105 N, transversal minim 40 N ● Caracteristici în zonele cu ranforsare: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rezistență la penetrare microbiană – minim 6 JB ○ Puritate – microbiană – STERII. ○ Puritate – Particule în suspensie $\leq 1,7 \text{ }\mu\text{m}$ ○ Scămoșare – maxim $2 \log_{10}$ ○ Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 163 cm H₂O
--	---

SPIRITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timisoara, jud. Timis Cod Postar 3007725
* Cod fiscal 4663448 * Telefon +4 0586 433111 * Fax +4 0256 186986
* e-mail: judetean@hospiu.ro * www.hospiu.ro



			<ul style="list-style-type: none">○ Rezistență la rupere – Uscat – minim 300 kPa○ Rezistență la rupere – Umid – minim 215 kPa○ Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 140 N, transversal minim 84 N○ Rezistență la tracțiune – Umid - Longitudinal minim 137 N, transversal minim 80 N	
			<ul style="list-style-type: none">• Sa prezinte testare de nivel de performanta conform ANSI/AAMI PB70:2012○ AATCC 42 - Rezistență la apă: Test de penetrare la impact○ AATCC 127 - Rezistență la apă: Test de presiune hidrostatică• Dimensiuni:<ul style="list-style-type: none">• L – lungime: 125cm, circumferinta: 157 cm (ranforsare 90 x 50cm), lungime maneca: 80 cm (ranforsare 40cm)• XL – lungime: 140 cm, circumferinta: 165 cm (ranforsare 100 x 50cm), lungime maneca: 87cm (ranforsare 40cm)• XXL – lungime: 155cm, circumferinta: 170 cm (ranforsare 100 x 50cm), lungime maneca: 87cm (ranforsare 40cm)• Ambalat în material SMS împreună cu prosopul de haptic, sigilat individual în ambalaj primar steril, împachetat în pungi de polietilenă.• Sa prezinte inscripțional pe ambalaj: codul produsului, valabilitatea, modul de sterilizare, marca CE conform directivelor	

SPIITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRĂNZEAU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 3400723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0355 433111 • Fax +4 0256 436950
 • e-mail: judecetan@hospit.ro • www.hospit.ro
 CIRCUIT 41 Baza



ANMCS
 unitate analitică în
 "reacție de acordințare"
 CIRCUIT 41 Baza

				<p>93/42/EEC pentru dispozitive medicale, producătorul precum și o pictogramă a produsului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Produsul să fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I. • Sa prezinte etichete autoadezive detasabile, pentru urmărirea circuitului produsului • Ambalajul să asigure pastrarea sterilității produsului pe totă durata valabilității. • Valabilitate: 5 ani <p>SOLICITAM MOSTRE!</p>			
4.	PANSAMENT	200	10,50	Timișoara, B.dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de oile	<p>-pansament tip plasa neaderent, moale ce face un contact bun cu plaga și se adaptează patului plăgii;</p> <p>-sa conțină ion de argint cu proprietăți antibacteriene, ce acionează pe suprafața pansiamentului în mediu umed;</p> <p>-sa poată fi utilizat în tratamentul plăgilor infectate sau al plăgilor cu o contaminare bacteriană mare și ca tratament suplimentar în profilaxia plăgilor cu risc de infecție;</p> <p>Compoziția materialului:</p> <p>-lesătură: fizic întresecută de poliamidă argintată;</p> <p>-impregnare: trigliceride, caprylic/caprică/clearică, polifacil adipat-2 bis digliceril, Macrogol 2000;</p> <p>-acoperire: hârtie pergaminatează pe ambele laturi;</p> <p>Caracteristici produs:</p>	
4.1	PANSAMENT IMPREGNAT CU UNGUENT PE BAZA DE TRIGLICERIDE CU UN STRAT DE ARGINT METALLIC 10 x 10cm						

lot 23

SPIITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu Nr. 356 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 3600923
* Cof finanțare: 4663448 * Telefon: +4 0356 433111 * Fax: +4 0256 430956
* e-mail: judetean@hospim.ro * www.hospim.ro




				-greutate/m ² : min 34 g/m ² ; -greutate acoperire per m ² (unguent): min. 140 g/m ² ; -punca de picurare unguent: 35 – 45 °C; -greutate totală cu acoperire: 3,1 g; -pansamentul să fie steril, ambalat individual; -sa fie protejat cu hartie lucioasă pe ambele fețe; -sa fie ambalat individual în folie compozit; -fiecare plic steril să fie inscripționat cu producătorul, marca CE, modul de sterilizare și valabilitate; -produsul să corespundă normelor europene, direcțiiva EU 93/42/ECC pentru dispozitive medicale; -Produsul să fie clasificat ca dispozitiv medical clasa IIb; -valabilitate: 5 ani	
4.2	PANSAMENT IMPREGNAT CU UNGUENT PE BAZA DE TRIGLICERIDE CU UN STRAT DE ARGINT METALIC 10 x 20cm	125	18,50	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRINZEU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 356 Timisoara, jud. Timis, Cod Postabil 3000723
 * Cod Fiscal 4663418 * Telefon +4 0356 433111 * Fax +4 0256 436956
 * e-mail: judecam@hosptim.ro * www.hosptim.ro



ANMCS

Unitate aferentă în

PROSES DE ACREDITARE


CICLU DE ITINER

5.	BANDA AUTOADEZIVA PENTRU INLOCUIREA SUTURILOR CHIRURGICALE 6 x 76 mm <i>Loc 24</i>	200	2,70	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	<ul style="list-style-type: none"> -punct de piuțare unguent: 35 - 45 °C; -greutate totală cu acoperire: 6,2g; -pansamentul sa fie steril, ambalat individual, sa fie protejat cu harti lucioase pe ambele fețe; -sa fie ambalat individual în felie compozit; -fiecare plic steril sa fie inscripționat cu producătorul, marca CE, modul de sterilizare și valabilitatea; -produsul sa corespunda normelor europene, directiva EU 93/42/EEC pentru dispozitive medical; -produsul sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa IIb; -valabilitate: 5 ani <p>SOLIDITAM MOSTRE!</p>

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PLUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 15c Timișoara, jud. Timiș, Cod Poștal 300723
 * Cod fiscal 4663448 * Telefon +4 0256 433111 * Fax: +4 0256 486956
 * e-mail: judetean@hosplus.ro * www.hosplus.ro



UNIRII AGENȚII ÎN
PROIECTE DE ACREDITARE
acordul nr. 43/2008

Lot 25

6. CAMP OPERATOR STERIL AUTOADEZIV RAMFORSAT					
6.1	Câmp operator steril autoadeziv ranforsat 75 x 90 cm	3030	6,00	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	<p>48 de ore</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compozitie: Film nețesut bilaminar, grăutate totală minim 55 g/m² + absorbant-intăritura, minim 55 g/m² • Greutate totală zona ranforsată: minim 110 g/m² • Material intăritura: SMS hidrofilic nețesut • Nețesut: Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond • Film/polietilenă compact • Straturile sa fie imbinante termic • Fără latex <p>• Caracteristici si parametrii de performanta in zona neranforsata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 1 B ◦ Curatenia – microbiană – STERIL ◦ Scănoșare – maxim 2,5 Log 10 ◦ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H2O) ◦ Rezistența la plesnire – umedă – minim 125 kPa ◦ Rezistența la plesnire – uscată – minim 125 kPa ◦ Rezistența la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal ◦ Rezistența la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal ◦ Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² <p>• Caracteristici si parametrii de performanta in zona ranforsata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 1 B ◦ Curatenia – microbiană – STERIL ◦ Scănoșare – maxim 2 Log 10 ◦ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 170 cm (H2O) ◦ Rezistența la plesnire – umed – minim 335 kPa

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BIZÍNZEUS” TIMIȘOARA



* Bulevardul Lucei Butezonu, Nr. 146 Timisoara, jud. Timis, Cod Poștal 300723
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4-0356-433151 • Fax +4-0256-486956
• e-mail: indicateam@hotmail.ro • www.hospam.ro




	<ul style="list-style-type: none"> ○ Rezistență la presiune – uscată – minim 335 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal ○ Rezistență la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 200 N/50 mm longitudinal ○ Absorbție: minim 350 % - ~180 ml/m² <ul style="list-style-type: none"> ▪ Materialul câmpurilor să respecte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”. ▪ Materialul câmpurilor trebuie să fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistența la laser. ▪ Câmpurile să fie clasificate în clasa 1 conform standardului CFR Part 1610 referitor la flamabilitate ▪ Materialul trebuie să fie impermeabil la lichide și germenii, sa se mulzeze usor pe corpul pacientului, sa aibă proprietăți anti-stătice, sa nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii). ▪ Sa fie ambalate individual steril în folii termosudate. ▪ Sterilizare: oxid de etilene EO ▪ Produsele să fie clasificate ca dispozitive medicale clasa I steril. ▪ Sa prezinte dubla eticheta autoadhesive, detasabila, pentru urmărirea circuitului produsului. ▪ Sa prezinte marcaj CE conform Regulamentului UE 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR). ▪ Declarația de Conformitate să includă SRN (numarul unic de înregistrare) și UDI-DI (numerele de înregistrare ale dispozitivelor medicale) în EUDAMED (haza de date la nivel de UE pentru dispozitivele medicale) ▪ Sa respecte standardele referitoare la impachetare în 4 straturi EN ISO 11607 și EN 868 (ambalaj individual steril), ▪ Valabilitate: 5 ani
--	---

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 3000723
 * Cod fiscal 4663448 * Telefon +4 0256 433144 * Fax +4 0256 486956
 * e-mail: judecata@hosptim.ro * www.hosptim.ro



6.2 Câmp operator steril autoadeciv ranforsat 100x 150 cm	3690 12,00 48 dc/orc	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	<ul style="list-style-type: none"> • Compozitie: Film nejesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m² + absorbant-intăritura, minim 55 g/m² • Greutate totală zona ranforsată: minim 110 g/m² • Material intăritura: SMS hidrofilic nejesut • Nejesut: Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond • Film/polietilenă compact • Straturile să fie imbinat termic • Fără latex
			<ul style="list-style-type: none"> • Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I B ○ Curătenia – microbiană – STERIL. ○ Scărișoare – maxim 2.5 Log 10 ○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H2O) ○ Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa ○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal ○ Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal ○ Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² • Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată: <ul style="list-style-type: none"> ○ Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I B ○ Curătenia – microbiană – STERIL. ○ Scărișoare – maxim 2 Log 10 ○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 170 cm (H2O) ○ Rezistență la plesnire – umed – minim 335 kPa ○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 335 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal ○ Rezistență la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 240 N/50 mm longitudinal ○ Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m²

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZU” TIMIȘOARA



• Balcaudat Liviu Rebrescu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal: 3009723
 • Cod fiscal: 40633448 • Telefons: +4 0356 433111 • Fax: +4 0256 4869250
 • e-mail: judecatau@hospim.ro • www.hospim.ro



6.3	Câmp operator steril autoadeziv ramforsat 150x 200 cm	4200	26,00	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	<ul style="list-style-type: none"> • Compoziție: Film netesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m² – absorbant-intaritura, minim 55 g/m² • Greutate totală zona ramforsată: minim 110 g/m² • Material întăritura: SMS hidrofilic netesut 		

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ "MIHAI BRINZEU" TÂRNOVORA



* Bulevardul Ulican Rebucăto, Nr. 16 Timișoara, jud. Timiș, Cod Poștal 300723
* Cod fiscal 4063448 * Telefon +4 0236-433111 * Fax +4 0256-386926
* e-mail: judetean@hospiim.ro * www.hospiim.ro



- Netesut; Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond
- Film/polietilenă compact
- Straturile să fie imbinat termic
- Fără latex
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I B
 - Curatenia – microbiană – STERIL.
 - Scămoșare – maxim 2.5 Log 10
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H2O)
 - Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal
 - Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m²
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I B
 - Curatenia – microbiană – STERIL.
 - Scămoșare – maxim 2 Log 10
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 170 cm (H2O)
 - Rezistență la plesnire – umed – minim 335 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 335 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 200 N/50 mm longitudinal
 - Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m²
- Materialul campurilor să respecte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”.
- Materialul câmpurilor trebuie să fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistența la laser.

SPIITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 436956
 • e-mail: judetean@hospit.ro • www.hospit.ro




ANMCS
UNIBAL ATTEST IN
PROCEZ DE ACCREDITARE
GRU.M. #1160

<ul style="list-style-type: none"> • Campanurile sa fie clasificate in clasa 1 conform standardului CFR Part 1610 referitor la flamabilitate • Materialul treptu sa fie impermeabil la lichide si germeni, sa se muleze usor pe corpul pacientului, sa aiha proprietati anti-static, sa nu contina latex (pentru a nu provoca alergii). • Sa fie ambalate individual steril in folii termosudate. • Sterilizare: oxid de etilena EO • Produsele sa fie clasificate ca dispositiv medicale clasa I scriri. • Sa prezinte dubla eticheta autoadeziva, detasabila, pentru urmarirea circuitului produsului. • Sa prezinte maraj CE conform Regulamentul UE 2017/745 privind dispositivele medicale (MDR). • Declarația de Conformitate sa includa SRN (numarul unic de înregistrare) si UDI-DI (numerele de înregistrare ale dispozitivelor medicale) in EUDAMED (baza de date la nivel UE pentru dispozitivele medicale) • Sa respecte standardele referitoare la impacnare in 4 straturi EN ISO 11607 si EN 868 (ambalaj individual steni, ambalaj de raft, ambalaj de depozit si ambalaj de transport). • Valabilitate: 5 ani 											
SOLICITAM MOSTRE!											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td align="center" style="width: 25%;">6.4</td> <td align="center" style="width: 25%;">Câmp operator steril autoadeziv ramforsat 180x 240 cm</td> <td align="center" style="width: 25%;">30,00</td> <td align="center" style="width: 25%;">48 de ore</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"></td> <td align="center">Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156</td> <td align="center">Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156</td> </tr> </table>				6.4	Câmp operator steril autoadeziv ramforsat 180x 240 cm	30,00	48 de ore			Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156
6.4	Câmp operator steril autoadeziv ramforsat 180x 240 cm	30,00	48 de ore								
		Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156								
<ul style="list-style-type: none"> • Compozitie: Film netesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m² + absorbant-intăritura, minim 55 g/m² • Greutate totală zona ranforsată: minim 110 g/m² • Material întăritura: SMS hidrofilic nefesul • Nelesut: Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond • Film polietilenă compact • Straturile sa fie imbinat termic • Fără latex • Caracteristicii și parametrii ce performanța în zona neranforsata: 											
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> </tr> </table>											

SPIRITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




* Boulevard Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș Cod Postar 300723
* Cod fiscal 4663448 * Telefon 040356 433111 * Fax 040256 436056
* e-mail: judetean@hospun.ro * www.hospun.ro



	<ul style="list-style-type: none">○ Rezistență la penetrarea microbiană - umedă: minim 61 B○ Curătenie - microbiană - STERIL.○ Scânoșare maxim 2,5 Log 10○ Rezistență la penetrarea lichidă - minim 150 cm (H2O)○ Rezistență la presiune - umed - minim 125 kPa○ Rezistență la presiune - uscată - minim 125 kPa○ Rezistență la întindere - uscată - minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal○ Rezistență la întindere - umedă - minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal○ Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m²● Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată:<ul style="list-style-type: none">○ Rezistență la penetrarea microbiană - umedă: minim 61 B○ Curătenie - microbiană - STERIL○ Scânoșare - maxim 2 Log 10○ Rezistență la penetrarea lichidă - minim 170 cm (H2O)○ Rezistență la presiune - umed - minim 335 kPa○ Rezistență la presiune - uscată - minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal○ Rezistență la întindere - umedă - minim 125 N/50 mm transversal, minim 290 N/50 mm longitudinal○ Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m²● Materialul campurilor să respire cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zonă critică”:<ul style="list-style-type: none">● Materialul câmpurilor trebuie să fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistența la laser.● Campurile să fie clasificate în clasa I conform standardei CFR Part 1610 referitor la flammabilitate● Materialul trebuie să fie impermeabil la lichide și găuri, să se muleze usor pe corpul pacientului, să aibă proprietăți anti-statice, să nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii).
--	---

SPIRITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZELU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 356 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postala 3009725
* Cod fiscal 4663448 * Telefon +4 0356 433144 * Fax +4 0256 496956
* e-mail: judetean@hospin.ro * www.hospin.ro



ANMCS


un stat în
PROSES DE ACCREDITARE
LICHIDAT AL BUNU

7.	Bandaj de fixare elastic autoadeziv 12cm x 4m	1150	13 lezi	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	<ul style="list-style-type: none">• Sa fie ambalate individual sterii in folii termosudate.• Sterilizare: oxid de etilena EO• Produsele sa fie clasificate ca dispozitive medicale clasa I sterii.• Sa prezinte dubla eticheta autoadeziva, detasabila, pentru urmarirea circuitului produsului.• Sa prezinte marcaj CE conform Regulamentul UL 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR).• Declarația de Conformitate sa includa: SIRN (numarul unic de înregistrare) și UDI-DI (numericele de înregistrare ale dispozitivelor medicale) în EU DAMED (azăza de date la nivel de UE pentru dispozitivele medicale)• Sa respecte standardele referitoare la impachetare in 4 stării EN ISO 11607 si EN 868 (ambalaj individual sterili,ambalaj de raft, ambalaj de depozit si ambalaj de transport).• Valabilitate: 5 ani <p>SOLICITAM MOSTRE!</p>	<ul style="list-style-type: none">• fasă de fixare elastică, pentru fixarea tuturor pansamentelor primare și secundare, atelelor, bandajelor gipsate, cateterelor și canălidelor (etc.), ce se pota utiliza în special la niște articulațiilor și partilor concave și rotunde ale corpului. Sa fie indicata pentru stabilizarea mușchilor, tendoanelor, ligamentelor și articulațiilor, cu efect scăzut de imobilizare.• Sa fie ușor coeziu,• Sa fie de unica folosință• Dimensiuni: 10cm x 4m ; 12cm x 4m• Compoziție material:<ul style="list-style-type: none">○ Aprox. 43% văscoză○ Aprox. 20% poliamida○ Aprox. 37% bumbac	<p>Lot 26</p>

SPIRITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 3009725
 * Cod Fiscal 4663448 * Telefon +40356 433111 * Fax +40356 4869256
 * e-mail: judecata@hosptim.ro * www.hosptim.ro




8.	Fesi elastice de fixare tip Peha-haft 12cm x20m	900	25,00 lei	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	<ul style="list-style-type: none"> ○ Cu înveliș special • Tesatură simplă și bordură tăiată • Greutate per zonă: min. 39 g/m² • Permeabilitate la aer $\geq 1000 \text{ l/m}^2/\text{s}$ • Elongație min. 80% • Forță de coeziune 45 +/- 25 cN/cm • Forță de desfășurare 15 – 125 cN/cm • Lungime în extensie: 400 +/- 20 cm • Capătul sa fie pliat în margine cu aprox. 1 cm • Sa poarte marcaj CE • Valabilitate: 3 ani • Fiecare rola sa fie ambalată individual, nesteril, în cutie de carton pe care fie inscripționate: denumirea și adresa producătorului, denumirea produsului, dimensiunea, numar lot, codul produsului, marca CE, condiții de păstrare și termenul de valabilitate. SOLICITAM MOSTRE!	<ul style="list-style-type: none"> ● Fașă de fixare elastică, pentru fixarea tuturor pansamentelor primare și secundare, atelelor, bandajelor gipsate, cateterelor și canulelor (etc.), ce se poate utiliza în special la nivelul articulațiilor și partiilor concave și rotunde ale corpului. Sa fie indicată pentru stabilizarea mușchilor, tendoanelor, ligamentelor și articulațiilor, cu efect scuzut de imobilizare. ● Sa fie usor coezivă. ● Sa fie de unică folosință <ul style="list-style-type: none"> ● Dimensiuni: 8cm x 20m 10cm x 20m 12cm x 20m <ul style="list-style-type: none"> ● Compoziție material: ○ Aprox. 43% văscoză ○ Aprox. 20% poliamidă 	<i>107</i> <i>24</i>

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PITUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 360723
* Cod fiscal 4663448 * Telefon +4 0356 433111 * Fax +4 0256 486936
* e-mail: judetean@hospit.ro * www.hospit.ro



			<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> Aprox. 37% bumbac<ul style="list-style-type: none"><input type="radio"/> cu învelis special• Tesătură simplă și bordură tăiată• Greutate per zonă: min. 39 g/m²• Permeabilitate la aer $\geq 1000 \text{ l/m}^2/\text{s}$• Elongație min. 80%• Forță de coeziune 45 +/- 25 cN/cm• Forță de desfășurare 15 - 125 cN/cm• Lungime în extensie: 2000 +/- 100 cm• Capătul sa fie pliat în margine cu aprox. 1 cm• Sa poartă marcat CE• Valabilitate: 3 ani
--	--	--	---

3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultante din remedierea defectelor / deficiențelor în pericola de garanție.

3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreata și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblurile/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii sigurețătii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absența a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este : sediul autoritatii contractante, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brâncuș” Timisoara, Bdul Liviu Rebreanu 156, jud. Timis.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autoritatii contractante

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantului , cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le detine și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În masura în care Autoritatea contractanta nu furnizeaza datele/informatiile/documentele solicitate de catre Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzator.

Autoritatea contractanta se obliga să respecte dispozitiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta își asuma raspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informatiilor/documentelor puse la dispozitia Contractantului în vederea indeplinirii Contractului.

In acest sens, se prezuma ca toate datele/informatiile. Documentele prezentate Contractantului sunt insuțite de către conducerii unitatii și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractanta va colabora, atat cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informatiilor pe care acesta din urma le poate solicita in mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractanta are obligatia sa desemneze, in termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractanta se obliga sa receptioneze produsele furnizate si sa certifice conformitatea astfel cum este prevazut in Caietul sarcini.

Autoritatca Contractanta poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivata, cu comentarii scrise. Autoritatea contractanta are dreptul de a rezoluciona/rezilia contractul atunci cand se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Receptia produselor se va realiza conform procedurii prevazute in Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii in original la sediul sau și numai in conditiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura in preimie cu documentele justificative in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Obligatiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire si a ofertei in baza careia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atentie, eficienta si diligentata, cu respectarea dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale și de calitate in vigoare.

Contractantul se obliga sa depuna garantia de buna executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti.

Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

In cazul in care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, personalul, echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligatia de a desemna, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obliga sa emite factura aferenta produselor furnizate prin prezentul Contract numai dupa aprobarea/receptia produselor in conditiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încalcarea de către Autoritatea Contractanță sau il de către orice altă persoană a reglementarilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt : certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediere a produsului; documentația de utilizare (*dacă este cazul*); raport privind testarea (*dacă este cazul*).

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea și calitatea solicitata la locația indicata de Autoritatea contactanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă : SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoții factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție ;
- b) declarația de conformitate ;
- c) avizul de expediere a produsului ;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă ;
- e) documentația de utilizare (*dacă este cazul*) ;
- f) raport privind testarea (*dacă este cazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlu accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanțic (ex. operații de menenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată acordate de părți în cadrul contractului .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin

3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei produselor sau în cazul emânării din cauze care nu în de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultante din remedierea defectelor / deficiențelor în perioada de garanție.

3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat cănd toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează în parametrii agreeabili și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subensamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimei și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este : sediul autoritatii contractante, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brâncuși” Timișoara, Bdul Liviu Rebreanu 156, jud. Timiș.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autoritatii contractante

Autoritatea contractanta va pune la dispoziția Contractantului , cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le definește și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În masura în care Autoritatea contractanta nu furnizează datele/informatiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractanta se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informatiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea indeplinirii Contractului.

În acest sens, se prezuma că toate datele/informatiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însoțite de către conducatorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractanta va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractanta se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

Autoritatea Contractanta poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractanta are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci cand se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevazute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii in original la sediul sau și numai in conditiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura în premia cu documentele justificative in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Obligațiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentatice de atribuire si a ofertei in baza careia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atentie, eficiență și diligență, cu respectarea dispozitivelor legale, aprobarile și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obliga sa depuna garantia de buna executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambile parti.

Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicați in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

In cazul in care Contractantul este o asociere alcătuită din doi sau mai mulți operatori economiei, toți aceștia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, personalul, echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligatia de a cădea, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obliga sa emite factura aferenta produselor furnizate prin prezentul Contract numai dupa aprobarea/receptia produselor in conditiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conditiile Caietului de sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodată, este raspunzător etat de siguranța tuturor operațiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat raspunzător pentru incalcarea de catre Autoritatea Contractanta sa il de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul de utilizare a Produselor.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt :

certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediere a produsului; documentația de utilizare (dacă este cazul); raport privind testarea (dacă este cazul).

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor in cantitatea si calitatea solicitata la locatia indicata de Autoritatea contractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE

URGENTA „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă : SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚA „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoții factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție ;
- b) declarația de conformitate ;
- c) avizul de expedire a produsului ;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă ;
- e) documentația de utilizare (*daca este cazul*) ;
- f) raport privind testarea (*daca este cazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlu accesoriu care vor fi efectuate în perioade post garanție (ex. operațiuni de menenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agreate de părți în cadrul contractului .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative).

Ofertanții vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au tinut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă.

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractuale atașate documentației de atribuire .

9 DISPOZITII FINALE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particolare care guvernează aceasta procedura de atribuire ca singura bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferța conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice continute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevazut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic oferant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minimul de parametrii tehnici ce trebuie întruniti de produsele oferite.

Specificațiile tehnice care indică o anumita origine, sursă, producție, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu șură a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „**sau echivalent**”.

Orică ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate ar trebui respinsă ofertei în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și finanțare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică aferentă ofertei va contine, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.

INTOCMIT

AS. MED. PRINC. STELUȚA ARDELEAN
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 2

AS. MED. PRINC. CLAUDIA CRASOVAN
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 1

AS. MED. PRINC. KALAPIS (GALEA) RALUCA
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 3

AS. MED. PRINC. SIMONA DANACICA
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 4

AS. MED. PRINC. MIHAELA CHIHAIĂ
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 5

AS. MED. PRINC. LORENA MÎHAI
ASISTENT SEF SALI DE NASTERI

PRESEDINTE COMISIE
DR. ISAIC ALEXANDRU

ALEXANDRU