

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Unirii Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



BNSECTIA BLOC OPERATOR 1

Prof.Univ.Dr. SANDESC DOREL



CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază căreia se elaborează de către fiecare oferent propunere tehnică.

Caietul desarciniconține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcarea, condiții pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau ale unei semene.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, execuțanți și prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și gestionarea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul înăplinirii contractului și care sunt în viigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea orașului localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile operațiunile de instalare, accesoriu și furnizării produselor (după caz).

- Protectia muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea și gestiunea incendiilor : www.igsu.ro
- Protectia mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestor proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU”** îndeplineșterea rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.


Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și ne specificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în același capitol unde se consideră de către Ofertant că această trebuia menționată pentru asigurarea înăplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „PiusBrinzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrăjdarea medicală a populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „PiusBrinzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viață medicală timișoreană precum Prof. Dr. Pius Brinzeu, Prof. Dr. Stefan Gavrilescu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernărilor de atunci necesită ca strință a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0268 488956
• e-mail: jardotan@hosptm.ro • www.hosptm.ro



În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ceea ce înseamnă că vizitele de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de pacienți într-o îngrijire continuă și 67 de pacienți întruprizația de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibile pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare și învățământ medical.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referelor de nevoie emise de Secțiile SCJUPB privind achiziția de produse, aprobată de ordonatorul de credite și centrul care nu au emis cheiate de concordanță sau contracte de furnizare, este necesar să se demară procedura legală de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă


Autoritatea contractantă dorește să obțină un acord cadre/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piață și să corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel încât să garanteze un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsurile solicitate fac parte din categoria *:material sanitare*

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea *:material sanitare*



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663468 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



BNSECTIA BLOC OPERATOR 1

Prof.Univ.Dr. SANDESC DOREL

APROBAT
MANAGER

CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituire a unui ansamblu cerințelor pe bază căreia se elaborează de către fiecare oferent propunere tehnică.

Caietul desarcină în cinci, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea declină, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcăre, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau ale acestora.

Caietul de sarcini trebuie să preciseze și instituțiiile competente de la care furnizorii, excuzați sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și gestionarea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul unei pliniri contractului și care sunt învigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile operațiunile de instalare, accesoriu și furnizări produselor (după caz).

- Protectia muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea și gestionarea incendiilor : www.igsu.ro
- Protectia mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestor proceduri, **„SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU”** îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectivă Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.


Pentru scopul prezenterii secțiunii a Documentației de Atribuire, orice activitate descriește într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și specificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Oferent că aceasta trebuie să menționeze și să asigure și să îndeplinească obiectul Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrăjirile medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viață medicală timișoreană precum Prof. Dr. Pius Brînzeu, Prof. Dr. Stefan Gavrilăescu, Conf. Dr. Ion Lighezană și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernărilor de atunci necesitatea urgentă a construirii și înființării noastre a unei unități medicale moderne.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 158, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal: 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@hospbm.ro • www.hospbm.ro



În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ceea ce înseamnă că spitalul respectă standardele de calitate și se conformează cu standardurile de acordarea serviciilor de sănătate. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților din secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru住院和rea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibile pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. Încadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobată de ordonatorul de credite și pentru care nu au venit cheiate acorduri cu cadrele de furnizare, este necesar să se demară procedura legală de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă


Autoritatea contractantă poate obține un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piata și să corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel însă că va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria *material sanitare*.

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea *material sanitare*



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA

Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 3100723 Timișoara
Cod fiscal 2463943 • Telefons +4 0236 023111 • Fax +4 0236 486906
e-mail: judestean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



organizație
reacție de acorduri


3.2 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.2.1 Produse solicitate

Locul de livrare: Sediul Autorității Contractante: Bd Liviu Rebreanu 156

Termen de livrare maxim 30 de zile de la emisierea comenzi

Lot	Denumire	U.M.	Cantitate necesara lunara	Pret Estimat /buc/fara TVA	Pret total estimat	Specificații Tehnice	Solicitem mostre
1.	Pensa pentru sigilare vasculara 440mm	Buc	42	1765	74130	Uz laparoscopic, diam. 5mm, lungime 440mm, amblanare sterila, 6pense/cutie ; - compresie egala a tesutului pe tota suprafața activa a pensiei ; - pensie activa a pensiei, cea de jos, sa fie prevazuta cu articulatie care sa permita inchiderea incepand de la varf ; - extindere termica laterală de maxim 1mm - pensa sa fie prevazuta cu maner de rotatie la 360 grade si buton de actionare de tip "on touch" - design ergonomic, prevazut cu sistem de mentinere a pensiei pe pozitia inchis ; - tajiera la rece sa se faca cu lama cu varf tip "V", in momentul actionarii manuale - lungime suprafața sigilare vasculara de 26,5MM - lungime suprafața tajere de 23,5MM - compatibila cu sistem de sigilare vasculara Aesculap Lektrafuse	
2.	Clipuri polimer HemOLock L	Buc	240	15	3600	Clipuri polimer HemOLock marime L, culoare mov, sterile, marcaj CE	
3.	Clipuri polimer HemOLock XL	Buc	840	15	12600	Clipuri polimer HemOLock marime XL, culoare aurie, sterile, marcaj CE	
4.	Set steril cistoscopie pentru endoscopia urologica inalta	Buc	400	119	47600	Compus din: 1 bucată camp pentru masa de instrumente, confecționat din material bistratificat, dimensiune minim 100 cm x 150 cm 1 bucată camp de cistoscopie cu orificiu genital autoadeziv minim 7 cm, dimensiune camp minim 75 cm x 200 cm 1 bucată camp chirurgical bistratificat, dimensiune minimum 90 cm x 75 cm 2 bucati acoperitorie picioare dimensiuni minimum 75 cm x 140 cm	



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Poștal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4803440 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486950
• e-mail judelean@hospim.ro • www.hospim.ro



1 bucată husă de protecție cabluri video cu dimensiunea de minim 13 cm x 250 cm

2 bucăți servetele de celuloză cu dimensiunea 30 x 33 cm

1 bucată halat chirurgical dublat mar. XL

Specificații material campuri și acoperitoare:

Material bistratificat cu laminarea celor două straturi pentru a nu se dezlipă, greutate minim 90 g/m².

- Stratul superior hidrofil, stratul inferior impermeabil la lichide și germeni
- Materialul cămpurilor trebuie să fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistența la laser.
- Campurile să fie clasificate în clasa I conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitate


Specificații Halat chirurgical:

- ranforsat pe maneci și piept, de la gât la baza halatului, ranforsare frontală minim 70 X 105 cm
- tip material: laminat tip polipropilena netesută
- repelent la lichide
- halatul are sistem de prindere cu snur și carton de ghidaj
- cu manșete elastice
- nu conține fibra de sticla și latex, filtrarea bacteriilor, neiritant, hipoalergenic
- să fie rezistent ignifug clasa I conform 16 CFR Part 1610 - standard pentru flamabilitate îmbrăcăminte textilă
- lungime totală minim 145 cm, latimea minim 170 cm, lungime maneca min 88 cm (ranforsată integral)
- material netesut, ignifug, impermeabil pentru lichide, permeabil pentru aer, cu strat intermediar din microfibre, rezistent la frecare, cu mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor, cu o scămoșare redusă și rezistent la abraziune.
- să prezinte marcaj CE
- ambalat împreună cu prosopape de hartie.

Husa de protecție:

- Husa de acoperire cabluri din tub film de polietilena, transparent
- Husa să fie impaturită telescopic și să prezinte un carton de ghidaj și banda adezivă la capăt pentru aplicare și fixare facilă; ambalată individual steril în folie termosudată.
- Dimensiuni: lungime min 2m, latime min 10cm

Toate componentele sunt sterile, sterilizare cu oxid de etilena.




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod Fiscal 4003448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 406956
• e-mail: judetean@hosdm.ro • www.hosdm.ro




						Ambalate in punga sterila termosudata. Produsele sa fie clasificate ca dispozitive medicale clasa I steril. Ambalajul individual are inscriptionate: codul produsului, valabilitatea, mod de sterilizare, marca CE, producatorul. Sa prezinte eticheta dubla autoadeziva, detasabila, pentru urmarirea circuitului produsului Produselor sa poarte marcat CE conform Regulamentului UE 2017/745 privind dispozitivele medicale. Valabilitate: 5 ani de la data producerii
5.	Set nefroscopic	Buc	100	136	13600	<p>-1 buc CAMP PENTRU MASA DE INSTRUMENTE RANFORSAT cu dimensiunea de min 140 X 190 CM. MATERIAL LAMINAT</p> <p>-1 buc CAMP CU APERTURA AUTOADEZIVA cu dimensiunea de 20 X 15 CM. SI SAC COLECTOR CU EVACUARE</p> <p>- DOUA BENZI ADEZIVE cu dimensiunea de MTNIM 170 X 300 CM.</p> <p>- 1 buc HUSA PROTECTIE CABLURI VIDEO cu dimensiunea de min 13 x 250 cm</p> <p>-2 buc SERVETELE CELULOZA cu dimensiunea de 30 X 30 CM</p> <p>-1 buc HALAT CHIRURGICAL UROLOGIE ULTRARANFORSAT MARIMEA XL RANFORSAT IN ZONA PIEPTULUI SI ABRATELOR PE TOATA LUNGIMEA</p> <p>Specificatii material campuri si acoperitoare: Material bistratificat cu laminarea celor doua straturi pentru a nu se dezlipa, greutate minim 90 g/m².</p> <ul style="list-style-type: none">- Stratul superior hidrofil, stratul inferior impermeabil la lichide si germenii- Materialul campurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistenta la laser.- Campurile sa fie clasificate in clasa 1 conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitate <p>Specificatii Halat chirurgical:</p> <ul style="list-style-type: none">- ranforsat pe maneci si piept, de la gât la baza halatului, ranforsare frontală minim 70 X 105 cm- tip material: laminat tip polipropilena netesuta- repellent la lichide- halatul are sistem de prindere cu snur si carton de ghidaj- cu mansete elastice- nu contine fibra de sticla si latex, filtreaza bacterile, neiritant, hipoalergenic



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liniu Rebreanu, Nr. 138, Cod Postal 330723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486866
• e-mail: judelean@hospitm.ro • www.hospitm.ro



						<ul style="list-style-type: none">- sa fie rezistent ignifug clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - standard pentru flamabilitate imbracaminte textila- lungime totala minim 145 cm, latimea minim 170 cm, lungime maneca min 88 cm (ranforsata integral)- material netesut, ignifug, impermeabil pentru lichide, permeabil pentru aer, cu strat intermediar din microfibre, rezistent la frecare, cu mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor, cu o scămoșare redusă și rezistent la abraziune.- sa prezinte marcat CE- ambalat împreună cu prosoape de hartie. <p>Husa de protecție:</p> <ul style="list-style-type: none">- Husa de acoperire cabluri din tub film de polietilena, transparent- Husa sa fie împaturită telescopic și să prezinte un carton de ghidaj și banda adezivă la capăt pentru aplicare și fixare facilă; ambalată individual steril în folie termosudată.- Dimensiuni: lungime min 2m, latime min 10cm <p>Toate componente sunt sterile, sterilizare cu oxid de etilena. Ambalate în punga sterilă termosudată. Produsele să fie clasificate ca dispozitive medicale clasa I steril. Ambalajul individual are inscripționate: codul produsului, valabilitatea, mod de sterilizare, marca CE, producatorul. Să prezinte eticheta dubla autoadezivă, detasabilă, pentru urmărirea circuitului produsului Produsele să poarte marcat CE conform Regulamentului UE 2017/745 privind dispozitivele medicale. Valabilitate: 5 ani de la data producerii</p>
6.	Sonda Dormia tip NGage	Buc	10	1100	11000	Sonde pentru extragerea calculilor la ureteroscopie flexibila 1.7Fr - 2,2Fr, cosulet minim 11mm, lungime 120cm, cos cu 4 fire cu deschidere sub forma ce con , fir și cos din nitinol ce permit revenirea la forma initială, cos fără varf (tipless). Să aibă adaptor Tuohy-Borst inclus, Produs CE, steril.




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

* Boulevardul Emanuil Rădulescu, Nr. 158, Cod Poștal 300723 Timișoara
* Cod fiscal 4063448 * Telefon +4 0253 433111 * Fax +4 0253 466958
* e-mail judetean@hosptm.ro * www.hosptm.ro



7.	Set stent ureteral JJ tumoral CH 7 26cm	Buc	2	390	1950	<p>Set Stent Ureteral JJ ce contine un stent ureteral JJ ramforsat metalic, de termen lung, impingator,fir ghid PTFE sau nitinol cu invelis hidrofilic</p> <ul style="list-style-type: none">- Stent ureteral JJ - specialitate pentru TUMORI- fabricat din poliuretan autostatic special medical, ransforsat metalic, marcat, gauri pe lungime, antialergic,gauri la capete si pe lungime, radioopac, ambele capete deschise,CH 7, cu lungimea de 26 cm,- termen implant minim la 10 luni;- firul ghid din PTFE sau nitinol cu un capat flexibil avand lungime 150cm din care partea flexibila minim 3cm, 0,035"- eticheta pacient/fisa/doctor, produs CE, garantie minim 2 ani, steril, marcat pe ambalaj
8.	Set stent ureteral termen lung JJ CH 8 26cm	Buc	30	300	9000	<p>Set Stent Ureteral JJ ce contine un stent ureteral JJ, impingator,fir ghid PTFE sau nitinol cu invelis hidrofilic</p> <ul style="list-style-type: none">- ambele capete deschise;- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac, tratat cu substante care reduc riscul de incrustare;- un singur capat sa fie efilat, celalat drept- lungimile cateterelor JJ sa fie de 26cm;- firul ghid din PTFE sau nitinol cu un capat flexibil avand lungime 150cm din care partea flexibila minim 3cm, 0,035"- termen implant minim la 10 luni;- eticheta pacient/fisa/doctor, produs CE, garantie minim 2 ani, steril, marcat pe ambalaj
9.	Set stent ureteral termen lung JJ CH 6 26cm	Buc	30	300	9000	<p>Set Stent Ureteral JJ ce contine un stent ureteral JJ, impingator,fir ghid PTFE sau nitinol cu invelis hidrofilic</p> <ul style="list-style-type: none">- ambele capete deschise;- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac, tratat cu substante care reduc riscul de incrustare;- un singur capat sa fie efilat, celalat drept- lungimile cateterelor JJ sa fie de 26cm;- firul ghid din PTFE sau nitinol cu un capat flexibil avand lungime 150cm din care partea flexibila minim 3cm, 0,035"- termen implant minim la 10 luni;- eticheta pacient/fisa/doctor, produs CE, garantie minim 2 ani, steril, marcat pe ambalaj




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevard Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Poștal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4063443 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 466956
• e-mail: judecjean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



10.	Kit steril unica utilizare chirurgie spinala	Buc	80	263	21040	<p><u>Continut kit:</u></p> <p>1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente 150 x 190 cm 1 câmp de acoperire pentru masa Mayo 80 x 145 cm 1 camp spinal ranforsat 260 x 320 cm cu orificiu de 9 x 22 cm, prevazut cu banda velcro 1 bandă autoadezivă 10 x 50 cm 4 șervețele de celuloză 30 x 30 cm 4 campuri autoadezive bistratificate, min. 50 x 50 cm 20 comprese din material netesut cu fir radioopac 3 straturi, culoare alba, 10 x 10 cm 1 halat chirurgical dublat mar. I. 3 halate chirurgicale extraranforsate, cu masca cu legaturi integrată mar. XL 1 electrocauter, cu 2 butoane, min. 450 cm 1 pansament postoperator cu corp absorbant și strat de silicon 15 x 8cm</p> <p><u>Specificații material camp masa instrumente ranforsat:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m².- Film: polictilena 60 µm- Nețesut: polipropilena netesuta 30 g/m²- Îmbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic- Fără latex- Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată:<ul style="list-style-type: none">○ Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B○ Curătarea – microbiană – STERIL.○ Scămoșare – maxim 2 Log₁₀○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 185 cm (H2O)○ Rezistență la plesnire – umed – minim 80 kPa○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 85 kPa○ Rezistență la întindere – uscată – minim 30 N/50 mm transversal, minim 40 N/50 mm longitudinal○ Rezistență la întindere – umedă – minim 35 N/50 mm transversal, minim 40 N/50 mm longitudinal- Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată:<ul style="list-style-type: none">○ Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B○ Curătarea – microbiană – STERIL.○ Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O)○ Rezistență la plesnire – umed – minim 190 kPa
-----	--	-----	----	-----	-------	--



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevard Liviu Rebreanu, Nr. 150, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4003448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 406950
• e-mail: judestean@hosptm.ro • www.hosptm.ro




- Rezistență la plesnire – uscată – minim 200 kPa
- Rezistență la întindere – uscată – minim 70 N/50 mm transversal, minim 95 N/50 mm longitudinal
- Rezistență la întindere – umedă – minim 70 N/50 mm transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal

Specificații material camp Mayo:

- Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m².
- Nețesut: PP hidrofil, 30 g/m²
- Film: polietilena 60 µm
- Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic
- Fără latex
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I_B
 - Curatenia – microbiană – STERIL
 - Scămoșare – maxim 1.5 Log₁₀
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 80 cm (H₂O)
 - Rezistență la plesnire – umed – minim 75 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 85 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 35 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 40 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I_B
 - Curatenia – microbiană – STERIL
 - Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H₂O)
 - Rezistență la plesnire – umed – minim 180 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 185 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal

Specificații material campuri bistratificate:

- Compozitie: Film nețesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m²,
- Netesut: Material hidrofilic din polipropilenă cu filare directă PP (spunbond),



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevardul Eru Răbrenii, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4003448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 468950
• e-mail: judetean@hosctm.ro • www.hosctm.ro

ANMCS


certificata în
produse de acorditate

minim 30 g/m²

- Film: polietilenă compact, minim 25 g/m², impermeabil la umiditate și bacterii
- Cele două straturi să fie imbinat termic
- Fără latex
- Caracteristici și parametrii de performanță:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I_B
 - Curatenie – microbiană – STERIL
 - Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H₂O)
 - Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal
 - Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m²

Specificații material campuri ranforsate:

- Compozitic: Film nețesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m² + Absorbant-întăritura minim 55 g/m²
- Greutate totală zona ranforsată: minim 110 g/m²
- Material întăritura: SMS hidrofilic nețesut
- Nețesut; Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond)
- Film: polietilenă compact
- Straturile să fie imbinat termic
- Fără latex
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 I_B
 - Curatenie – microbiană – STERIL
 - Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H₂O)
 - Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevard Liniu Rebroanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod Fiscal 4003448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospim.ro • www.hospim.ro



- Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m²
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană umedă: minim 6 I B
 - Curătenie – microbiană – STERIL
 - Scămoșare – maxim 2 Log 10
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 170 cm (H2O)
 - Rezistență la pleșuire – umed – minim 335 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 335 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 200 N/50 mm longitudinal
 - Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m²

Materialul campurilor să respecte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”. Materialul câmpurilor trebuie să fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistența la laser.


Campurile să fie clasificate în clasa I conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitate.

Materialul trebuie să fie impermeabil la lichide și germenii, să se muleze ușor pe corpul pacientului, să aibă proprietăți anti-statice, să nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii).

Campurile trebuie să fie marcate cu pictograme care să indice zona de aplicare, pentru a fi ușor de manevrat și a scurta durata de izolare.

Specificații comprese din material netesut cu fir radioopac:

- Între două straturi de material netesut (70% vascoza și 30% polyester) să fie amplasat un strat de plasa de poliamida/polyester pentru mararea rezistenței.
- Straturile exterioare să fie încrețite pentru mararea capacitații de absorbție.
- Să conțină fir radioopac cu continut de sulfat de bariu minim 60%
- Să nu conțină: latex, PVC, plastifianti alternativi, colofonie, Clor, Bisphenol A, materii prime de origine animală, substanțe toxice.
- Scămoșare foarte scăzuta, să nu prezinte fire desprinse.
- Să prezinte ISO 10993 pentru evaluarea biologică a dispozitivelor medicale și EN ISO 14971-managementul riscului privind dispozitivele medicale.
- Să fie testate în conformitate cu EN 1644-1



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA


• Boulevard László Rákóczi Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4603348 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



- Capacitate retenție a lichidelor să fie de min. 12 g/g, iar după 30 minute de imersare la 37 grade C, 15 g/cm²
- Dimensiune: 10 x 10cm;
- PH neutru

Specificații halat chirurgical dublat, mar. L

- Halat chirurgical ranforsat din material nețesut, ignifug, repellent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre; cu o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.
- Scămoșare redusă și rezistent la abraziune.
- Manșete elastice lungi și tricotate din poliester.
- Sa prezinte sistem de prindere combinat: bandă cu scai și parte adezivă din polipropilenă topită la cald, pentru ajustarea halatului în orice poziune din jurul gâtului.
- Suprapunere extra largă la spate.
- Guler colorat pentru identificarea rapidă a nivelului de protecție.
- Materialul halatului să respecte cerințele standardului european EN 13795-1: 2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”.
- Zonele ranforsate să fie repellente la alcool – minim clasa 9, NWSP 080.8.R0 (20)
- Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flamabilitate îmbracaminte textilă.
- Sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu.
- Material:
 - Nețesut: Polipropilenă-material nețesut (SMS), minim 40g/m² antistatic
 - Ranforsare: material laminat din pelicula netesuta PP-PE în partea din față și pe brate, minim 42 g/m²
 - Manșete - 100% Poliester
 - Fir cusătură - 100% Poliester
- Caracteristici în zona neranforsată:
 - Rezistență la penetrare microbiană – minim 3 IB
 - Puritate – microbiană – STERIL
 - Puritate – Particule în suspensie < 2,5 IPM
 - Scămoșare – maxim 2,5 log10
 - Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 40cm H₂O
 - Rezistență la rupere – Uscat – minim 138 kPa



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA


• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Poștal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4683448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 488956
• e-mail: judecjean@hosp-tm.ro • www.hosp-tm.ro



- Rezistența la rupere – Umed – minim 137 kPa
- Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 103 N, transversal minim 40 N
- Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 105 N, transversal minim 40 N
- Caracteristici în zonele cu ranforsare:
 - Rezistență la penetrare microbiană – minim 6 IPB
 - Puritate – microbiană – STERIL
 - Puritate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM
 - Scămoșare – maxim 2 log₁₀
 - Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 160 cm H₂O
 - Rezistență la rupere – Uscat – minim 300 kPa
 - Rezistență la rupere – Umed – minim 215 kPa
 - Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 140 N, transversal minim 84 N
 - Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 137 N, transversal minim 80 N
- Dimensiune: L - lungime: 125 cm, circumferință: 157 cm (ranforsare 90 x 50cm), lungime maneca: 80 cm (ranforsare 40cm)
- Sa prezinte marcaj CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale

Specificații halat chirurgical extraranforsat, cu masca cu legături integrată mar. XI.

- Halat chirurgical extraranforsat din material nețesut ce trebuie să fie rezistent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre.
- Sa aibă o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.
- Cu scămoșare redusă și rezistent la abraziuni.
- Cu suprapunere foarte lată la spate și cu ranforsare la piept și ranforsare completă la mâneci.
- Sa aibă masca integrată.
- Cu manșete elastice lungi și tricotate.
- Cu banda de siguranță combinată, "arici" cu zone adezive, din polipropilena lipită, pentru reglarea la gât a halatului chirurgical, pe orice portiune din spatele gâtului.
- Materialul halatului să respecte cerințele standardului european EN 13795-1: 2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663443 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 466956
• e-mail: judeceteani@hospfm.ro • www.hospfm.ro



- Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flamabilitate imbracaminte textila
- Sa nu conțina cauciuc natural din latex și nici colofoniu
- Material:
 - Nețesut: Polipropilenă-material nețesut (SMS), care sa respinga antistatic alcoolul > nivel 8
 - Ranforsare: dublu strat laminat respirabil in zona frontală ranforsata si triplu strat laminat in zona ranforsata a manecii, repellent la alcool > nivel 9 - NWSP 080.8.R0 (20)
 - Manșete - 100% Polyester
 - Fir cusătură - 100% Polyester
- Masca sa aiba dimensiunea de 28 x 23 cm si sa aiba siret de min 50 cm
- Caracteristici in zona neranforsata:
 - Rezistența la penetrare microbiană – minim 4,2 I B
 - Puritate – microbiana – STERIL
 - Puritate – Particule in suspensie maxim 2,2 IPM
 - Scămoșare – maxim 2,2 log 10
 - Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 36 cm H₂O
 - Rezistența la rupere – Uscat – minim 162 kPa
 - Rezistența la rupere – Umed – minim 160 kPa
 - Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 65 N, transversal minim 30 N
 - Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 67 N, transversal minim 35 N
- Caracteristici in zona cu ranforsare:
 - Rezistența la penetrare microbiană – minim 6 I B
 - Puritate – microbiana – STERIL
 - Puritate – Particule in suspensie < 2 IPM
 - Scămoșare – maxim 2 .2 log 10
 - Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 200 cm H₂O
 - Rezistența la rupere – Uscat – minim 215 kPa (in zona manecii)/255 kPa (in zona pieptului)
 - Rezistența la rupere – Umed – minim 198 kPa (in zona manecii)/ 250 kPa (in zona pieptului)
 - Rezistență la tracțiune – uscat:
 - Longitudinal minim 95 N, transversal minim 45 (in zona manecii)
 - Longitudinal minim 115 N, transversal minim 93 (in zona pieptului)



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRINZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul I.Mie Rebreanu, Nr. 156, Cod Postul 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0360 433111 • Fax +4 0256 436898
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro




- Rezistență la tracțiune – umed:
 - Longitudinal minim 95 N, transversal minim 40 (în zona manecii)
 - Longitudinal minim 120 N, transversal minim 100 (în zona pieptului)
- Dimensiuni: XL - lungime: 150 cm, circumferință: 170 cm (ranforsare 105 x 70cm), lungime maneca: 88 cm (ranforsata integral)
- Să prezinte marcat CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale.

Specificații electrocauter, cu 2 butoane, min. 450 cm:

- Electrod activ monopolar, cu 2 butoane, 3 pini, compatibil cu unitatiile Valley Lab, lungime cablu min. 450cm

Specificații pansament postoperator cu corp absorbant și strat de silicon:

- Pansament steril hidrocelular pentru protecția plagilor post-chirurgicale sau primare, cu strat siliconic, autoadeziv
- Să fie indicat pentru tratamentul rănilor postoperatorii, pentru absorbtia exsudatului în cazul plagilor cu exsudat scazut pana la mederat și pansarea sterilă plagilor acute
- Să fie confectionat din material moale nețesut și un corp absorbant, acoperite cu un strat de adeziv siliconic perforat
- Să fie acoperit cu un adeziv siliconic
- Să fie prevăzut cu un corp absorbant
- Să includă un strat siliconic de contact cu rana care nu are aderență cu aceasta.
- Suport: Material nețesut
- Adeziv siliconic
- Tampon plăgu în trei straturi:
 - stratul de contact cu plaga: plasa confectionată din polictilena, care să prevină aderența tamponului la plăgu
 - stratul de transmitere: confectionat din vâscoză, care să permită exsudatelor să fie absorbite rapid
 - stratul de retenție: confectionat din de fibre superabsorbante care rețin exsudatul
- Strat acoperire adeziv: film protector
- Adezivitate: minim 2,4 N/25 mm
- Capacitate de absorbtie: > 43,5g/100cm²
- Capacitate de retentie a exsudatului: minim 95%




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 150, Cod Poștal 300223 Timișoara
• Cod fiscal 4803448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judecteam@hosptm.ro • www.hosptm.ro



						<ul style="list-style-type: none">• Capacitate de gestionare a fluidelor: aprox 17 g/100cm²/24h• Rata de transmisie a vaporilor de apă: min 930g/ m²/24h• Dimensiune: 15 x 8 cm (corp absorbant 11 x 3,8 cm)• Ambalare: sigilat individual in folie termosudata• Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril• Marcaj CE conform Regulamentul (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR) <p>Sterilizare cu oxid de etilena. Produsul sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. Sa prezinte eticheta autoadeziva detasabila pentru urmarirea circuitului produsului. Sa prezinte marcaj CE conform Regulamentul UE 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR). Declaratia de Conformitate sa includa SRN (numarul unic de inregistrare) si UDI-DI (numerele de inregistrare ale dispozitivelor medicale) in EUDAMED (baza de date la nivel de UE pentru dispozitivele medicale) Sa respecte standardele referitoare la impachetare in 4 straturi EN ISO 11607 si EN 868 (ambalaj individual steril, ambalaj de raft, ambalaj de depozit si ambalaj de transport). Valabilitate: 5 ani</p>
11.	Kit steril unica utilizare chirurgie cerebrală	Buc	100	292	29200	<p>Continut kit:</p> <p>1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente 150 x 190 cm 1 câmp de acoperire pentru masa Mayo 80 x 145 cm 1 camp neurochirurgical ransforsat 245 x 320 cm cu sac colector si folie incizie, fenestratie 19 x 30 cm 4 campuri autoadezive 50 x 50 cm 1 bandă autoadezivă 10 x 50 cm 2 șervețele de celuloză 30 x 30 cm 2 benzi Velcro 2 x 23 cm 20 comprese din material netesut cu fir radioopac in 3 straturi, culoare alba, 10 x 10 cm 1 halat chirurgical dublat mar. L 3 halate chirurgicale extrransforsate, cu masca cu legaturi integrata mar. XL 1 electrocauter cu 2 butoane, min. 450 cm 1 bandaj de fixare a pansamentului autoadeziv 10cm x 4m</p>



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevard Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Poștal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4003448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judecetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro




Specificații material camp masa instrumente ranforsat:

- Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m².
- Film: polietilena 60 µm
- Nețesut: polipropilena netesuta 30 g/m²
- Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic
- Fără latex
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B
 - Curatenia – microbiană – STERIL.
 - Scămoșare – maxim 2 Log₁₀
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 185 cm (H2O)
 - Rezistență la plesnică – umed – minim 80 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 85 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 30 N/50 mm transversal, minim 40 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 35 N/50 mm transversal, minim 40 N/50 mm longitudinal
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B
 - Curatenia – microbiană – STERIL.
 - Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O)
 - Rezistență la plesnire – umed – minim 190 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 200 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 70 N/50 mm transversal, minim 95 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 70 N/50 mm transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal

Specificații material camp Mayo:

- Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m².
- Nețesut: PP hidrofil, 30 g/m²
- Film: polietilena 60 µm
- Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic
- Fără latex
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA


• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 150, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4303448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486356
• e-mail: judecteam@hosptm.ro • www.hosptm.ro



- Curatenia – microbiană – STERII.
- Scămoșare – maxim 1.5 Log₁₀
- Rezistență la penetrarea lichidă – minim 80 cm (H2O)
- Rezistență la plesnire – umed – minim 75 kPa
- Rezistență la plesnire – uscată – minim 85 kPa
- Rezistență la întindere – uscată – minim 35 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal
- Rezistență la întindere – umedă – minim 40 N/50 mm transversal, minim 60 N/50 mm longitudinal
- Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B
 - Curatenia – microbiană – STERIL
 - Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O)
 - Rezistență la plesnire – umed – minim 180 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 185 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal

Specificații material campuri bistratificate:

- Compozitie: Film nețesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m²,
- Netesut: Material hidrofilic din polipropilenă cu filare direcția PP (spunbond), minim 30 g/m²
- Film: polietilenă compact, minim 25 g/m², impermeabil la umiditate și bacterii
- Cele două straturi să fie imbinat termic
- Fără latex
- Caracteristici și parametrii de performanță:
 - Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l_B
 - Curatenia – microbiană – STERIL
 - Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀
 - Rezistență la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H2O)
 - Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa
 - Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa
 - Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal
 - Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevard Lucei Represarii, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4983448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 488356
• e-mail: judestean@hospit.ro • www.hospit.ro



					<p>N/50 mm longitudinal</p> <ul style="list-style-type: none">○ Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² <p><u>Specificatii material campuri ranforsate:</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Compozitie: Film nețesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m² + Absorbant-intăritura minim 55 g/m²• Greutate totală zona ranfersată: minim 110 g/m²• Material întăritura: SMS hidrofilic nețesut• Nețesut; Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond)• Film: polietilenă compact• Straturile să fie imbinante termic• Fără latex• Caracteristici și parametrii de performanță în zona neranforsată:<ul style="list-style-type: none">○ Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 IB○ Curatenia – microbiană – STERIL○ Scămoșare – maxim 2.5 Log 10○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H2O)○ Rezistență la plesnire – umed – minim 125 kPa○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 125 kPa○ Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal○ Rezistență la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal○ Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m²• Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată:<ul style="list-style-type: none">○ Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 IB○ Curatenia – microbiană – STERIL○ Scămoșare – maxim 2 Log 10○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 170 cm (H2O)○ Rezistență la plesnire – umed – minim 335 kPa○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 335 kPa○ Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal○ Rezistență la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 200 N/50 mm longitudinal○ Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m²
--	--	--	--	--	--



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4863448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 480956
• e-mail: judecteam@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Materialul campurilor sa respecte cerintele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanta „Performanta înalta, zona critică”. Materialul câmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistenta la laser.

Campurile sa fie clasificate in clasa 1 conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitate

Materialul trebuie sa fie impermeabil la lichide si gerineni, sa se muleze usor pe corpul pacientului, sa aiba proprietati anti-statice, sa nu contine latex (pentru a nu provoca alergii).


Campurile trebuie sa fie marcate cu pictograme care sa indice zona de aplicare, pentru a fi usor de manevrat si a scurta durata de izolare.

Specificatii comprese din material netesut cu fir radioopac:

- Intre doua straturi de material netesut (70% vascoza si 30% polyester) sa fie amplasat un strat de plasa de poliamida/polyester pentru marirea rezistentei.
- Straturile exterioare sa fie incretite pentru marirea capacitatii de absorbtie.
- Sa contine fir radioopac cu continut de sulfat de bariu minim 60%
- Sa nu contine: latex, PVC, plastifianti alternativi, colofonie, Clor, Bisphenol A, materii prime de origine animala, substante toxice.
- Scamosare foarte scazuta, sa nu prezinte fire desprinse.
- Sa prezinte ISO 10993 pentru evaluarea biologica a dispozitivelor medicale si EN ISO 14971-managementul riscului privind dispozitivele medicale.
- Sa fie testate in conformitate cu EN 1644-1
 - Capacitate retentie a lichidelor sa fie de min. 12 g/g, iar dupa 30 minute de imersare la 37 grade C, 15 g/cmp
 - Dimensiune: 10 x 10cm;
 - PH neutru

Specificatii halat chirurgical dublat, mar. L

- Halat chirurgical ranforsat din material netesut, ignifug, repellent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre; cu o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.
- Scămoșare redusă și rezistent la abraziune.
- Manșete elastice lungi și tricotate din poliester.
- Sa prezinte sistem de prindere combinat: bandă cu scai și parte adezivă din polipropilenă topită la cald, pentru ajustarea halatului în orice poziune din jurul gâtului.




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu Nr. 150, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486996
• e-mail: judecjean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



- Suprapunere extra larga la spate.
- Guler colorat pentru identificarea rapida a nivelului de protectie.
- Materialul halatului sa respecte cerintele standardului european EN 13795-1: 2019 privind cel mai inalt nivel de performanta „Performanta inalta, zona critica”.
- Zonele ranforsate sa fie repelante la alcool – minim clasa 9, NWSP 080.8.R0 (20)
- Sa fie rezistent la ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flammabilitate imbracaminte textila.
- Sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu.
- Material:
 - Noțesut: Polipropilenă-material netesut (SMS), minim 40g/m² antistatic
 - Ranforsare: material laminat din pelicula netesuta PP-PE în partea din fata și pe brate, minim 42 g/m²
 - Manșete - 100% Poliester
 - Fir cusătură - 100% Poliester
- Caracteristici în zona neranforsată:
 - Rezistență la penetrare microbiană – minim 3 IB
 - Puritate – microbiană – STERIL
 - Puritate – Particule în suspensie ≤ 2,5 IPM
 - Scămoșare – maxim 2,5 log10
 - Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 40cm H₂O
 - Rezistență la rupere – Uscat – minim 138 kPa
 - Rezistență la rupere – Umed – minim 137 kPa
 - Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 103 N, transversal minim 40 N
 - Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 105 N, transversal minim 40 N
- Caracteristici în zonele cu ranforsare:
 - Rezistență la penetrare microbiană – minim 6 IB
 - Puritate – microbiană – STERIL
 - Puritate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM
 - Scămoșare – maxim 2 log10
 - Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 160 cm H₂O
 - Rezistență la rupere – Uscat – minim 300 kPa
 - Rezistență la rupere – Umed – minim 215 kPa
 - Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 140 N, transversal




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4963448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 436956
• e-mail: judetosan@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					<p>minim 84 N</p> <ul style="list-style-type: none">○ Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 137 N, transversal minim 80 N● Dimensiune: L - lungime: 125 cm, circumferință: 157 cm (ranforsare 90 x 50cm), lungime maneca: 80 cm (ranforsare 40cm)● Sa prezinte marcat CE in conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale <p><u>Specificatii halat chirurgical extraranforsat, cu masca cu legaturi integrata mar. XL</u></p> <ul style="list-style-type: none">● Halat chirurgical extraranforsat din material netesut ce trebuie sa fie rezistent la apa, cu un strat de mijloc din microfibre.● Sa aiba o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.● Cu scămoșare redusă și rezistent la abraziune.● Cu suprapunere foarte lata la spate si cu ranforsare la piept si ranforsare completa la maneci.● Sa aiba masca integrata.● Cu manșete elastice lungi și tricotate.● Cu banda de siguranta combinata, "arici" cu zone adezive, din polipropilena lipita, pentru reglarea la gât a halatului chirurgical, pe orice portiune din spatele gâtului.● Materialul halatului sa respecte cerintele standardului european EN 13795-1: 2019 privind cel mai înalt nivel de performanta „Performanta inalta, zona critica”.● Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flamabilitate imbracaminte textila● Sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu● Material:<ul style="list-style-type: none">○ Netesut: Polipropilenă-material netesut (SMS), care sa respingă antistatic alcoolul > nivel 8○ Ranforsare: dublu strat laminat respirabil in zona frontală ranforsată și triplu strat laminat in zona ranforsată a manecii, rezistent la alcool > nivel 9 - NWSP 080.8.R0 (20)○ Manșete - 100% Poliester○ Fir cusătură - 100% Poliester● Masca sa aiba dimensiunea de 28 x 23 cm si sa aiba siret de min 50 cm● Caracteristici in zona neranforsata:<ul style="list-style-type: none">○ Rezistență la penetrare microbiană – minim 4,2 I B
--	--	--	--	--	--



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 158, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4903448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 456956
• e-mail: judelean@hospitm.ro • www.hospitm.ro




- Puritate – microbiană – STERIL
- Puritate – Particule în suspensie maxim 2,2 IPM
- Scămoșare – maxim 2.2 log 10
- Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 36 cm H₂O
- Rezistența la rupere – Uscat – minim 162 kPa
- Rezistența la rupere – Umed – minim 160 kPa
- Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 65 N, transversal minim 30 N
- Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 67 N, transversal minim 35 N
- Caracteristici în zona cu ranforsare:
 - Rezistența la penetrare microbiană – minim 6 LB
 - Puritate – microbiană – STERIL
 - Puritate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM
 - Scămoșare – maxim 2 .2 log 10
 - Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 200 cm H₂O
 - Rezistența la rupere – Uscat – minim 215 kPa (în zona manecii)/255 kPa (în zona pieptului)
 - Rezistența la rupere – Umed – minim 198 kPa (în zona manecii)/ 250 kPa (în zona pieptului)
 - Rezistență la tracțiune – uscat:
 - Longitudinal minim 95 N, transversal minim 45 (în zona manecii)
 - Longitudinal minim 115 N, transversal minim 93 (în zona pieptului)
 - Rezistență la tracțiune – umed:
 - Longitudinal minim 95 N, transversal minim 40 (în zona manecii)
 - Longitudinal minim 120 N, transversal minim 100 (în zona pieptului)
- Dimensiune: XL - lungime:150 cm, circumferință: 170 cm (ranforsare 105 x 70cm), lungime maneca: 88 cm (ranforsata integral)
- Să prezinte marcat CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale.

Specificații electrocauter, cu 2 butoane, min. 450 cm:

- Electrod activ monopolar, cu 2 butoane, 3 pini, compatibil cu unitățile Valley Lab, lungime cablu min. 450cm

Specificații bandaj de fixare a pansamentului autoadeziv:

- Bandaj de fixare elastic, pentru fixarea tuturor pansamentelor primare și secundare, atelelor, bandajelor gipsate, cateterelor și canulelor (etc.), ce se poate




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevard Liviu Rebreanu, Nr. 150, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4863448 • Telefon +4 0358 433111 • Fax +4 0256 488958
• e-mail: judetean@hospitm.ro • www.hospitm.ro



					<p>utiliză în special la nivelul articulațiilor și părților concave și rotunde ale corpului. Sa fie indicată pentru stabilizarea mușchilor, tendoanelor, ligamentelor și articulațiilor, cu efect scăzut de imobilizare.</p> <ul style="list-style-type: none">• Sa fie ușor coeziv.• Sa fie de unică folosință.• Dimensiune: 10cm x 4m• Compoziție material:<ul style="list-style-type: none">○ Aprox. 43% vâscoză○ Aprox. 20% poliamidă○ Aprox. 37% bumbac○ cu înveliș special• Țesătură simplă și bordură tăiată• Greutate per zonă: min. 39 g/m²• Permeabilitate la aer ≥ 1000 l/m² /s• Elongație min. 80%• Forță de coeziune 45 +/- 25 cN/cm• Forță de deslușurare 15 – 125 cN/cm• Lungime în extensie: 400 +/- 20 cm• Capătul sa fie pliat în margine cu aprox. 1 cm <p>Sterilizare cu oxid de etilena. Produsul sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. Sa prezinte eticheta autoadeziva detasabila pentru urmarirea circuitului produsului. Sa prezinte marcat CE conform Regulamentului UE 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR). Declaratia de Conformitate sa includa SRN (numarul unic de înregistrare) si UDI-DI (numerele de înregistrare ale dispozitivelor medicale) in EUDAMED (baza de date la nivel de UE pentru dispozitivele medicale) Sa respecte standardele referitoare la impachetare in 4 straturi EN ISO 11607 si EN 868 (ambalaj individual steril, ambalaj de raft, ambalaj de depozit si ambalaj de transport). Valabilitate: 5 ani</p>
--	--	--	--	--	---




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 150, Cod Poștal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486356
• e-mail: judelean@hospbm.ro • www.hospbm.ro



12.	Cateter monoJ 6Ch	Buc	60	120	7200	<p>Stent Ureteral monoJ</p> <ul style="list-style-type: none">- ambele capete deschise;- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac;- un singur capat sa fie efilat, celalat drept- lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm;- termen implant pana la 3 luni;- Sterile;- Garantie minim 2 ani;
13.	Cateter monoJ 8Ch	Buc	60	150	9000	<p>Stent Ureteral monoJ</p> <ul style="list-style-type: none">- ambele capete deschise;- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac;- un singur capat sa fie efilat, celalat drept- lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm;- termen implant pana la 3 luni;- Sterile;- Garantie minim 2 ani;
14.	Cateter monoJ 8Ch termen lung	Buc	10	350	3500	<p>Stent Ureteral mono J</p> <ul style="list-style-type: none">- ambele capete deschise;- confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac;- un singur capat sa fie efilat, celalat drept- lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm;- termen implant minim 6 luni;- Sterile;- Garantie minim 2 ani;
15.	Combiset steril pentru interventii mari urologice	Buc	100	347	34700	<p>Compus din:</p> <p>1 buc CAMP PENTRU MASA DE INSTRUMENTE MINIM 190 X 150 CM RANFORSAT MINIM?5 X 190 CM</p> <p>1 buc CAMP DE ACOPERIRE PENTRU MASA MAYO MINIM 80 X 145 CM</p> <p>1 buc CAMP AUTOADEZIV BISTRATIFICAT MINIM 240 X 150 CM</p> <p>2 buc CAMP AUTOADEZIV BISTRATIFICAT MINIM 90 X 75 CM</p> <p>1 buc CAMP AUTOADEZIV BISTRATIFICAT MINIM 175 X 170 CM</p> <p>1 buc HALAT EXTRADUBLAT MAR. I, LUNGIME MINIM 130CM, CIRCUMFERINTA MINIM 160CM, RANFORSARE 85 X 70CM, LUNGIME MANECA MINIM 77CM (RANFORSATA INTEGRAL)</p>




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4063448 • Telefon +4 0266 433111 • Fax +4 0266 486950
• e-mail: judelean@hosp-tm.ro • www.hosp-tm.ro



					<p>2 buc HALAT EXTRADUBLAT MAR. XL, LUNGIME MINIM 150CM. CIRCUMFERINTA MINIM 170CM, RANFORSARE 105 X 70CM, LUNGIME MANECA MINIM 88CM (RANFORSATA INTEGRAL) 2 buc BISTURIU NR. 20 1 buc BUZUNAR AUTOADEZIV CU 2 COMPARTIMENTE, PE TRANSPARENT, MIN. 46 X 40 CM 1 buc ELECTROCAUTER, CU 2 BUTOANE, MIN. 450 CM 1 buc ACCESORIU PENTRU CURATAREA VARIFULUI ELECTROCAUTERULUI, RADIOOPAC 5 X 5 CM 30 buc COMPRESE DIN TIFON CU FIR RADIOOPAC IN MINIM 16 STRATURI, MIN. 17 FIRE, CULOARE ALBA, 10 X 10 CM 6 buc TAMPOANE TIFON NR. 4 (OU) 1 buc PANSAMENT POST OPERATOR SUPERABSORBANT CU STRAT DE SILICON, MIN. 10 X 20 CM 1 buc BOL DIN PLASTIC 9,3 CM, GRADAT, TRANSPARENT 250 ML 1 buc BOL DIN PLASTIC 9,2 CM, GRADAT, ALBASTRU 250 ML 1 buc BOL DIN PLASTIC 11,5 CM, GRADAT, TRANSPARENT 500 ML 1 buc TAVITA PENTRU ACE SI LAME DE BISTURIU, 10 X 5 X 1CM CU 10 LOCURI 1 buc PENSA DE PLASTIC PENTRU DEZINFECTARE ZONA OPERATORIE 24 CM 1 buc BANDA ADEZIVA 10 X 50 CM 4 buc SERVETELE DE CELULOZA 30 X 30 CM</p> <p>Specificatii camp masa instrumente:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material bistratificat cu laminarea celor doua straturi pentru a nu sedezlipa, greutate minim 90 g/m².<ul style="list-style-type: none">- Stratul superior hidrofil, stratul inferior impermeabil la lichide si germenii- Materialul cāmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistenta la laser.- Campurile sa fie clasificate in clasa 1 conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitate <p>Specificatii campuri bistratificate:</p> <ul style="list-style-type: none">- Material bistratificat cu laminarea celor doua straturi pentru a nu sedezlipa, greutate minim 55 g/m².<ul style="list-style-type: none">- Stratul superior hidrofil, stratul inferior impermeabil la lichide si germenii- Materialul cāmpurilor trebuie sa fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistenta la laser.
--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevard Liviu Rebreanu, Nr. 150, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4003448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judestean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					<ul style="list-style-type: none">- Campurile sa fie clasificate in clasa 1 conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flamabilitateSpecificatii halate extra dublate:<ul style="list-style-type: none">- halate chirurgicale din material netesut, ignifuge, impermeabile pentru lichide, permeabile pentru aer, cu mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor, cu o scămoșare redusă și rezistent la abraziune.- ranforsare: dublu strat laminat respirabil in zona frontală ranforsată și triplu strat laminat in zona ranforsată a manecii- halatul are sistem de prindere cu snur și carton de ghidaj- cu manșete elastice- cu suprapuncre foarte lată la spate și cu ranforsare la piept și ranforsare completă la maneci- să fie rezistent ignifug clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - standard pentru flamabilitate îmbrăcăminte textilă- dimensiuni: L - lungime: 130 cm, circumferință: 160 cm (ranforsare 85 x 70cm), lungime maneca: 77 cm (ranforsata integral) XL - lungime: 150 cm, circumferință: 170 cm (ranforsare 105 x 70cm), lungime maneca: 88 cm (ranforsata integral)Specificatii bisturiu:<ul style="list-style-type: none">- lama bisturiu din otel-carbon cu maner de plastic și capac transparent detasabil pentru lama, nr. 20.Specificatii electrocauter:<ul style="list-style-type: none">- electrod activ bipolar compatibil cu electrocauterele Valley Lab, cu 2 butoane, 3 poli, lungime cablu min. 250 cm, în suport din plastic alb, sau echivalentSpecificatii comprese cu fir radioopac:<ul style="list-style-type: none">- comprese sterile, din tifon, cu fir colorat radioopac întrețesut- să nu lase scame, fără margini libere.- material component: bumbac pur 100% cu fir masa medic: minim 23gr/mp- rezistente la rupereSpecificatii tampoane tifon:<ul style="list-style-type: none">- material component: bumbac pur 100%,- densitatea de lungime: min. 20 lire- masa medie: minim 27gr/mp- să nu lase scame- rezistente la rupereSpecificatii pansament post operator superabsorbant cu strat de silicon<ul style="list-style-type: none">- pansament super-absorbant care să fie indicat pentru tratamentul plăgilor cu un
--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevardul Lieiu Retreanu, Nr. 150, Cod Postal 300720 Timișoara
• Cod fiscal 4803448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 488966
• e-mail: judeteen@hospim.ro • www.hospim.ro



nivel de exsudat moderat până la abundant: plăgi acute
- sa fie steril, de unică folosintă,
- sa fie prevăzut cu un strat de contact cu plaga din silicon, care să permită o aplicare facilă și îndepărțarea nedureroasă, atraumatică.
- se compune dintr-un corp absorbant din celuloză și un poliacrilat superabsorbant pentru absorbtia și retentia exudatului.
- pe suprafața dinspre plagă să fie prevăzut cu un strat de contact cu plaga din plasă fină de silicon care să faciliteze aplicarea pansamentului și să prevină aderarea de plagă.
- stratul de suport al pansamentului să fie realizat dintr-un material netesut din polipropilenă verde, hidrofob. În același timp trebuie să fie și permeabil la aer.
- să fie ambalat individual în punga termosudată din hartie
Specificații tavita pentru ace și lame bisturii:
- Tavita din plastic, special pentru a asigura îndepărțarea în siguranță a obiectelor ascuțite, lame de bisturi și ace.

Toate componentele să fie ambalate în același pachet, steril, fiind impachetate în campul pentru masa de instrumente.
Ambalajul individual are inscripționare: codul produsului, valabilitatea, mod de sterilizare, marca CE, producătorul.
Să prezinte pe ambalaj eticheta dubla autoadeziva, detasabilă, pentru urmărirea circuitului produsului
Produsele să poarte marcat CE
Valabilitate: minim 3 ani de la data producerii și diferența între data producerii și a alivrării să nu fie mai mare decât 6 luni




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRİNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300729 Timișoara
• Cod fiscal 4663418 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486966
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



16.	Ansa rezectie bipolară tip bucla	Buc	130	450	58500	Ansa de unicafolosinta, sterila, compatibil cu rezectoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , marcat CE, sterile
17.	Lama uretrotom Otis (cutit classic drept pt uretrotomie Otis)	Buc	4	600	2400	-compatibil cu uretrotomul Otis STORZ, marcat CE
18.	Ansa Rezectie bipolară tip Colings	Buc	6	450	2700	De unica folosinta sterila, compatibila cu rezectoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , marcat CE
19.	Adaptor Tuohy-Borst	Buc	20	120	2400	Valva reglabilă ce previne refluxul fluidelor în jurul instrumentelor inserate în canalul de lucru al instrumentelor de endoscopic pe durata ureteroscopici flexibile sau rigide, ambulate individual steril, valabilitate minim 2 ani, marcat CE
20.	Pensa tip basket pt extragerea claculilor din calice greu accesibile la procedura de nefrolitotritie percutanata	Buc	2	800	1600	<ul style="list-style-type: none">- Pensa cu teaca metalica rigida si cosulet cu 4 spire pentru extragerea calculilor si chegurilor din calice greu accesibile in cursul procedurii de nefrolitotritie percutanata- Varful poate fi angulat prin retragerea tecii la baza acestaiei- Varful poate fi rotit prin acțiunea piulitei de la baza manerului. <p>Varful cu care se prinde calculul se deschide prin actionarea apasarea manerului.</p> <ul style="list-style-type: none">- Lungime 40 cm- Grosime maxim 7 Fr- Produs amabalat steril cu eticheta de identificare si marcat CE- Valabilitate minim 2 ani
21.	Ansa bipolară pentru hemostaza tip bilă	Buc	10	390	3900	De unica folosinta sterila, compatibil cu rezectoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , marcat CE



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 150, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 480956
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



22.	Cateter (sonda) ureteral cu balonas	Buc	10	1000	10000	Cateter ureteral cu balonas pentru ocluzie ureterala ,trecere atraumatica , radiopac , varf deschis , 70 cm lungime.Varf drept și lat. Balonul se umflă simetric în toate direcțiile și are capacitatea de maxim 1-3 ml .Dupadezumflare , acesta revine la dimensiunile initiale ale sondelor . Grosime 5 CH sau 6 CH sau 7 CH Ambalat steril , marcat CE.
23.	Sonde Foley - Tieman (cu fir radioopac)	Buc	60	50	3000	Sonde Foley- Tiemann disponibile dimensiuni: CH 12, CH 14, CH 16, CH 18, CH 20 ; - Se utilizeaza pt dilatatie ureterala sau cateterizare vezicala in urologie - Confectionata din silicon 100% - Tub din silicon, racord, extremitatea distala inchisa ,plina, indoita,sub forma de caria, prezinta 1-2 ochiuri laterale; - prezinta fir radioopac pe toata lungimea - balonas 5-50ml - lungime minim 40cm - Produs steril, valabilitate minim 2 ani - Marcaj CE - ambalate individual

3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul


3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei produselor sau în cazul amânării din cauze care nu sunt de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor/ deficiențelor în perioada de garanție.

3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează și la parametrii agreeați și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblurile/părțile componente necesare punerii în funcțiune.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” TIMIȘOARA

• Boulevard L. I. Brătianu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4863448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judecteam@hospitm.ro • www.hospitm.ro



Contractantul va ambeala și își va produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația și stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sări și precipitațiilor din timpul transportului și de depozitării în locuri deschise. În instabilitatea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va încerca să nu deconteze, acolo unde este cazul, distanță față de destinația finală a produselor furnizate și eventual absentă a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și costurile asociate sunt însarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este sediul autorității contractante, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Branzeu” Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timis.

Contractantul este responsabil pentru livrarea între menținută al produselor și se consideră că l-a luat în considerare totodată dificultățile pe care le ar putea întâmpina în acest sens și nu văd invocând un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Partilor

Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le detine și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În masura în care Autoritatea contractanta nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabile în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractanta se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea înădeplinirii Contractului.


În acest sens, se prezuma că toate datele/informațiile documentele prezентate Contractantului sunt însoțite de către conducătorii unității și/sau de către persoanele în dreptăvandă funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea contractanta se obligă să rețină și să producă documente certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractanta are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractual atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4003440 • Telefon +4 0366 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hcptm.ro • www.hcptm.ro



Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevazute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta se obligă să platească Pretul Contractului către Contractant, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul sau sau în cadrul Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factură încă din prima, cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Obligațiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele și/sau în deplin obligațiile în condițiile stabilită în prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și ofertei în bază care îl-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobatelor standarde tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de buna execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele parti.

Contractantul va尊重a prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobatelor standarde tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o societate alcătuită din două sau mai multi operatori economici, toți aceștii vor fi considerați solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil întrucât este realizată Contractul.


Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor răsunătoare prin Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obligă să emite facturi aferente produselor furnizate în prezentul Contract numai dupăprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodată, este responsabil de siguranța tuturor operatiunilor și metodelor de prestare, ca și de calificarea personalului folosit pe totă durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat raspunzător pentru încalcarea de către Autoritatea Contractantă și de către orice altă persoană a reglementarilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a produselor.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

- Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4003448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt:

certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediere a produsului; documentația de utilizare (*daca este cazul*) ; raport privind testarea (*daca este cazul*) .

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea și calitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contactantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis.

6 Modalități și condiții de plată


Contractantul va emite facturi pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă :SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă însoțit de factură să reprezinte elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediere a produsului;
- d) procesul verbal de recepție calitativă;
- e) documentația de utilizare (*daca este cazul*) ;
- f) raport privind testarea (*daca este cazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlu accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operații de menenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agregate de partea în cadrul contractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emisiei facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Lieu Rebreanu, Nr. 150, Cod Postal 300728 Timișoara
• Cod fiscal 4603448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 480956
• e-mail: judecan@hosptm.ro • www.hosptm.ro



7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în execuțarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii în instituție printr-eputul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respective conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative).

Ofertantul îl indică în cadrul ofertei și faptul că la elaborarea acesteia au tinut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în munca.

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractuale atașate documentației de atribuire.

9 DISPOZITII FINALE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singură bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertantii au obligația de a analiza cu atenție documentația de atribuire și de a pregăti o ofertă conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice continute în aceasta. Esecul de a depune o ofertă care să contină toate informațiile cerute, în termenul prevazut, va duce la respingerea ofertei.


Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentei licitații de sarcini sunt minime, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minimul de parametri tehnici care trebuie întinuti de produsele oferite.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un proces sau special, o marca de fabrică sau de comert, un brevet de inventie, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu usurință a tipului de produs și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea unui operator economic sau a unui alt producător. Aceste specificații vor fi considerate ca având menirea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în masura în care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinește toate caracteristicile tehnice minime solicitate



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 166, Cod Poștal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4003448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486966
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



atragerespingereaofertei inconditiilelegii.

Modul de prezentare a propuneritehnicesisfinanicare se va face conform documentatiei de atribuire.

Documentatiatehnicaferentaoferenteivacontine, atatdocumentatia originala, cat si traducereadocumentatiitehniceoriginale in limbaromana, dacaestecazul.

Întocmit:

Dr. Daminescu Liviu
Coordonator BOI

