

## SECTIA BLOC OPERATOR 2 SCJUPBT

Nr. 8504, 19 FEB. 2025

### CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE

#### 1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către Oferent propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcarea, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, execuțanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesoriilor furnizării produselor (după caz).

- Protectia muncii : [www.securitatea-muncii.ro](http://www.securitatea-muncii.ro)
- Prevenirea și stingerea incendiilor : [www.igsu.ro](http://www.igsu.ro)
- Protectia mediului : [www.ampm.ro](http://www.ampm.ro)

În cadrul acestei proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU”** îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capituloarele unde se consideră de către Oferent că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

#### 2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

##### 2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viață medicală timișoreană precum Prof. Dr. Pius

Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilescu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernărilor de atunci necesitatea stringentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Judecătan de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, că urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotare cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

## **2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor**

In baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

## **2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă**

Autoritatea contractanta dorește să obțina un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piata și să corespunda calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

## **3 Descrierea produselor solicitate**

Produsele solicitate fac parte din categoria : *materiale sanitare*

### **3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor**

Asigurarea : *materiale sanitare*

**SPIRITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA**



\* Balconul Lavin Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300725  
 \* Cod fiscal 4663448 \* Telefon +4 0356 433 141 \* Fax +4 0256 486936  
 \* e-mail: judecanta@hosptim.ro \* www.hosptim.ro



**3.2.1 Produse solicitate**

Lot	Produs	Cantitate/ LUNA	Pret unitar fara TVA	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	<b>CLIPURI HEMOSTATICE VASCULARE</b>					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confechionate din titan, neresorbabile, pentru ligaturarea vaselor sau structurilor tubulare cu dimensiunile "micro", "small", "medium", "medium/large" si "large"</li> <li>• Marime "small", cartus de culoare galbenă, înaltime clip deschis 3.0mm, înaltime clip inchis 3.6mm și deschidere de 4.2mm în poziție deschis</li> <li>• Prezinta pe față internă striuri cu profil diamantat pentru siguranta ligaturii și impiedicare alunecarii clipului după aplicare.</li> <li>• Pe față externă prezinta aceleiasi striae care formează o grila cu profil triunghiular și zone de contact cu aplicatorul pentru siguranta prinderii și stabilitatea în aplicator în timpul manevrării;</li> </ul>

**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEȘCU” TIMIȘOARA**




\* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 \* Cod fiscal 4063448 \* Telefon +4 0350 433111 \* Fax +4 0256 486926  
 \* e-mail: judecanta@hosptim.ro \* www.hosptim.ro



ANMCS  
emisă în  
monitroare  
de sănătate  
CICLUL al II-lea

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reactie tisulara minima, suport permanent;</li> <li>• Nu introduc artefacie in cazul urmării imagistice postoperatorii si pot fi folosite pentru marcarea structurilor;</li> <li>• Aplicabile cu aplicator marcate pe manere cu aceleasi culori ca si pe cartuse;</li> <li>• Aplicatorul are santuri pentru evitarea pierderii clipurilor din aplicator. Deschidere falci =10mm Sterile;</li> <li>• Mod de ambalare :                     <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ cartus - 6 clipuri/cartus;</li> </ul> </li> <li>• Termen de valabilitate : minim 1 an de la data livrării si facturării;</li> <li>• Etichetare: nume si adresa producătorului, denumirea si codul produsului, cantitate, numar lot, data fabricatiei, data expirarii, tara de origine, metoda de sterilizare.</li> <li>• Marcaj CE;</li> </ul>	
<b>SOLICITAM CA LA O COMANDA DE 10 CUTII DE CLIPURI ACHIZITIONATE PE PERIOADA PROCEDURII SA SE ALOCE UN APPLICATOR DE CLIPURI.</b>			
1.2	<b>CLIPURI HEMOSTATICE VASCULARE MEDIUM</b>	180 buc (cartuse)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Confecționate din titan, neresorbabile, pentru ligăturarea vaselor sau structurilor tubulare cu dimensiunile "micro", "small", "small/medium", "medium", "medium/large" si "large"</li> <li>• Marime "medium", cartus de culoare albastra, inaltime clip deschis 4.8mm, inaltime clip inchis</li> </ul>
		30.6 lei	48 b Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156



## **SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEANU” VIMIŞOARA**



\* Boulevardul Rebreanu, Nr. 156 Vîmisoara, jud. Timiș, Cod Poștal 340723  
 \* Cod fiscal 4663448 \* Telefon +4 0356 433111 \* Fax +4 0256 486956  
 \* e-mail: judecanta@hospun.ro \* www.hospun.ro




**ANMCS**  
 autorizată în  
 26/06/2008  
 KICLUL nr.0-2008

	<p><b>5.7mm si deschidere de 5.8mm in poziție deschis</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prezinta pe fata interna striatii cu profil diamantat pentru siguranta ligaturii si impiedcarea alunecari clipului dupa aplicare.</li> <li>• Pe fata externa prezinta aceleiasi striatii care formeaza o grila cu profil triunghiular pe zona de contact cu aplicatorul pentru siguranta prinderii si stabilitatea in aplicator in timpul manevrarii;</li> <li>• Reacție tisulara minima, suport permanent;</li> <li>• Nu introduc artefacte in cazul urmăririi imagistice postoperatorii si pot fi folosite pentru marcare structurilor;</li> <li>• Aplicabile cu aplicator marcaț pe manere cu același culori ca și pe cartuse;</li> <li>• Aplicatorul are sarturi pentru evitarea pierderii clipurilor din aplicator. Deschidere falci =10mm Sterile;</li> <li>• Mod de ambalare :           <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ cartus - 6 clipuri/cartus;</li> </ul> </li> <li>• Termen de valabilitate : minim 1 an de la data livrării si facturari</li> <li>• Etichetare: nume si adresa producătorului, denumirea produsului, cantitate, numar lot, data fabricatiei, data expirarii, tara de origine, metoda de sterilizare.</li> <li>• Marcaj CE;</li> </ul>
	<p><b>SOLICITAM CA DUPA O COMANDA DE 10 CUTII DE CLIPURI PE PERIOADA PROCEDURII SA SE OFERE CATE UN APPLICATOR DE CLIPURI.</b></p>

**SPIITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PITUS BRINZELU” TIMIȘOARA**




\* Boulevard Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timisoara, jud. Timis, Cod Postal 300723  
 \* Cod fiscal 4663448 \* Telefon +4 0356 433111 \* Fax +4 0256 486956  
 \* e-mail: judecata@hospit.ro \* www.hospit.ro



unitate venito  
PROCESA DE MONITORIZARE  
CHIMICĂ ALIIEN

<p><b>2.</b> <b>Proteza liniara din ePTFE impregnata la interior cu heparina (DIVERSE DIMENSIUNI)</b></p>	<p>6 BUC</p>	<p>3.250,90lei</p>	<p>Timișoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156</p>	<p>48 h</p>	<p>Caracteristici tehnice:                      - Proteza liniara din ePTFE (expanded Poly TetraFluoroEthylene) construita din fibre cu doua lungimi diferite pentru reducerea efectului trombogen.                      - La exterior este un strat aditional de ePTFE care inveleste fibrele si care are rolul de a asigura fixarea suturii precum si o rezistență imbunătătită la deformare datorită presiunii interne.                      - La interior este impregnata cu heparina. Heparina este fixată prin legături covalente și interacțiuni ionice.                      - Aceasta modalitate de fixare a heparinei generează un efect antitrombogen similar cu cel din endotelului natural, obținându-se astfel o hemocompatibilitate mult mai bună.                      - Biocompatibilitate ridicata; Chimic și biologic ineră                      - Are linie de ghidaj pentru o corecta pozitionare, si care include informatii despre diametru si grosimea protezei                      - Integritatea structurala pe termen lung                      - Flexibilitate ridicata.                      - Cu sau fără spirala fină detasabilă la exterior, respectiv armata sau nearmata.                      - Diametre de 6mm, 7mm, 8mm, lungime 50cm sau 80cm                      - Are coeficient de frecare al suprafeței interne foarte</p>
---	--------------	--------------------	--	-------------	--

# SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUŞ REBREANU” TIMIȘOARA



\* Bulevardul Mihai Rebreanu, Nr. 158 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 3000723  
\* Cod fiscal 4663448 \* Telefon +40 356 433711 \* fax +40 356 486956  
\* e-mail: judeteane@hosptim.ro \* www.hosptim.ro



ANMCS  
acreditat în  
PROCESS DE ACREDITARE  
GRUPA III - 200

				scazut. Cu cat acest coefficient este mai scazut cu atat lichidul adera mai putin la suprafata. - Sterilizat cu radiatii gamma - Ambalaj individual pastreaza integritatea dispozitivului si sterilitatea acestuia - Producator - JOTEC
				<p><b>Marcare ambalaj individual:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Denumire comerciala</li><li>- Tip, dimensiuni, Cod produs,</li><li>- Denumire si adresa producator,</li><li>- Data fabricatiei, Nr. lot,</li><li>- Specificatie :unica utilizare, Specificatie: steril, Data sterilizarii</li><li>- Modul de utilizare,</li><li>- Termenul de valabilitate a sterilitatii</li><li>- Marcaj C E</li></ul>
3.	<b>SET CAMPURI</b>			
3.1	<u>Set campuri UF interventii</u> <u>aorta</u>	100 buc	240,00lei	Timisoara,B-dul Liviu Rebreanu nr 156 48 h Componență set: 1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente, ranforșat 150 x 190cm 1 câmp de acoperire pentru masa Majorantversatm1, 80 x 145cm 1 câmp ranforșat autoadeziv 170 x 300cm (adeziv 100cm pe latura de 300cm) 1 câmp ranforșat autoadeziv 200 x 200cm (adeziv 90cm) 2 câmpuri ranforșate autoadezive 90 x 100 cm (adeziv 96cm pe latura de 100cm) 1 câmp ranforșat autoadeziv 75 x 90 cm (adeziv 86 cm pe latura ce 90cm, ranforșare 35 x 90 cm) 1 banda adeziva, măr. 10 x 50cm

# HOSPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEA” TIMIȘOARA



\* Rețeavaorii Liciu Rebencu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
\* Cod fiscal 4663448 \* Tel/fax +4 0256 432111 \* Fax +4 0256 486956  
\* e-mail: judecanta@hospmt.ro \* www.hospmt.ro



ANMCS  
autorizat în  
șasele de acreditare  
ciclul 61/2006

4 servetele de celuloză 33 x 30cm	10 comprese din tifon cu fir radioopac în 12 straturi 10 x 10cm	20 comprese din tifon cu fir radioopac în 12 straturi 10 x 20cm	5 lavete din tifon în 4 straturi, 20 fire, albe, cu cip radioopac 45 x 45cm	
1 electrotacler cu 2 butiag, 3 pinj, min. 300cm	3 halate chirurgicale extra ranforseate cu masca integrata mar. XL	1 pansament post operator superabsorbant cu strat de silicon 12,5 x 12,5cm		
	Specificații material camp mesaj instrumente, ranforseat:			
	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Compoziție: material laminat, greutate totală minim 90 g/m<sup>2</sup></li><li>▪ Film: polietilena 60 µm</li><li>▪ Netesut: polipropilena netesuită 30 g/m<sup>2</sup></li><li>▪ Îmbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic</li><li>▪ Fără latex</li><li>▪ Caracteristici și parametrii de performanță:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Rezistență la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 lB</li><li>○ Curatetă – microbiană –STERIL</li><li>○ Scămoșare – maxim 2,5 Log 10</li><li>○ Rezistență la penetrarea lichidiă – minim 190 cm (H2O)</li><li>○ Rezistență la plesnire – umed – minim 190 kPa</li><li>○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 200 kPa</li><li>○ Rezistență la întindere – uscată – minim 70 N/50 mm transversal, minim 95 N/50 mm longitudinal</li><li>○ Rezistență la întindere – umedă – minim 70 N/50 mm transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal</li></ul></li><li>Specificații material camp Mayo, ranforseat:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Compoziție: material laminat, greutate totală minim 90 g/m<sup>2</sup></li><li>▪ Netesut: PP hidrofil, 30 g/m<sup>2</sup></li><li>▪ Film: polietilena 60 µm</li><li>▪ Îmbinare: lepit pe baza de cauciuc sintetic</li><li>▪ Fără latex</li><li>▪ Caracteristici și parametrii de performanță:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Rezistență la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 lB</li></ul></li></ul></li></ul>			

# SPIRITUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZU” TIMIȘOARA




\* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 356 Timișoara, județ Timiș, Cod Poștal 360723  
\* Cod Fiscal 4663448 \* Telefon +4 0256 433111 \* Fax +4 0256 436956  
\* e-mail: judetean@ospit.ro \* www.hospit.ro



				<ul style="list-style-type: none"><li>○ Curatenia – microbiană – STERIL</li><li>○ Scănoare – maxim 2.5 l ng/l</li><li>○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O)</li><li>○ Rezistență la presiune – umed – minim 180 kPa</li><li>○ Rezistență la presiune – uscată – minim 185 kPa</li><li>○ Rezistență la întindere – uscată – minim 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal</li><li>○ Rezistență la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal</li></ul> <p>Specificații material campuri ranforșate:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Compoziție: Film nejesut bilaminat, greutate totală minim 55 g/m<sup>2</sup> + Absorbant-intăritura minim 55 g/m<sup>2</sup></li><li>• Greutate totală zona ranforșată: minim 110 g/m<sup>2</sup></li><li>• Material întăritura: SMS hidrofilic netesut</li><li>• Netesut: Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond)</li><li>• Film: polietilena compact</li><li>• Straturile sa fie imbinat termic</li><li>• Fără latex</li></ul> <p>• Caracteristici și parametrii de performanță:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l B</li><li>○ Curatenia – microbiană – STERIL</li><li>○ Scănoare – maxim 2.0 g/l</li><li>○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 170 cm (H2O)</li><li>○ Rezistență la presiune – umed – minim 335 kPa</li><li>○ Rezistență la presiune – uscată – minim 335 kPa</li><li>○ Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal</li><li>○ Rezistență la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 200 N/50 mm longitudinal</li><li>○ Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m<sup>2</sup></li></ul> <p>Materialul campurilor să respecte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanța înaltă, zonă critică”.</p> <p>Materialul câmpurilor trebuie să fie conform standardului ISO 11810 - referitor la rezistența la laser.</p>
--	--	--	--	--

# SPIRITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZĂU” TIMIȘOARA




\* Bulevardul 5 Mai Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timis, Cod Poștal 300723  
\* Cod Fiscal 4663448 \* Telefon +4 0256 433111 \* Fax +4 0256 456056,  
\* e-mail: judetean@hospmt.ro \* www.hospmt.ro




			Campurile sa fie clasificate in clasa 1 conform standardului 16 CFR Part 16.10 referitor la flamabilitate. Materialul trebuie sa fie impermeabil la lichide si germenii, sa se muleze usor pe corpul pacientului, sa aiba proprietati anti-statice, sa nu contin latex (pentru a nu provoca alergii). Campurile trebuie sa fie marcate cu pictograme care sa indice zona de aplicare, pentru a fi usor de manevrat si a securta durata de izolare. Specificatii comprese din tifon cu fir radioopac: <ul style="list-style-type: none"><li>• Comprese sterile, din tifon cu min. 17 fire/cm<sup>2</sup>, in min. 12 straturi, cu fir colorat radioopac intretesut, pentru utilizarea in timpul interventiilor chirurgicale, pentru absorbtie, fixarea organelor sau a tesuturilor corporului.</li><li>• Sa fie sterile, fabricate din tifon absorbant (100 % bumbac, 17 fire).</li><li>• Sa aiba fir radioopac tesut detectabil cu raze X.</li><li>• Sa nu lasa scame, compresele sa fie impaturite in min.12 straturi, fara margini libere.</li><li>• Compozitie material:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tifon: 100% Bumbac, inaltaire fara elor care sa respecte EN 14079</li><li>○ Fir detectabil cu raze X: Polipropilenă cu BaSO<sub>4</sub></li></ul></li><li>• Numar de fire: urzeala: 100x10 cm + 5; batatura: 70x10 cm + 4</li><li>• Greutate suprafață: minim 23 g/m<sup>2</sup></li><li>• Rezistența la rupere, uscat: urzeala minim 50 N/50 mm, batatura minim 30 N/50 mm</li><li>• Timp de pătrundere: &lt; 10 sec.</li><li>• Dimensiuni: 10 x 10cm si 10 x 20cm</li><li>• Mod de ambalare: pachet cu 10 bucati<ul style="list-style-type: none"><li>○ Sa prezinte ambalaj steril dublu:</li><li>○ ambalaj interior - din folie/hartie termostatata, cu card interior de verificare</li><li>○ ambalaj exterior -din folie/hartie termosudata, cu card exterior de verificare</li></ul></li><li>• Sa fie sterilizate cu oxid de etilena</li></ul>	
--	--	--	--	--

**SPIITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRĂNZEA” TIMIȘOARA**



\* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timisoara, jud. Timis, cod postal 300725  
 \* Cod fiscal 40663448 \* Telefon +4 0356 433411 \* Fax +4 0256 481936  
 \* e-mail: judetean@hospun.ro \* www.hospun.ro



**ANMCS**  
 United Agency  
 for Monitoring and  
 Control of Health

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa IIa</li> <li>• Sa prezinte marcaj CE conform cu Regulamentul UE 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR)</li> </ul> <p>Specificații lăvete chirurgicale de izolare din tilon, cu cip radioopac integrat 45 x 45cm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprese radioetectabile tilon 20 fire/cm<sup>2</sup>, preșpălate, utilizate pentru diminuarea săngerării și pentru tratamentul plăgilor, pentru prințarea sau menținerea țesutului în timpul laparotomiei,</li> <li>• Sa fie de unică folosință,</li> <li>• Sa fie cu cip radioetectabil și cu anse îșesute în material.</li> <li>• Sa fie sterile, sterilizate cu EO;</li> <li>• Sa fie în 4 straturi, albe și verzi Compoziție material:</li> <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ 100 % tilon din hambac absorbant conf. EN 14079, fără înălțire cu clor,</li> <li>◦ bucăță trageră, 100 % bumbac, înalbit, vopsit albăstru</li> <li>◦ cip radioetectabil: Polipropilenă cu BaSO<sub>4</sub></li> </ul> <li>• Timp de pătrundere &lt; 10 sec.</li> <li>• Număr de fire deformare: 120/10 cm ± 6; țesătură: 80/10 cm ± 5</li> <li>• Greutate suprafață: minim 27 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Rezistență la ruperă, uscat: deformare minim 60 N/50 mm; țesătură minim 35 N/50 mm</li> <li>• Fara agenții de lucru opaci</li> <li>• Ambalare: pachet cu 5 bucăți</li> <li>• Sa prezinte ambalaj steril dublu;</li> <li>◦ ambalaj interior din folie/ hartie termosudata, cu card interitor de verificare</li> <li>◦ ambalaj exterior -din folie/ hartie termosudata, cu card exterior de verificare</li> <li>• Sa fie clasificată ca dispozitiv medical clasa IIa.</li> <li>• Sa prezinte marcaj CE conform cu Regulamentul UE 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR)</li> </ul> <p>Specificații electrocauter, cu 2 butoane, min. 300 cm;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Electrorod activ monopolar, cu 2 butoane, 3 pini, compatibil cu principalele generatoare electochirurgicale, fără latex</li> </ul>				

# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DIN JUJGENIȚĂ „PLUS BRINZELU” TIMIȘOARA



\* Bulevardul Iuliu Rebreanu, Nr. 1567 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 3010723  
 \* Cod fiscal 4663448 \* Telefon +4 0356-433181 \* Fax +4 0256-486956  
 \* e-mail: judestant@hospit.ro \* www.hospit.ro



unitatea autorizată în  
PROIECT DE ACREDITARE  
UNICULĂ

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sa fie realizat din plastic cu rasina ABS</li> <li>• Sa prezinte două comutatoare de activare: taiere și coagulare</li> <li>• Sa prezinte lama inclusă de 70mm, din otel inoxidabil AISI 304IIC</li> <li>• Cu mufe tip banana din aluminiu placat cu nichel, 3 x Ø 4,37mm</li> <li>• Suportul pentru sonda să fie realizat din bronz</li> <li>• Diametru electrod 2,36mm, cu inserție hexagonală</li> <li>• Sa asigure o funcționare continuă în interval de 1 minut</li> <li>• Tensiune nominală: 1600Vp (3200Vp-p) pentru modul tăiere și 2900Vp (5800Vp-p) pentru modul coagulare</li> <li>• Frequentă de funcționare 0MHz-1.0MHz</li> <li>• Sa fie biocompatibil conform standardelor: ISO 10993-5, ISO 10993-10, ISO 10993-11</li> <li>• Sa îndeplinească cerințele electrice conforme IEC 60601-2-2</li> <li>• Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa IIb</li> </ul> <p>Specificații halat chirurgical extranefrosat, cu mască și legături integrata mat. XI</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Halat chirurgical extranefrosat din material netesut și trebuie să fie repellent la apă și un strat de mijloc din microfibre.</li> <li>• Sa aibă o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.</li> <li>• Cu scânteasă redusă și rezistent la abraziune.</li> <li>• Cu suprăpunere fibate lată la spate și cu ranșosare la picpt și ranforsare completă la maneci.</li> <li>• Sa aibă masca integrată.</li> <li>• Cu manșete elastice lungi și tricotate.</li> <li>• Cu banda de siguranta combinată, "arici" cu zone adezive, din polipropilena lipită, pentru reglarea la gât a halatului chirurgical, pe orice porțiune din spatele gâtului.</li> <li>• Materialul halatului să respecte cerințele standardei europene EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță "Performanță înaltă, zonă critică".</li> <li>• Sa fie rezistent la ignifug. Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flammabilitate imbracaminte textila</li> <li>• Sa nu conțină caučue natural din latex și nici colofoniu</li> </ul>
--	--	--

# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Poștal 3300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0358 423811 • Fax: +4 0256 486956  
 • e-mail: judecanta@hosptim.ro • www.hosptim.ro



					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Nețesat: Polipropilenă-material netesut (SMS), care să respingă antisptic alcoolul &gt; nivel 8</li> <li>◦ Rantforsare: dublu strat laminat respirabil în zone frontală și triplu strat lateral în zona ranforsată a mânecii, rezistent la alcool &gt; nivel 9 - NWSP 080.8.R0 (20)</li> <li>◦ Manșete - 100% Polyester</li> <li>◦ Fir cusătură - 100% Polyester</li> <li>◦ Mască sa aibă dimensiunea de 28 x 23cm și sa alba săretă de minim 50cm</li> </ul> </li> <li>• Caracteristici și parametri de performanță:             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Rezistență la penetrare microbiană – minim 6 JIR</li> <li>◦ Puritate – microbiană – STERIL</li> <li>◦ Puritate – Particule în suspensie <math>\leq 2 \mu\text{m}</math></li> <li>◦ Scămosare – maxim 2 - 2 log 10</li> <li>◦ Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 200 cm H<sub>2</sub>O</li> <li>◦ Rezistență la rupere – Uscat – minim 215 kPa (în zona mânecii)/255 kPa (în zona pieptului)</li> <li>◦ Rezistență la rupere – Umed – minim 198 kPa (în zona mânecii)/ 250 kPa (în zona pieptului)</li> <li>◦ Rezistență la tracțiune – uscat:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Longitudinal minim 95 N, transversal minim 45 (în zona mânecii)</li> <li>◦ Longitudinal minim 115 N, transversal minim 93 (în zona pieptului)</li> </ul> </li> <li>◦ Rezistență la tracțiune umed:                     <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Longitudinal minim 95 N, transversal minim 40 (în zona mânecii)</li> <li>◦ Longitudinal minim 120 N, transversal minim 100 (în zona pieptului)</li> </ul> </li> </ul> </li> <li>• Dimensiune: XL – lungime: 150 cm, circumferință: 170 cm (rantforsare 105 x 70cm), lungime manevă: 88 cm (fanforsat integral)</li> <li>• Clasificat ca dispozitiv medical clasa I și prezintă maraj CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745</li> </ul>
--	--	--	--	--	---

# SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZĂU” TIMIȘOARA




\* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, județ Timiș, Cod Postal 300723  
\* Cod fiscal 4663448 \* Telefon +4 0356 433111 \* Fax +4 0256 4866956  
\* e-mail: judecatajospit@ospit.ro \* www.hospital.ro




		Specificații pânzament post operator superabsorbant cu strat de silicon 12,5 x 12,5cm	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Pânzament super-absorbant cu margine autoadezivă care să fie indicat pentru tratamentul plăgilor post-operatori, cu un nivel de exudat moderat până la abundență.</li><li>• Sa fie steril, de unică folosință,</li><li>• Sa fie prevăzut cu un strat de contact cu plaga din silicon, care să permită o aplicare facilă și începătarea nedureroasă, atraumatică.</li><li>• Compoziție dintr-un corp absorbant din celuloză și un poliacrilat superabsorbant pentru absorbtia și retinerea exudatului,</li><li>• Pe suprafața din spate plăga să fie prevăzută cu un strat de contact cu plaga din plăsă fină ce silicon care să faciliteze aplicarea pânzamentului și sa previna aderarea de plăgă.</li><li>• Stratul de suport al pânzamentului să fie realizat dintr-un material netesut din polipropilenă verde, hidrofob. În acestă timp trebuie să fie și permeabil la aer.</li><li>• Materiale:<ul style="list-style-type: none"><li>○ Strat de contact: gel de silicon și material tricotat din PET</li><li>○ Suprafață de contact cu plaga: vascoză (55%) și vascoză netesuită (45%)</li><li>○ Strat de difuzie: material tesut din celuloza hidrofilă</li><li>○ Nucleu absorbant: celuloza hidrofilă și SAP (polimer super-absorbant)</li><li>○ Strat support: material netesut, hidrofob, din polipropilena</li><li>○ Folie de protecție: film transparent din polietilena</li></ul></li><li>• Capacitate de absorbție: minim 120g/100cm<sup>2</sup></li><li>• Sa fie ambalat individual în punga termosudată din hârtie</li><li>• Să prezinte marcaj CE, conform Regulamentului 197/2017/UE și clasificat ca dispozitiv medical clasa IIb.</li></ul>	
		sterilizare cu oxid de etilenă.	
		Predecesul să fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril.	
		Sa prezinte eticheta autoadeziva detasabilă pentru urmărirea circulației produsului.	
		Sa prezinte marcat CE conform Regulamentului UE 2017/745 privind	

**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRĂNZETU” TIMIȘOARA**




\* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 1561 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal: 3010723  
 \* Cod fiscal: 4663448 \* Telefon: +4 0356 433111 \* Fax: +4 0256 486956  
 \* e-mail: judecetan@hospit.ro \* www.hospit.ro



Unitate aferentă în  
Proiect de acordarea unei  
certificări UDI

<p align="center"><b>3.2 Set campuri UF interventii periferice</b></p>					
	100 BUC	250,00 LEI	Timisoara,B-dnl LiviuRebreantu nr 156	48 H	<p>dispozitive medicale (MDR). Declaratia de Conformitate sa includa SRN (numarul unic de intregisare al producatorului) si UDI-DI (numerele unice de integrisare ale dispozitivelor medicale) in EUDAMED (baza de date la nivel de UE pentru dispozitiile medicale). Valabilitate: 5 ani</p> <p>Componente set:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente, ranforsat 150 x 190cm</li> <li>1 câmp de acoperire pentru masa Majoranaforsunin, 80 x 145cm</li> <li>1 câmp ranforsat autoadeziv 150 x 240 cm (adeziv 90 cm pe latura de 240 cm, ranforsare 75 x 50 cm)</li> <li>1 câmp ranforsat autoadeziv 200 x 200 cm (adeziv 90 cm, ranforsare 75 x 50 cm)</li> <li>3 câmpuri autoadezive ranforsate 75 x 90 cm (adeziv 86 cm pe latura de 90cm, ranforsare 35 x 90 cm)</li> <li>1 banda adeziva, min 10 x 50cm</li> <li>4 servetele de celuloză 33 x 30cm</li> <li>10 comprese din tifon cu fir radiopac in 12 straturi 10 x 10cm</li> <li>20 comprese din tifon cu fir radiopac in 12 straturi 10 x 20cm</li> <li>5 lavete din tifon in 4 straturi, 20 fir, albe, cu cip radioopac 45 x 45cm</li> <li>1 electrocauter cu 2 butoane, 3 pini, min. 300cm</li> <li>3 halate chirurgicale extra ranforsate cu masca integrata mar. XL</li> <li>1 pansament post operator superabsorbant cu strat de silicon 10 x 20cm</li> </ul> <p>Specificatii material camp masa instrumente, ranforsat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Film: polietilena 60 µm</li> <li>• Netesut: polipropilena netesuta 30 g/m<sup>2</sup></li> <li>• Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic</li> <li>• Fară latex</li> <li>• Caracteristici si parametri de performanta:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rezistența la penetrarea microbiană -imediat: minimum 61 B</li> </ul> </li> </ul>

# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRĂNZETU” BĂIYOARA



\* Boulevard Liviu Rebreanu, Nr. 136 Timișoara, jud. Timiș, Cod Poștal 301723  
 \* Cod fiscal 4663448 \* Telefon +4 0256 433111 \* Fax +4 0256 486956  
 \* e-mail: judecatai@bajospital.ro \* www.bajospital.ro




ANMCS

Unitate referitoare la:

PROSES DE ACREDITARE:  
CICLUL AL III-RA

			<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Curatenia – microbiană – STERIL</li> <li>○ Scănoșare – maxim 2,5 Log 10</li> <li>○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O)</li> <li>○ Rezistență la presiune umed – minim 190 kPa</li> <li>○ Rezistență la presiune uscată – minim 200 kPa</li> <li>○ Rezistență la întindere – uscată – minim 70 N/50 mm transversal, minim 95 N/50 mm longitudinal</li> <li>○ Rezistență la întindere – umedă – minim 70 N/50 mm transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal</li> </ul> <p>Specificații material camp Mayo, ranforșat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compoziție: material laminat, greutate totală minim 90 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Netesut: PP hidrofil, 30 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Film: polietilena 60 µm</li> <li>▪ Îmbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic</li> <li>▪ Fără latex</li> <li>▪ Caracteristici și parametri de performanță:</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rezistență la penetrația microbiană – umedă: minim 6 1 B</li> <li>○ Curatenia – microbiană – STERIL</li> <li>○ Scănoșare – maxim 2,5 Log 10</li> <li>○ Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O)</li> <li>○ Rezistență la presiune umed – minim 180 kPa</li> <li>○ Rezistență la presiune uscată – minim 185 kPa</li> <li>○ Rezistență la întindere – uscată – minim 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal</li> <li>○ Rezistență la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal</li> </ul> <p>Specificații material campuri ranforșate:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Compozitive: Film netesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m<sup>2</sup> + Absorbant - întărită min 55 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Greutate totală zonă ranforșată: minim 110 g/m<sup>2</sup></li> <li>▪ Material întăritura: SMS hidrofilic netesut</li> <li>▪ Netesut; Material hidrofilic cu filare direcță PP (spunbond</li> <li>▪ Film: polietilenă compact</li> <li>▪ Stratulic sa fie imbinat termic</li> </ul>
--	--	--	--

# SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „VIUȚIS BRÎNZELU” TIMIȘOARA



• Balconetul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 02356 486956  
 • e-mail: judetean@hospt.ro • www.hospt.ro



autoritate în  
 procese de  
 calitate și securitate

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fără latex</li> <li>• Caracteristici și parametri de performanță:           <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rezistență la penetrarea microbiană –umedă: minim 61B</li> <li>○ Curatenia – microbiană STERIL</li> <li>○ Scămoșare – maxim: 2 Log 10</li> <li>○ Rezistență la penetrarea lichida – minim 170 cm (H2O)</li> <li>○ Rezistență la presiune – umed – minim 335 kPa</li> <li>○ Rezistență la presiune – uscată – minim 335 kPa</li> <li>○ Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal</li> <li>○ Rezistență la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 200 N/50 mm longitudinal</li> <li>○ Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m<sup>2</sup></li> </ul> </li> </ul>
			<p>Materialul campurilor să respecte criteriile standardului european EN 13795-1:2023 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zonă critică”.</p> <p>Materialul cămpurilor trebuie să fie conform standardului ISO 11110 - referitor la rezistență la laser.</p> <p>Campurile să fie clasificate în clasa I conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flammabilitate.</p> <p>Materialul trebuie să se impermeabilizeze și germezi, să nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii).</p> <p>Campurile trebuie să fie mărite cu pictogramme care să indice zona de aplicare, pentru a fi ușor de manevrat și a scurta durata de izolare.</p> <p>Specificații compuse din: tifon cu fir radioopac:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Comprese sterile, din tifon cu min.17 fire/cm<sup>2</sup>, în min. 12 straturi, cu fir colorat radioopac întrecesut, pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, pentru absorbtie, fixarea organelor sau a țesuturilor corpului.</li> <li>• Sa fie sterile, fabricate din tifon absorbant (100 % bumbac, 17 fire)</li> <li>• Sa aibă fir radioopac țesut detectabil cu raze X.</li> <li>• Sa nu lasă seame, compresate să fie impalurte în min.12 straturi,</li> </ul>


SOCIETY FOR THE STUDY OF LITERATURE AND LEARNING IN THE AMERICAS



Received 11 July 2000; revised 16 January 2001; accepted 16 January 2001.  
\* To whom all correspondence should be addressed.  
† e-mail: radhakar@hostm102.su.ac.in

**ANMCS**  
Agenzia italiana per  
PROGETTI DI ACCREDITAMENTO  
E CLASSE 9114/BS

# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRĂNZETU” TIMIȘOARA




\* Bulevardul Iacob Belciad Nr. 356 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
\* Cod fiscal 41673448 \* Telefon +4 0256 432111 \* Fax +4 0256 438656  
\* e-mail: judetean@buptim.ro \* www.buptim.ro



unitate statală în  
cadrul SEACOM  
de către Guvern

			<ul style="list-style-type: none"><li>• Timp de pătrundere: &lt; 10 sec.</li><li>• Număr de fire: deformare: 120/10 cm + 6; ţesătură: 80/10 cm + 5</li><li>• Greutate suprafață: minim 27 g/m<sup>2</sup></li><li>• Rezistență la ruperere, uscat: deformare minim 60 N/50 mm; ţesătură minim 35 N/50 mm</li><li>• Fără agentii de luciu optic</li><li>• Ambalare: pachet cu 5 bucăți</li><li>• Sa prezinte ambalaj steril dublu:<ul style="list-style-type: none"><li>○ ambalaj interior - din folie/hartie termosudată, cu card împotriva de verificare</li><li>○ ambalaj exterior - din folie/hartie termosudată, cu card exterior de verificare</li></ul></li><li>• Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa IIa.</li><li>• Sa prezinte marcaj CE conform cu Regulamentul UE 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR)</li><li>• Specificații electrocauter: cu 2 butoane, 3 pinii, compatibil cu principalele generatoare electrochirurgicale, fără latex</li><li>• Elcitrod activ monopolar, cu 2 butoane, 3 pinii, compatibil cu principalele generatoare electrochirurgicale, fără latex</li><li>• Sa fie realizat din plastic cu rezina ABS</li><li>• Sa prezinte două comutări de activare: latere și coagulare</li><li>• Sa prezinte lama inclusă de 70mm, din oțel inoxidabil AISI 304HC</li><li>• Cu trufe tip banana din alumă placat cu nichel, 3 x Ø 4,37mm</li><li>• Suportul pentru sondă să fie realizat din bronz</li><li>• Diametru elecrod 2,36 mm, cu inserție hexagonală</li><li>• Sa asigure o funcționare continuă în interval de 1 minut</li><li>• Tensiune nominală: 1600Vp (3200Vp-p) pentru modul tăiere și 2900Vp (5800Vp-p) pentru modul coagulare</li><li>• Frevență de funcționare 0MHz-1.0MHz</li><li>• Sa fie biocompatibil conform standardelor: ISO 10993-5, ISO 10993-10, ISO 10993-11</li><li>• Sa îndeplinească cerințele electrice conforme IEC 60601-2-2</li><li>• Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa IIb</li></ul>	
--	--	--	--	--

# SPIRALTUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUŞ BRÎNZELU” TIMIȘOARA




\* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, Județ Timiș, Cod Postal 3009723  
\* Cod fiscal 4663448 \* Telefon +40 56 433111 \* Fax +40 56 426956  
\* e-mail: judetean@hospit.ro \* www.hospit.ro




Unitatea ANMCS în  
PROCESE DE ACREDITARE  
CICLUL II-III

		Specificații helat chirurgical extranofosat, cu mască cu legături integrata nr. XI	
		<ul style="list-style-type: none"><li>• Helat chirurgical extranofosat din material netesut ce trebuie să fie rezistent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre.</li><li>• Sa aiba o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.</li><li>• Cu scânteasare redusă și rezistență la abraziune.</li><li>• Cu suprafacere foarte lată la spate și cu ranoforsare la piept și ranoforsare completă la maneci.</li><li>• Sa aiba mască integrată.</li><li>• Cu manșete elastice lungi și tricotate.</li><li>• Cu banda de siguranta combinată, "arici" cu zone adezive, din polipropilena lipită, pentru reglarea la gât a helatului chirurgical, pe orice poziune din spatele gâtului.</li><li>• Materialul helatului sa respalte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță "Performanță înaltă, zona critica".</li><li>• Sa fie rezistente la ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flamabilitate îmbracaminte textila</li><li>• Sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu</li><li>• Material:</li><li>◦ Netesut: Polipropilenă-material netesut (SMS), care să rezipega antisabetic alcoolul &gt; nivel 8</li><li>◦ Ranoforsare: dublu strat laminat respirabil în zona frontală ranoforsată și triplu strat laminat în zona ranoforsată a manecii, rezpelent la alcool &gt; nivel 9 - NWSP 080.8.R0 (ZD)</li><li>◦ Măseni - 100% Polyester</li><li>◦ Fir cusătură - 100% Polyester</li><li>◦ Mască sa aibă dimensiunea de 28 x 23 cm și sa alba siret de minimum 50 cm</li><li>• Caracteristici și parametrii de pe suport:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Rezistență la penetrare micromicrobiană – minim 6 IB</li><li>◦ Puritate – microbiană STERIL.</li><li>◦ Puritate – Particule în suspensie <math>\leq 2</math> IPM</li><li>◦ Scânteasare maxim 2.10g.10</li><li>◦ Rezistență la penetrarea lichidelor – minim 200 cm H<sub>2</sub>O</li></ul></li></ul>	

# SPIRITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PLUSS BRĂNZEU” TINISOARA




• Bulevardul Iosiu Rebecuana, nr. 1367 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postar 200723  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +40356 423141 • Fax +40256 486956  
• e-mail: judetean@hosptim.ro • www.hosptim.ro



				<ul style="list-style-type: none"><li>○ Rezistență la rupere – Uscat – minim 215 kPa (în zona manecii) 255 kPa (în zona pieptului)</li><li>○ Rezistență la rupere – Umed – minim 198 kPa (în zona manecii) 250 kPa (în zona pieptului)</li><li>○ Rezistență la tracțiune – ușcat:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Longitudinală, minim 95 N, transversal minim 45 (în zona manecii)</li><li>◦ Longitudinală, minim 115 N, transversal minim 93 (în zona pieptului)</li></ul></li><li>○ Rezistență la tracțiune – umed:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Longitudinală, minim 95 N, transversal minim 40 (în zona manecii)</li><li>◦ Longitudinală, minim 120 N, transversal minim 100 (în zona pieptului)</li></ul></li><li>• Dimensiune: XL – lungime: 150 cm, circumferință: 170 cm (ranforșare 105 x 70cm), lungime maneca: 88 cm (ranforșata integral)</li><li>• Clasificat ca dispozitiv medical clasa I și prezentă marcaj CE în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745.</li></ul> <p><b>Specificații:</b> pansiament post operator superabsorbant cu strat de silicon 10 x 20cm</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Pansiament super-absorbant care să fie indicat pentru tratamentul plâjilor post-operatori cu un nivel de exudat moderat până la abundent.</li><li>• Sa fie steril, de unică folosință.</li><li>• Sa fie prevăzut cu un strat de contact cu plaga din silicon, care să permită o aplicare facile și îndepărțarea traumatică.</li><li>• Compus dintr-un corp absorbant din celuloză și un poliacerilat superabsorbant pentru absorbtia și retenția exudatului.</li><li>• Pe suprafață dinspre plagă să fie pucăzut cu un strat de contact cu plaga din plasă fină de silicon care să faciliteze aplicarea pansiamentului și sa previna aderarea de plagă.</li><li>• Stratul de suport al pansiamentului să fie realizat dintr-un material neelastic din polipropilenă verde, hidrofib. În același timp trebuie sa fie și permeabil la aer.</li></ul>

# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZĂU” TIMIȘOARA




\* Bulevardul Lucei Rebeca, Nr. 356 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723  
\* Cod Fiscal 4667448 \* Telefon 04 0356 433111 \* Fax 04 0236 436056  
\* e-mail: judecanta@hospiti.ro \* www.hospiti.ro

ANMCS

unitatea de control în  
PROCEZ DE ACREDITARE  
laborator și inieci

				<ul style="list-style-type: none"><li>• Materiale:<ul style="list-style-type: none"><li>◦ Strat de contact: gel de silicon și material tricotat din PFT</li><li>◦ Suprafata de contact cu plaga: poliamică (55%) și vascoco netesuit (45%)</li><li>◦ Strat de difuzie: material tesut din celuloza hidrofilă</li><li>◦ Nucleu absorbant: celuloza hidrofilă și SAP (polimer super-absorbant)</li><li>◦ Strat suport: material netesut, hidrofib, din polipropilena</li><li>◦ Folie de protecție film transparent din polietilena</li></ul></li><li>• Capacitate de absorbție: minim 120g/100cm<sup>2</sup></li><li>• Sa fie ambalat individual în punga termosusădată din hartiie</li><li>• Să prezinte marcaj CE conform Regulamentului UE 2017/745 și clasificat ca dispozitiv medical clasa IIb.</li></ul>		
				<p>Sterilizare cu oxid de cinciu.</p> <p>Produsul să fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I și ești.</p> <p>Sa prezinte eticheta autodeziva detasabilă pentru urmărirea circuitului produsului.</p> <p>Să prezinte marcaj CE conform Regulamentului UE 2017/745 privind dispozitivele medicale (MDR).</p> <p>Declarația de Conformitate să includă SRN (numarul unic de înregistrare al producătorului) și UDI-DI (numerele unice de înregistrare ale dispozitivelor medicale) în EUDAMED (baza de date la nivel de UE pentru dispozitivele medicale)</p> <p>Valabilitate: 5 ani</p>		

# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRINZEU” TIMIȘOARA



\* Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr.136 Timișoara, jud. Timis, Cod Postal 3000725  
\* Cod fiscal 4606348 \* Teleton +4 0356 433411 \* Fax +4 6256 486956  
\* e-mail: judecteam@hospit.ro \* www.hospit.ro



ANMCS  
agencia națională  
de monitorizare  
și certificare  
în sănătate

Spitalul Clinico-Judecteam este certificat în conformitate cu standardele ANMCS.

### **3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul**

#### **3.3.1 Garanție**

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei produselor sau în cazul amânării din cauze care nu jin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor / deficiențelor în perioada de garanție.

#### **3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului**

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreabili și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblurile/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipularii accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este : sediul autoritatii contractante, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânczeu” Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timis.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul acordat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

### **3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților**

#### **Obligațiile principale ale Autoritatii contractante**

Autoritatea contractanta va pune la dispozitia Contractantului , cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le definește și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În masura în care Autoritatea contractanta nu furnizeaza datele/informatiile/documentele solicitate de catre Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea preduselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractanta se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informatiilor/documentelor puse la dispozitia Contractantului în vederea indeplinirii Contractului.

În acest sens, se prezuma că toate datele/informatiile. Documentele prezentate Contractantului sunt insucite de către conduceronil unitatii și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care an aprobă respectivele documente.

Autoritatea contractanta va colabora, atât cat este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care aceasta din urma le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractanta are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de

contact.

Autoritatea Contractanta se obliga sa receptioneze produsele furnizate si sa certifice conformitatea astfel cum este prevazut in Caietul sarcini.

Autoritatea Contractanta poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivata, cu comentarii scrise. Autoritatea contractanta are dreptul de a rezoluționa/rezilia contractul atunci cand se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Receptia produselor se va realiza conform procedurii prevazute in Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii in original la sediul sau și numai in conditiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura ini premia cu documentele justificative in conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

#### **Obligatiile principale ale Contractantului**

Contractantul va furniza Produsele si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire si a ofertei in baza careia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atentie, eficienta si diligenta, cu respectarea dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale și de calitate in vigoare.

Contractantul se obliga sa depuna garantia de buna executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti.

Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoare in Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

In cazul in care Contractantul este o asociere alcautuita din doi sau mai multi operatori economici, toti acestia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informatii pe care le pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, personalul, echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligatia de a desemna, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obliga sa emita factura aferenta produselor furnizate prin prezentul Contract numai dupa aprobatia/receptia produselor in conditiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conditiile Caietului de sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este raspunzator atat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului .

Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea Contractanta sa il de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul de utilizare a Produselor.

#### **4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul**

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt : certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expedieție a produsului; documentația de utilizare (*daca este cazul*) ; raport privind testarea (*daca este cazul*) .

#### **5 Recepția produselor**

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea și calitatea solicitata la locația indicată de Autoritatea contactanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚA „PIUS BRANZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

#### **6 Modalități și condiții de plată**

Contractantul va emite factură pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă : SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚA „PIUS BRANZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcție. Procesul verbal de recepție calitativă va înscrie factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție ;
- b) declarația de conformitate ;
- c) avizul de expedieție a produsului ;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă ;
- e) documentația de utilizare (*daca este cazul*) ;
- f) raport privind testarea (*daca este cazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlu accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operații de menenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agreeate de părți în cadrul contractului .

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

#### **7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)**

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. ( Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative).

Ofertanții vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au tinut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în munca .

**8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,**  
In conformitate cu clauzele contractuale atasate documentatiei de atribuire .

**9 DISPOZITII FINALE**

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta in prealabil conditiile generale si particulare care guverneaza aceasta procedura de atribuire ca singura baza a acestieia, indiferent care sunt conditiile proprii de vanzare ale ofertantului. Ofertantii au obligatia de a analiza cu atentie Documentatia de Atribuire si de a pregati oferta conform tuturor instructiunilor, formularelor, prevederilor contractuale si specificatiilor tehnice continute in aceasta. Esecul de a depune o oferta care sa contine toate informatiile cerute, in termenul prevazut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregatirea si depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de catre operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minime, in sensul ca cerintele tehnice solicitate reprezinta un minim de parametrii tehnici ce trebuie mtruniti de produsele ofertate.

Specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie, sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „sau echivalent”.

Orice oferta care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luata in considerare in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minime din prezentul caiet de sarcini .

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu indeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei in conditiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice si finanicare se va face conform documentatiei de atribuire.

Documentatia tehnica aferenta ofertei va contine, atat documentatia originala, cat si traducerea documentatiei tehnice originale in limba romana, daca este cazul.

INTOCMIT,

AS. MED. PRINC. STELUTA ARDELEAN  
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 2

COORDONATOR PN BOLI CARDIOVASCULARE  
Conf. Dr. Barac Sorin