





Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara
Laboratorul Clinic de Analize Medicale
Nr. 362 din 08.04.2025



Nr. _____ / _____

Aprobat
Manager
Prof. Univ. Dr. Sandeș Dorel

Medic șef laborator
Prof. Univ. Dr. Vlad Daliborca

CAIET DE SARCINI
pentru achiziție de Reactivi pentru aparat Attelica 1500 (proprietate SCJUPBT)

Caietul de sarcini conține indicații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzător cu necesitățile autorității contractante. Cerințele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

În acest sens orice ofertă prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini. **Ofertarea de produse inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini va fi declarată ofertă neconformă și va fi respinsă.**

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și propunerea financiară. Aceasta conține specificații tehnice ce definesc, după caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranță în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, marcare, precum și condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante internaționale.

Propunerea tehnică va conține o fișă în oglindă, un comentariu, poziție cu poziție a produselor solicitate, în ordinea prezentată în Caietul de sarcini.



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș. Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



1. Specificații tehnice speciale:			
	Denumire	Caracteristici tehnice	U/M
LOT 1 - Reactivi pentru analizorul Attelica 1500 (proprietate SCJUPBT)			
1.	Casete de test cu 12 parametri pentru analiza urinii:	-Ficcare caseta de test sa aiba o configuratie de minim 450 de teste per caseta. -Caseta sa prezinte un sistem de identificare prin radiofrecventa care sa ofere informatii legate de inventarul de teste, lotul, stabilitatea la bord. -Parametri testati sa fie minim 12: albumina, bilirubina, hematii, creatinina, corpi cetonici, glucoza, leucocite, nitriti, pH, proteine, urobilinogen si culoare. -Testele sa fie dispuse in casete individuale, sigilate, sub forma de panel de teste care sa nu necesite alinierea. -Stabilitatea la bord a casetelor sa fie de minim 14 zile. -Testele de biochimie din urina sa prezinte un sistem de detectie automat al umezelii pentru a evita aparitia rezultatelor neconforme.	Caseta*450 teste
2.	Kit de calibratori pentru analizorul automat de urini	-Calibratorii sa se regasesca in configuratie de minim 4 nivele (4 x 230 ml). -Calibratorii sa nu necesite reconstituire (sa fie gata de utilizare). -Calibratorii sa aiba stabilitatea dupa deschidere egala cu data expirarii de pe kit. -Calibratorii sa fie pastrati la frigider intre 2-8°C.	Kit (4 fl. x 230 ml)
3.	Solutie de spalare pentru analizorul automat de urini	-Reactiv suplimentar folosit pentru curatarea internă a analizorului (pentru a evita contaminarea de la o proba la Kitul de spalare sa contina 4 flacoane a minim 26 ml fiecare. -Solutia de spalare sa aiba stabilitate dupa deschidere egala cu data expirarii de pe kit. -Sa fie pastrata la temperatura camerei, intre 15-30°C. (alta).	Kit (4 fl. x 26 ml)



4	Control intern de calitate pentru analizorul automat de urini	-Controlul sa fie compatibil atat cu parametrii de biochimie, cat si pentru analiza sedimentului urinar. -Controlul de calitate sa fie in configuratie de minim 2 nivele (normal si patologic, 2x 120 ml). -Controlul de calitate sa nu necesite reconstituire (sa fie gata de utilizare). -Controlul de calitate sa aiba stabilitate dupa deschidere minim 30 zile. -Controlul de calitate sa fie pastrat la frigider intre 2-8°C.	Kit (2 fl. x 120 ml)
---	--	--	----------------------

2. Condiții de ambalare, etichetare, marcare, recepție, transport

- Furnizorul are obligația de a ambala produsele, astfel încât să facă față la manipularea din timpul transportului, depozitării, astfel încât să ajungă în stare bună la destinația finală, respectiv unitățile sanitare cu care se vor încheia contractele subsecvente.
- Ambalajul fiecărui produs (individual, per bucată sau cutie) oferit va fi corect inscripționat cu marcat CE, data de fabricație, număr lot fabricație, data de expirare, condiții de stocare, numele producătorului.

3. Condiții de valabilitate

- Termenul de valabilitate pentru produsele oferite va fi de minim 12 luni de la data recepției/ livrării

4. Condiții de livrare

- Furnizorul trebuie să asigure mijloace de transport cu care se vor transporta produsele la beneficiarii contractelor subsecvente trebuie să fie conform cu cerințele și reglementările legale privind transportul.
- Furnizorul va livra la sediul unității sanitare produsul în termen de maxim 72 de ore sau conform cu termenele stabilite cu beneficiarul.
- Produsele livrate vor prezenta marcat CE.
- Ofertanții vor prezenta pentru produsul oferit și Declarația de conformitate, la sediul beneficiarului SCJUPB Timișoara.
- Produsele vor fi livrate eșalonat pe parcursul anului în baza comenzilor făcute de spital.
- Produsele se vor livra pe bază de factură individuală pentru fiecare lot și vor fi însoțite de certificate de calitate sau Declarații de conformitate, după caz.
- Produsele se livrează în ambalaje sigilate, nedeteriorate, inscripționate corespunzător, orice produs care nu corespunde cu descrierile solicitate în caietul de sarcini va fi returnat furnizorului, pe cheltuiela acestuia.

5. Condiții tehnice

- Propunerea tehnică va fi prezentată conform cerințelor din Caietul de sarcini. În cadrul propunerii tehnice, ofertanții vor prezenta următoarele documente:
- Tabel detalii tehnice producător conform modelului prezentat în Caietul de sarcini.



- Declarație pe propria răspundere privind compatibilitatea/echivalența produselor din interiorul lotului cu specificațiile tehnice solicitate în Caietul de sarcini - semnată și stampilată de ofertant.

TABEL DECLARAȚII PRODUCĂTOR

Nr. crt	Informații solicitate	Răspuns
1	Denumire producător	
2	Țara de reședință a producătorului - adresa poștală	
3	Țara/adresa unității de producție	
4	Pagina web	
5	Sistemul calității	
	-Standard aplicat	
	-Activități acoperite de standard	
	-Organismul de certificare	
6	Declarație sau autorizație	
	-Numele semnatarului	
	-Poziția în companie	
	-Contact	

Data completării:

Producător

.....
 (semnatura autorizată)

- Producătorul să dețină certificate pentru sistemul de management al calității ISO 9001.
- Certificate de model și conformitate cu cerințele de calitate și de siguranță referitoare la produs.
- Documentele emise în altă limbă decât română trebuie să fie însoțite de traducerea autorizată în limba română.
- Vor fi evaluate din punct de vedere al prețului numai ofertele care au corespuns fișei tehnice din caietul de sarcini.

Întocmit,
 Responsabil proces examinare
 Ch. Gîlă Sorin



SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



- Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
- Cod fiscal 466344X - Telefon +4 0356 433111 - Fax +4 0256 486956
- e-mail: judetean@hosptm.ro - www.hosptm.ro



Nr. 16103 / 09.04.2025

Aprobat

Manager,

Prof. Univ. Dr. Sandesc Dorel

Medic sef Laborator,

ANEXA NR.1

Laboratorul Clinic de Analize Medicale

VALOARE ESTIMATA A PRODUSELOR SOLICITATE PENTRU COMPARTIMENT BIOCHIMIE URINI

NR. LOT	DENUMIRE PRODUS: REACTIVI	U/M	CANTITATE MINIMĂ / 24 LUNI	CANTITATE MAXIMĂ / 24 LUNI	P.U.	VALOARE (fără TVA) RON
LOT 1- Reactivi pentru analizorul Attelica 1500						
	Caseta de test Clinitek Novus PRO 12 parametri	Caseta cu 450 teste	224	300	1310.00	393000.00
	Calibratori Clinitek Novus	Kit (4 fl. x 230 ml)	6	10	650.00	6500.00
	Solutie de spalare Rinse Additive	Kit (4 fl. x 26 ml)	10	20	650.00	13000.00
	Control de calitate KOVA nivel normal + patologie	Kit (2 fl. x 120 ml)	26	35	1130.00	39550.00
TOTAL LOT 1 (FARA TVA)						452,050.00
TOTAL LICITATIE (FARA TVA)						452,050.00
TVA=						85,889.50
TOTAL=						537,939.50

Întocmit,

Responsabil preces examinare
Ch.Giju Sorin