



14 32103

06 IUL. 2025

Amendament

Referitor caietul de sarcini nr.30470 din 07.07.2025 publicat pentru procedura: “Negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare” cu invitatia de participare nr. 31726 din 15.07.2025 mentionam ca pentru *lotul 29.3 - Senzor SpO2 deget reutilizabil uz pediatric sau adult mic, tip mănuișă* –dintr-o eroare de tehnoredactare se corecteaza urmatoarele:

- *Lungime cablu: 1,5m;*
- *Tip conector: cu 8 pini;*
- *Pentru pacienți cu greutate de: 15 - 50 kg;*
- *Utilizare: deget;*
- *Fixare: tip mănuișă;*
- *Să fie reutilizabil;*
- *Să prezinte marcaj CE;*
- *Să prezinte declarația de conformitate;*

Prof. Univ. Dr. Dorel Sandesc
MANAGER



Coordonator, Andreca Fota
Compartiment Achiziții Publice, Contractare



Redactat, Anica Bene

