

SECTIA BLOC OPERATOR 2 SCJUPBT

Nr. 42683 19.09.2025

APROBAT
MANAGER
PROF.DR. DOREL RANDESCU

**CAIET DE SARCINI
PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE**

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standarde relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

- Protecția muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea și stingerea incendiilor : www.igsu.ro
- Protecția mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestei proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ „PIUS BRÂNZEU”** îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuie menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viața medicală timișoreana precum Prof. Dr. Pius

Brinzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilăscu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea stringentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționarea spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă dorește să obțină un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piață și să corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria : *materiale sanitare*

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea : *materiale sanitare*

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: județul@hospm.ro • www.hospm.ro



3.2.1 Produse solicitate

Lot	Produs	Cantitate	Pret unitar fara TVA	Loc de livrare	Data de livrare solicitata	Specificatii tehnice sau cerinte functionale minime
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
18	SETURI CHIRURGICALE					
18.1	Set steril chirurgie mari interventii UF	1200	356,00 lei	Timisoara, D-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	Continut set: 1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente, ranforsat 150 x 190cm 1 câmp de acoperire pentru masa Mayo ranforsat min. 80 x 145cm 1 câmp ranforsat autoadeziv 170 x 300 cm (adeziv 100 cm pe latura de 300 cm.) 1 câmp ranforsat autoadeziv 200 x 200 cm (adeziv 90 cm) 2 câmpuri ranforsate autoadezive 90 x 100 cm (adeziv 96 cm pe latura de 100 cm) 3 halate chirurgicale ranforsate, mar. XL 1 electrocauter cu 2 butoane, min. 300cm 1 set de aspiratie Yankauer, 30/10CH/mm 20 comprese din tifon cu fir radioopac in min. 12 straturi, min.17 fire, culoare alba, 10 x 10 cm 40 comprese din tifon cu fir radioopac in min. 12 straturi, min.17 fire, culoare alba, 10 x 20 cm 15 lavete chirurgicale de izolare din tifon in 4 straturi, 20 fire, albe, cu cip radioopac 45 x 45cm

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMISOARA



• Bulevardul Lavin Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 3019723
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 485956
• e-mail: judtecan@hospm.ro • www.hospm.ro



	1 pansament post operator superabsorbant cu strat de silicon 10 x 20 cm 1 banda adeziva, min. 10 x 50cm 4 servetele de celuloză 33 x 30cm <u>Specificatii material camp instrumente:</u> • Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m² • Film: polietilena 60 µm • Netesut: polipropilena netesuta 30 g/m² • Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic • Fără latex • Caracteristici si parametrii de performanta: ○ Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l B ○ Curățenia – microbiana – STERIL. ○ Scămoșare maxim 2.5 Log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O) ○ Rezistența la plesnire – umed – minim 190 kPa ○ Rezistența la plesnire – uscată – minim 200 kPa ○ Rezistența la întindere – uscată – minim 70 N/50 mm transversal, minim 95 N/50 mm longitudinal ○ Rezistența la întindere – umedă – minim 70 N/50 mm transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal <u>Specificatii material camp Mayo:</u> • Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m² • Netesut: PP hidrofil, 30 g/m² • Film: polietilena 60 µm • Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic • Fără latex • Caracteristici si parametrii de performanta: ○ Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l B ○ Curățenia – microbiana – STERIL. ○ Scămoșare – maxim 2.5 Log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O) ○ Rezistența la plesnire – umed – minim 180 kPa ○ Rezistența la plesnire – uscată minim 185 kPa
--	---

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663148 • Telefon +4 0356 453111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hospim.ro • www.hospim.ro



							○ Rezistență la întindere – uscată – min. 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal ○ Rezistență la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal <u>Specificatii material campuri ranforsate:</u> • Compozitie: Film neșut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m² + absorbant-întăritură minim 55 g/m² • Greutate totală zona ranforsată: minim 110 g/m² • Material întăritură: SMS hidrofilic neșut • Neșut; Material hidrofilic cu filare directă PP (spunbond) • Film: polietilenă compact • Straturile sa fie îmbinate termic • Fără latex • Caracteristici si parametrii de performanță: ○ Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 61 B ○ Curățenia – microbiană – STERIL ○ Scămoșare – maxim 2 Log 10 ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 170 cm (H2O) ○ Rezistență la plesnire – umed – minim 335 kPa ○ Rezistență la plesnire – uscată – minim 335 kPa ○ Rezistență la întindere – uscată – minim 115 N/50 mm transversal, minim 185 N/50 mm longitudinal ○ Rezistență la întindere – umedă – minim 125 N/50 mm transversal, minim 200 N/50 mm longitudinal ○ Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m² Materialul campurilor sa respecte cerintele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”. Materialul campurilor sa fie conform standardelor ISO 11810:2015 - rezistență la laser. Campurile sa fie clasificate în clasa I conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flămăritate Pentru aceste standarde, se vor prezenta rapoarte sau confirmări de testare, original și traducere autorizată în lb. română. Materialul trebuie să fie impermeabil la lichide și germeni, să se
--	--	--	--	--	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMISOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433411 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@hospin.ro • www.hospin.ro



- muleze ușor pe corpul pacientului, să aibă proprietăți anti-stație, să nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii).
- Câmpurile trebuie să fie marcate cu pictograme care să indice zona de aplicare, pentru a fi ușor de manevrat și a scurta durata de izolare.
- Specificații halate chirurgicale ranforsate:
 - Halat chirurgical ranforsat din material netesut, ignifug, repelenț la apă, cu un strat de mijloc din microfibră, cu o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.
 - Scămoșare redusă și rezistent la abraziune.
 - Manșete elastice lungi și tricotate din poliester.
 - Sa prezinte sistem de prindere combinat: bandă cu scai și parte adezivă din polipropilenă topită la cald, pentru ajustarea halatului în orice porțiune din jumătatea gâtului.
 - Suprapunere extra largă la spate.
 - Guler colorat pentru identificarea rapidă a nivelului de protecție.
 - Materialul halatului să respecte cerințele standardului european EN 13795-1: 2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”.
 - Sa fie rezistent ignifug Clasa 1 conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flambabilitate îmbrăcăminte textilă.
 - Zonele ranforsate să fie repelențe la alcool – minim nivel 9
- Pentru aceste standarde, se vor prezenta rapoarte sau confirmări de testare, original și traducere autorizată în lb. română.
- Sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu.
- Material:
 - Netesut: Polipropilenă-material netesut (SMS), minim 40 g/m² antistatic
 - Ranforsare: material laminat din pelicula netesută PP-PE în partea din față și pe brate, minim 42 g/m²
 - Manșete - 100% Poliester
 - Fir cusătură - 100% Poliester
- Caracteristici în zonele cu ranforsare:
 - Rezistență la penetrare microbiană – minim 6 IB
 - Puritate – microbiană – SIER

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663428 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hospm.ro • www.hospm.ro



								- o Puriitate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM - o Scămoșare – maxim 2 log10 - o Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 160 cm H₂O - o Rezistența la rupere – Uscat – minim 300 kPa - o Rezistența la rupere – Umed – minim 215 kPa - o Rezistență la tracțiune – uscat - Longitudinal minim 140 N, transversal minim 84 N - o Rezistență la tracțiune – Umed - Longitudinal minim 137 N, transversal minim 80 N • Dimensiune: - o XL – lungime: 140 cm, circumferința: 155 cm (ranforsare 100 x 56cm), lungime manecă: 87cm (ranforsare 40cm) • Produsul sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. • Specificații electrocardiografice cu 2 butoane, min. 300 cm: • Electrode activ monopolar, cu 2 butoane, 3 pini, compatibil cu principalele generatoare electrocardiografice, fără latex • Sa fie realizat din plastic cu rasina ABS • Sa prezinte doua comutatoare de activare: taiere si coagulare • Sa prezinte lama inclusa de 70mm, din oțel inoxidabil AISI 304HC. • Cu mușcă tip banana din alama placat cu nichel, 3 x Ø 4,37mm • Suportul pentru sonda sa fie realizat din bronz • Diametru electrod 2,36mm, cu inserție hexagonală • Sa asigure o funcționare continuă în interval de 1 minut • Tensiune nominală: 1600Vp (3200Vp-p) pentru modul taiere si 2900Vp (5800Vp-p) pentru modul coagulare • Frecvența de funcționare 0MHz-1.0MHz • Sa fie biocompatibil conform standardelor: ISO 10993-5, ISO 10993-10, ISO 10993-11 • Sa îndeplinească cerințele electrice conform IEC 60601-2-2 • Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa IIb
								Specificatii set de aspiratie Yankauer: • Set de aspiratie de 10mm din PVC, camă ergonomică cu varf standard, prevăzută cu mâner, CH10 si tub de conectare la

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judeteanc@hospit.ro • www.hospit.ro



						aspiratorul chirurgical de 300cm <u>Specificatii comprese cu fir radioopac:</u> • Comprese sterile, din tifon cu min. 17 fire/cm², in min. 12 straturi, cu fir colorat radioopac intrețesut, pentru utilizarea in timpul intervențiilor chirurgicale, pentru absorbție, fixarea organelor sau a tesuturilor corpului. • Sa fie sterile, fabricate din tifon absorbant (100 % bumbac, 17 fire) • Sa aiba fir radioopac țesut detectabil cu raze X. • Sa nu lase scame, compresele sa fie impaturite in min. 12 straturi, fara margini libere. • Compoziție material: - o Tifon: 100% Bumbac, înălbire fără elor care sa respecte EN 14079 - o Fir detectabil cu raze X: Polipropilenă cu BaSO₄ • Număr de fire: urzeala: 100/10 cm ± 5; batatura: 70/10 cm ± 4 • Greutate suprafață: minim 23 g/m² • Rezistență la rupere, uscat: urzeala minim 50 N/50 mm; batatura minim 30 N/50 mm • Timp de pătrundere: < 10 sec. • Dimensiuni: 10 x 10 cm si 10 x 20 cm • Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa IIa. • Sa respecte ecintele Regulamentului (UE) 2017/745 privind dispozitivele medicale <u>Specificatii lavete chirurgicale de izolare din tifon, cu cip radioopac integral</u> • Comprese radiodetectabile tifon 20 fire/cm² presălate utilizate pentru diminuarea sângerării și pentru tratamentul plăgilor, pentru prinderea sau menținerea țesutului în timpul laparotomiei. • Sa fie de unică folosință. • Sa fie cu cip radiodetectabil și cu anse țesute în material. • Sa fie in 4 straturi, albe • Compoziție material: - o 100 % tifon din bumbac absorbant conf. EN 14079, fără
--	--	--	--	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș. Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@bospm.ro • www.bospm.ro



								- o Nucleu absorbant: celuloza hidrofila si SAP (polimer super-absorbant) - o Strat suport: material netesut, hidrofof, din polipropilena - o Folie de protecție: film transparent din polietilena • Capacitate de absorbție: minim 150g / 100cm² • Rata de transmisie a vaporilor de apă: min 2800 g/m²/24h • Sa fie ambalat individual in punga termosudata din hartie • Sa respecte cerintele Regulamentului UE 2017/745 privind dispozitivele medicale <u>Specificatii banda adeziva:</u> • Poliester netesut flexibil cu adeziv pe baza de cauciuc sintetic fara latex, protejat de hartie siliconata. • Utilizata pentru fixarea suplimentara a campurilor. Sterilizare cu oxid de etilena. Produsul sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. Sa prezinte eticheta autoadeziva detasabila pentru urmarirea circuitului produsului. Sa prezinte marcaj CE conform Regulamentul UE 745/2017 privind dispozitivele medicale (MDR) Declaratia de Conformitate sa includa SRN producator si UDI-DI-ul dispozitivului medical in EUDAMED. Sa prezinte suportul UDI pe eticheta dispozitivului medical si pe toate nivelurile superioare de ambalare conform articolului 123, alineatul (3) litera (f) si articolului 27 alineatul (4) din MDR (conform ANMDMR). Valabilitate: minim 3 ani SA PREZINTE ETICHETE DUBLE ADEZIVE PE AMBALAJUL SETULUI. SOLICITAM MOSTRE.
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș. Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon 04 0356 433111 • Fax 04 0356 486956
 • e-mail: judetean@hospim.ro • www.hospim.ro



B-2	Set steril chirurgie interventii medii	1000	318,00 lei	Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	Continut set: 1 camp pentru masa de instrumente ranforsat, min. 190 x 150 cm (ranforsat min 75 x 190 cm) 1 camp de acoperire pentru masa Mayo, min. 80 x 145 cm 1 camp autoadeziv bistratificat, min. 240 x 150 cm 2 camp autoadeziv bistratificat, min. 90 x 75 cm 1 camp autoadeziv bistratificat, min. 175 x 170 cm 1 halat chirurgical extraranforsat ignifug mar. L 2 bisterii nr. 20 1 buzunar autoadeziv cu 2 compartimente, PE transparent, min. 46 x 40 cm 1 electrocauter, cu 2 butoane, min. 450 cm 1 set de aspiratie Yankauer 30/10CH/mm, 300 cm 1 accesoriu pentru curatarea varfului electrocauterului, radioopac 5 x 5 cm 30 comprese din tifon cu fir radioopac in min. 12 straturi, min. 17 fire, culoare alba, 10 x 10 cm 20 comprese din tifon cu fir radioopac in min. 12 straturi, nr in. 17 fire, culoare alba, 10 x 20 cm 6 tamponare tifon nr. 4 (dimensiune ou) 1 pansament post operator superabsorbant cu strat de silicon 10 x 20 cm 1 bol din plastic 9,3 cm, gradat, transparent 250 ml 1 bol din plastic 9,2 cm, gradat, albastru 250 ml 1 bol din plastic 11,5 cm, gradat, transparent 500 ml 1 tavita pentru ace si lame de bisturiu, 10 x 5 x 1 cm cu 10 locuri 1 pensa de plastic pentru dezinfectare zona operatorie 24 cm 1 banda adeziva 10 x 50 cm 4 servetele de celuloza 30 x 30 cm Specificatii material camp masa instrumente ranforsat: • Compozitie: material laminat, greutate totala minim 90 g/m². • Film: polietilena 60 µm • Neesut: polipropilena netesuta 30 g/m² • Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic
-----	---	------	------------	--	-----------	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Lăzăr Rebreanu, Nr. 156 Timisoara, Jud. Timis, Cod Postal 300723
• Cod Escal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@hospim.ro • www.hospim.ro



	• Fără latex • Caracteristici si parametrii de performanta: - o Rezistență la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 lg - o Curatenia – microbiana – STERIL - o Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ - o Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O) - o Rezistență la plesnire – umed – minim 190 kPa - o Rezistență la plesnire – uscată – minim 200 kPa - o Rezistență la întindere – uscată – minim 70 N/50 mm transversal - o Rezistență la întindere – umedă – minim 70 N/50 mm transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal <u>Specificatii material camp Mayo:</u> • Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m², • Nețesut: PP hidrofil, 30 g/m² • Film: polietilena 60 μm • Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic • Fără latex • Caracteristici si parametrii de performanta in zona ranforsata: - o Rezistența la penetrarea microbiană –umedă: minim 6 lg - o Curatenia – microbiana – STERIL - o Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ - o Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O) - o Rezistență la plesnire – umed – minim 180 kPa - o Rezistență la plesnire – uscată – minim 185 kPa - o Rezistență la întindere – uscată – minim 60 N/50 mm transversal, minim 105 N/50 mm longitudinal - o Rezistență la întindere – umedă – minim 65 N/50 mm transversal, minim 110 N/50 mm longitudinal <u>Specificatii material campuri:</u> • Compozitie: Film nețesut bilaminar, greutate totală minim 55 g/m², • Nețesut: Material hidrofilic din polipropilenă cu filare direcționale PP (spunbond), minim 30 g/m²
--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timişoara, Jud. Timiş, Cod Postal 300723
• Cod fiscal 466348 • Telefon +4 0256 432111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@buspin.ro • www.busp.ro



• Film: polietilenă compact, minim 25 g/m², impermeabil la umiditate și bacterii • Cele două straturi să fie îmbinate termic • Fără latex • Caracteristici și parametri de performanță: ○ Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 lb ○ Curățenia – microbiană – STERIL ○ Scămoșare – maxim 2.5 Log₁₀ ○ Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H2O) ○ Rezistența la plesnire – umedă – minim 125 kPa ○ Rezistența la plesnire – uscată – minim 125 kPa ○ Rezistența la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal ○ Rezistența la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal ○ Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² Materialul câmpurilor să respecte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zonă critică”. Materialul câmpurilor să fie conform standardelor ISO 11810:2015- rezistența la laser. Câmpurile să fie clasificate în clasa 1 conform standardului IEC 60601-1-2:2014 referitor la flămăritate Pentru acces la standarde, se vor prezenta rapoarte sau confirmări de testare, original și traducere autorizată în limba română. Materialul trebuie să fie impermeabil la lichide și germeni, să se muleze ușor pe corpul pacientului, să aibă proprietăți anti-stație, să nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii). Câmpurile trebuie să fie marcate cu pictograme care să indice zona de aplicare, pentru a fi ușor de manevrat și a scurta durata de izolare. <u>Specificatii halate extranforate:</u> • Halate chirurgicale extranforate din material netesut, ignifug, ce trebuie să fie repelente la apă cu un strat de mijloc din microfibră. • Sa aiba o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor.	
---	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 155 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 432111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judeteczu@hospital.ro • www.hospital.ro



							• Cu scămoșare răsucită și rezistent la abraziune. • Cu suprapunere foarte lărgă la spate și cu ranforsare la piept și ranforsare completă la maneci. • Cu manșete elastice lungi și tricotate • Cu bandă de siguranță combinată, "arici" cu zone adezive, din polipropilenă lipită, pentru reglarea la gât a halatului chirurgical, pe orice porțiune din spatele gâtului. • Materialul halatului să respecte cerințele standardului european EN 13795-1: 2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică” • Să fie rezistent ignifug Clasa I conform 16 CFR Part 1610 - Standard pentru flămăritate îmbrăcăminte textile. • Zonele ranforsare să fie repelente la alcool – minim nivel 9 • Pentru aceste standarde, se vor prezenta rapoarte sau confirmări de testare, original și traducere autorizată în lb. română. • Să nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu. • Material: - o Nețesut: Polipropilenă-matrimoniu netesut (SMS), care să respingă antistatic alcoolul min. nivel 7 - o Ranforsare: dublu strat laminat respirabil în zona frontală ranforsată și triplu strat laminat în zona ranforsată a manecii, repelent la alcool min. nivel 9 • Manșete - 100% Poliester • Fir cusătură - 100% Poliester • Caracteristici în zona neranforsată: - o Rezistența la penetrare microbiană minim 4 IB - o Puritate microbiană – STERIL - o Puritate – Particule în suspensie maxim 2,2 IPM - o Scămoșare – maxim 2,2 log 10 - o Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 35 cm H₂O - o Rezistența la rupere – Uscat – minim 160 kPa - o Rezistența la rupere – Umed – minim 160 kPa - o Rezistența la tracțiune – uscat - Longitudinal - minim 65 N, transversal minim 30 - o Rezistența la tracțiune – Umed - Longitudinal - minim 65 N,
--	--	--	--	--	--	--	---

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Lăsaia Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judectean@hospm.ro • www.hospm.ro



									- transversal minim 35 - Caracteristici în zona cu ranforsare: - Rezistența la penetrare microbiană – minim 6 IB - Puritate – microbiana – STERIL - Puritate – Particule în suspensie ≤ 2 IPM - Scămoșare – maxim 2.2 log 10 - Rezistența la penetrarea lichidelor – minim 200 cm H₂O - Rezistența la rupere – Uscat – minim 215 kPa (în zona manecii) 255 kPa (în zona pieptului) - Rezistența la rupere – Umed – minim 195 kPa (în zona manecii) 250 kPa (în zona pieptului) - Rezistența la tracțiune – uscat: - Longitudinal minim 95 N, transversal minim 45 (în zona manecii) - Longitudinal minim 115 N, transversal minim 90 (în zona pieptului) - Rezistența la tracțiune – umed: - Longitudinal minim 95 N, transversal minim 40 (în zona manecii) - Longitudinal minim 120 N, transversal minim 100 (în zona pieptului) - Dimensiuni: L și XL - L - lungime: 130cm, circumferința: 160cm, ranforsare 85 x 70cm, lungime maneca: 77cm (ranforsata integral) - XL - lungime: 150cm, circumferința: 170cm, ranforsare 105 x 70cm, lungime maneca: 88cm (ranforsata integral) <u>Specificatii bisturiu:</u> - Lama bisturiu din otel-carbon cu maner de plastic si capac transparent detasabil pentru lama, nr 20. <u>Specificatii buzonar:</u> - Folie de policilena transparenta - Greutate standard: min. 70 g/m² - Rezistența la tracțiune: > 40 N / 50 mm <u>Specificatii electrocauter:</u>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hospin.ro • www.hospin.ro



							• Electrood activ compatibil cu electrocauterle Valley Lab, cu 2 butoane, cablu tripolar, lungime min. 450 cm, în suport din plastic alb <u>Specificatii set de aspiratie Yankauer:</u> • Set de aspiratie de 10mm din PVC, canulă ergonomică cu varf standard, prevăzută cu mâner, CH30 și tub de conectare la aspiratorul chirurgical de 300cm <u>Specificatii comprese cu fir radioopace:</u> • Comprese sterile, din tifon cu min. 17 fire/cm², în min. 12 straturi, cu fir colorat radioopac întrecut, pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, pentru absorbție, fixarea organelor sau a țesuturilor corpului. • Sa fie sterile, fabricate din tifon absorbat (100 % bumbac, 17 fire) • Sa aiba fir radioopac țesut detectabil cu raze X. • Sa nu lase seame, compresele sa fie împaturite în min. 12 straturi, fără margini libere. • Compoziție material: - o Tifon: 100% Bumbac, înălbire fără clor care sa respecte EN 14079 - o Fir detectabil cu raze X: Polipropilenă cu BaSO₄ • Număr de fire: urzeala: 100/10 cm ± 5; batatura: 70/10 cm ± 4 • Greutate suprafață: minim 23 g/m² • Rezistență la rupere, uscat: urzeala minim 50 N/50 mm; batatura minim 30 N/50 mm • Timp de pătrundere: < 10 sec. • Dimensiuni: 10 x 10cm și 10 x 20cm • În interiorul setului sa existe o eticheta adezivă dubla pentru cuantificarea consumului de comprese cu fir radioopac. <u>Specificatii tamponae tifon:</u> • Tamponae sterile, absorbante, rasucite, indicate pentru curatarea pielii, tratamentul pe termen scurt al pielii lezate, al cavitatilor corporale, membranelor mucoase și resuturilor pentru absorbtia fluidelor corporale, dar și la curatarea plagilor, pansarea plagilor
--	--	--	--	--	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 485956
 • e-mail: judecanta@hospita.ro • www.hospita.ro



						de mici dimensiuni și/sau ca material portant pentru tratamentele aplicate extern • Sa fie din tifon, 100% bumbac înaltbit • Realizate dintr-o singură bucată • Sa fie realizate fara folosirea unui inel • Sa respecte cerințele EN 14079 (după înălțime) • Timp de pătrundere: maxim 10 sec. • Număr fire: deformare 120/100 mm + 6, lesătură 80/100 mm ± 5 • Greutate suprafață: minim 27 g/m² • Rezistență la întindere: deformare: minim 60 N/50 mm; (esătură: minim 35 N/50 mm) • Dimensiune: marimea 4 (dimensiune cu) <u>Specificatii pansament post operator superabsorbant cu strat de silicon 10 x 20cm</u> • Pansament super-absorbant care sa fie indicat pentru tratamentul plăgilor cu un nivel de exsudat moderat până la abundent: plăgi acute (plăgi post-operatorii) și plăgi cronice (plăgi tumorale, piciorul diabetic). • Sa fie steril, de unică folosință, • Sa fie prevăzut cu un strat de contact cu plaga din silicon, care sa permita o aplicare facilă și îndepărtarea nedureroasă, atraumatică. • Se compune dintr-un corp absorbant din celuloză și un poliactul superabsorbant pentru absorbția și retenția exudatului. • Pe suprafața dinspre plagă sa fie prevăzut cu un strat de contact cu plaga din plasă fină de silicon care sa faciliteze aplicarea pansamentului și sa previna aderarea de plagă. • Stratul de suport al pansamentului sa fie realizat dintr-un material netesut din polipropilenă verde, hidrofob. În același timp trebuie sa fie și permeabil la aer. • Materiale: - o Strat de contact: gel de silicon și material tricotat din PET - o Suprafața de contact cu plaga: poliamida și vascoza netesuta - o Strat de difuzie: material tesut din celuloza hidrofila - o Nucleu absorbant: celuloza hidrofila și SAP (polimer super-
--	--	--	--	--	--	--


SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timişoara, jud. Timiş, Cod Postal 300723
• Cod Fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433411 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judtean@hospim.ro • www.hospim.ro

[illegible]

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 423111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hospm.ro • www.hospm.ro



18-3	Set steril chirurgie laparoscopica	600	197,00 lei	Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	Conținut set: 1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente, ranforsat 150 x 190cm 1 câmp de acoperire pentru masa Mayeranforsamin. 80 x 145cm 1 câmp abdominal prevăzut cu folie de incizie cu orificiu de 32 x 28 cm și saci de aspirație bilaterali, 250/180 x 320cm 20 comprese din tifon cu fir radioopac în min. 12 straturi, min. 17 fire, culoare alba, 10 x 10cm 2 huse de protecție cabluri video min. 13 cm x 250 cm 2 pansamente postoperatorii cu corp absorbant și strat de silicon 8 x 8cm 1 banda adezivă, min. 10 x 50cm 4 șervețele de celuloză 30 x 33cm Specificatii material camp masa instrumente: • Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m² • Film: polietilena 60 μm • Netesut: polipropilena netesuta 30 g/m² • Imbinare: topit pe baza de cauciuc sintetic • Fără latex • Caracteristici și parametrii de performanță în zona ranforsată: - o Rezistență la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l B - o Curățenie – microbiană – STERIL - o Scămoșare – maxim 2.5 Log 10 - o Rezistență la penetrarea lichidă – minim 190 cm (H2O) - o Rezistență la plesnire – umed – minim 190 kPa - o Rezistență la plesnire – uscată – minim 200 kPa - o Rezistență la îndoire – uscată – minim 70 N/50 mm transversal, minim 95 N/50 mm longitudinal - o Rezistență la îndoire – umedă – minim 70 N/50 mm transversal, minim 100 N/50 mm longitudinal Specificatii material camp Mayo: • Compozitie: material laminat, greutate totală minim 90 g/m² • Netesut: PP hidrofil, 30 g/m²
------	---	-----	------------	--	-----------	---

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judecvar@hospim.ro • www.hospim.ro



						○ Absorbție: minim 350 % - 380 ml/m² Materialul câmpurilor sa respecte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanța înaltă, zona critică”. Materialul câmpurilor să fie conform standardelor ISO 11810:2015 - rezistența la laser. Câmpurile să fie clasificate în clasa I conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flammabilitate Pentru aceste standarde, se vor prezenta rapoarte sau confirmări de testare, original și traducere autorizată în lb. română. Materialul trebuie să fie impermeabil la lichide și germei, să se rupe ușor pe corpul pacientului, să aibă proprietăți anti-stație, să nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii). Câmpurile trebuie să fie marcate cu pictograme care să indice zona de aplicare, pentru a fi ușor de manevrat și a scurta durata de izolare. <u>Specificatii banda adezivă:</u> • Poliester netesut flexibil cu adeziv pe baza de cauciuc sintetic fără latex, protejat de hantiesiliconată. • Utilizată pentru fixarea suplimentară a câmpurilor. <u>Specificatii comprese cu fir radioopac:</u> • Comprese sterile, din tifon cu min.17 fire/cm², în min. 12 straturi, cu fir colorat radioopac întins, pentru utilizarea în timpul intervențiilor chirurgicale, pentru absorbție, fixarea organelor sau a țesuturilor corpului. • Sa fie sterile, fabricate din tifon absorbant (100 % bumbac, 17 fire) • Sa aibă fir radioopac testat detectabil cu raze X. • Sa nu lase scame, compresele sa fie împaturite în min.12 straturi, fără margini libere. • Compoziție material: ○ Tifon: 100% Bumbac, înălbire fără clor care să respecte EN 14079 ○ Fir detectabil cu raze X: Polipropilenă cu BaSO₄ • Număr de fire: urzeala: 100/10 cm ± 5; batatura: 70/10 cm ± 4
--	--	--	--	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hospim.ro • www.hospim.ro



								film transparent de polietilena (PE) • Sa aiba banda de fixare cu adeziv acrilic fara colofoniu si fara latex • Sa fie impermeabila la umezeala si bacterii • Sa fie pliata telescopic • Sa aiba suport de inserție din carton • Sa fie lipsita de de substante clorurate precum CMR/PBT/vPvB (cancerigene, mutagene, toxice pentru reproducere) • Sa nu contina nici substante ignifuge (ex. bifenili polibromurati, etc) • Caracteristici de performanta: - o Rezistența la penetrare: microbiană - umed: min. 5 I_B - o Rezistența la penetrarea lichidelor: min. 200cm (H₂O) - o Rezistența la rupere - uscat: min. 75 kPa - o Rezistența la rupere - umed: min. 75 kPa - o Rezistența la tracțiune - uscat: longitudinal - min. 49 N/50mm, lateral - min. 52 N/50mm - o Rezistența la tracțiune - umed: longitudinal - min. 46,5 N/50mm, lateral - min. 47 N/50mm • Sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. • Sa respecte cerințele Regulamentului UE 2017/745 pentru dispozitive medicale. <u>Specificatii pansament postoperator cu corp absorbant si strat de silicon 8 x 8cm</u> • Pansament absorbant autoadeziv, pentru plăgile post-operatoriiu un nivel de exsudat moderat până la abundent. • Sa fie compus dintr-un strat de contact cu plaga din silicon perforat, film suport din poliuretan semipermeabil si corp absorbant cu indicator colorat pentru aplicare. • Corpul absorbant sa fie compus din celuloză si un poliacrilat superabsorbant pentru absorbtia si retenția exudatului. • Pe suprafața dinspre plagă sa fie prevăzut cu un strat de contact cu plaga din plasă fină de silicon care sa faciliteze aplicarea pansamentului, sa previna aderarea de plăgăsi îndepărtarea
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMISOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 3009723
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@bucur.ro • www.hospfr.ro



nedureroasă, atraumatică. • Stratul de suport al corpului absorbant să fie realizat dintr-un material netesut din polipropilenă verde, hidrofob. În același timp trebuie să fie și permeabil la aer. • Materiale: - o Strat de contact: gel de silicon și material tricotat din PET - o Supralăța dinspre plagă: poliamida și vâsczoza netesută - o Strat de difuzie: material tesut din celuloză hidrofilă - o Nucleu absorbant: celuloză hidrofilă și SAP (polimer super-absorbant) - o Strat suport: material netesut, hidrofob, din polipropilenă - o Supralăța opusă plagii: film de suport din poliuretanic semipermeabil • Capacitate de absorbție: minim 150g / 100cm² • Rata de transmisie a vaporilor de apă: min 1690 g/m²/24h • Să fie ambalat individual în punga termosudată din hârtie • Să respecte cerințele Regulamentului UE 2017/745 privind dispozitivele medicale Sterilizare cu oxid de etilenă. Produsul să fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. Să prezinte eticheta autoadezivă detasabilă pentru urmărirea circuitului produsului. Să prezinte marcaj CE conform Regulamentului UE 745/2017 privind dispozitivele medicale (MDR) Declarația de Conformitate să includă SRN producător și UDI-DI-ul dispozitivului medical în EUDAMED. Să prezinte suportul UDI pe eticheta dispozitivului medical și pe toate nivelurile superioare de ambalare conform articolului 123, alineatul (3) litera (f) și articolului 27 alineatul (4) din MDR (conform ANMDMR). Valabilitate: 5 ani SA PREZINTE ETICHETA: DUBLE ADEZIVE PE AMBALAJUL SETULUI. SOLICITAM MOSTRE.			
---	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA




• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș. Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4633448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0356 489556
 • e-mail: județean@hospim.ro • www.hospim.ro



18.4	Set chirurgie mici interventii cu instrumentar UF	600	136,00 lei	Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu nr 156	48 de ore	Continut set: 1 câmp de acoperire pentru masa de instrumente 90 x 75 cm 1 câmp cu orificiu reglabil autoadeziv 75 x 90 cm 1 bisturiu nr. 10 cu capac de protecție 1 foarfece Metzenbaum cu vf curbat, bont 14,5 cm 1 pensa port-ac Mayo Hegar cu funcție reglare 14 cm 1 pensa chirurgicală Kocherdreapta 14 cm 1 pensa hemostatică curbă Halsted-Mosquito, atraumatică 12,5 cm 1 pensa de plastic pt dezinfectare zona operatorie 14 cm 1 bol gradat din plastic 150 ml 10 comprese tifon în 12 straturi 7,5 x 7,5 cm 5 comprese din material netesut în 6 straturi 5 x 5 cm 3 tamponare tifon marimea prua 1 halat chirurgical renforsat ignifug marimea XL Specificatii material campuri: • Compozitie: Film netesut hilaminar, greutate totală minim 55 g/m² • Netesut: Material hidrofilic din polipropilenă cu filare directă PP (spunbond), minim 30 g/m² • Film: polietilenă compact, minim 25 g/m², impermeabil la umiditate și bacterii • Cele doua straturi sa fie imbinare termic • Fără latex • Caracteristici si parametri de performanță: - o Rezistența la penetrarea microbiană – umedă: minim 6 l B - o Curatenia – microbiana – STERIL - o Scămoșare – maxim 2,5 Log 10 - o Rezistența la penetrarea lichidă – minim 150 cm (H2O) - o Rezistența la plesnire – umed – minim 125 kPa - o Rezistența la plesnire – uscată – minim 125 kPa
------	---	-----	------------	--	-----------	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: judetean@hosp-m.ro • www.hospm.ro



								o Rezistență la întindere – uscată – minim 45 N/50 mm transversal, minim 75 N/50 mm longitudinal o Rezistența la întindere – umedă – minim 45 N/50 mm transversal, minim 80 N/50 mm longitudinal o Absorbție: minim 280 % - 150 ml/m² Materialul câmpurilor să respecte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zonă critică”. Materialul câmpurilor să fie conform standardelor ISO 11810:2015 - rezistența la laser. Câmpurile să fie clasificate în clasa I conform standardului I6 CFR Part 1610 referitor la flămăritate Pentru aceste standarde, se vor prezenta rapoarte sau confirmări de testare, original și traducere autorizată în lb. română. Materialul trebuie să fie impermeabil la lichide și germeni, să se muleze ușor pe corpul pacientului, să aibă proprietăți anti-stactice, să nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii). Câmpurile trebuie să fie marcate cu pictograme care să indice zona de aplicare, pentru a fi ușor de manevrat și a scurta durata de izolare. <u>Specificatii comprese tifon:</u> • comprese sterile din bumbac 100%, cu marginile tăiate împaturite în interior, în 12 straturi • bumbac pur 100%, respecta EN 14079 • albite fără compusi clorurati, (nu conțin impurități) • densitatea: 17 fire/cm 2 (urzeala 100/10 cm; batatura 70/10 cm); • să nu reacționeze cu acizi sau alcali; • masa medie este minim 23gr/m² • timp de scufundare (hidrofilie): max.10 secunde • multistratificat în 12 straturi; • nu lasa scame, cu margini libere drepte și uniforme; • rezistente la rupere • aspecteural, fără miros, fără pete <u>Specificatii comprese netesut:</u> • material netesut vascoza 70%, poliester 30% (vlies), respecta EN
--	--	--	--	--	--	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEI” TIMIȘOARA



Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timişoara, jud. Timiş. Cod Postal 300723

* Cod fiscal 4662448 • Telefon +40356 433111 • Fax +40256 486956

* e-mail: judefca@hawaii.edu * www.hawaii.edu



available only for

CONCLUSION. The H-Don

14079	• albii fara compusi clorurati, (nu contine impuritati) • sa nu reactioneze cu acizi sau baze; • masa medie este minim 30gr/imp-/-5%; • capacitate de absorbtie (hidrofilie) aprox. 11 g/g; • multistratificat, impaturit in 6 straturi; • sa nu lase scame, margini drepte si uni forme • rezistentu la rupere; • aspect curat, fara miros, fara pete <u>Specificatii tamponare tifon:</u> • tamponare sterile, absorbante, rasucite, indicate pentru curatarea pielii, tratamentul pe termen scurt al pielii lezate, al cavitatilor corporale, membranelor mucoase si resuturilor pentru absorbtia fluidelor corporale, dar si la curatarea plagilor, pansarea piagilor de mici dimensiuni si/sau ca material portant pentru tratamentele aplicate extern • sa fie confectionate din tifon, 100% bumbac inalbit • realizate dintr-o singura bucată • sa fie realizate fara folosirea unui incl • sa respecte cerintele EN 14079 (după înălțime) • timp de pătrundere: maxim 10 sec. • număr fire: deformare 120/100 mm ± 6; țesătură 80/100 mm ± 5 • greutate suprafață: minim 27 g/m² • rezistență la întindere: deformare: minim 60 N/50 mm; țesătură: minim 35 N/50 mm • dimensiune: marimea 3 (dimensiune pruna) <u>Specificatii bisturiu:</u> • lama bisturiu din otel carbon cu maner de plastic si capac transparent detasabil pentru lama, nr 10 <u>Specificatii instrumentar din otel:</u> • foarfece, pensa port-ac, pensa hemostatica si pensa chirurgicala sa fie confectionate din otel, cu marcaj inscriptonat de unica foarfece
-------	---

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, Județ, Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4653448 • Telefon +4 0356 423111 • Fax +4 0356 486956
 • e-mail: judetecare@hospitai.ro • www.hospitai.ro



						- manerele instrumentelor cu marcaj de culoare verde, pentru a preveni amestecul cu instrumentele reutilizabile. - Specificatii pensă plastic: - penză din plastic pentru dezinfectia zonei operatorii, culoare albastru - Specificatii bol plastic: - bol transparent din plastic 150ml, gradat, pentru soluție dezinfectantă - Specificatii halat ranforsat: - halat chirurgical ranforsat din material netesut, ignifug, repelent la apă, cu un strat de mijloc din microfibre; cu o mare rezistență la penetrarea fluidelor și a bacteriilor. - scămoșare redusă și rezistent la abraziune. - manșete elastice lungi și tricotate din poliester. - sa prezinte sistem de prindere combinat: bandă cu scai și par. e adezivă din polipropilenă topită la cald, pentru ajustarea halatului în orice poziție din jurul gâtului. - suprapunere extra largă la spate. - guler colorat pentru identificarea rapidă a nivelului de protecție. - materialul câmpurilor sa respecte cerințele standardului european EN 13795-1:2019 privind cel mai înalt nivel de performanță „Performanță înaltă, zona critică”. - materialul câmpurilor sa fie conform standardelor ISO 11810:2015 - rezistența la laser. - câmpurile sa fie clasificate în clasa I conform standardului 16 CFR Part 1610 referitor la flămăritate - pentru aceste standarde, se vor prezenta rapoarte sau confirmări de testare, original și traducere autorizată în lb. română. - materialul trebuie să fie impermeabil la lichide și germeni, să se muleze ușor pe corpul pacientului, să aibă proprietăți anti-stactice, să nu conțină latex (pentru a nu provoca alergii). - câmpurile trebuie să fie marcate cu pictograme care să indice zona de aplicare, pentru a fi ușor de manevrat și a scurta durata de izolare.
--	--	--	--	--	--	--

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timișoara, jud. Timiș, Cod Postal 300723
 • Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
 • e-mail: județean@hospim.ro • www.hospim.ro



						• sa fie în conformitate cu Regulamentul UE 2017/745 pentru dispozitive medicale. • sa nu conțină cauciuc natural din latex și nici colofoniu. • material: ○ neșut; polipropilenă-material neșut (SMS), minim 40g/m² ○ antistatic ○ ranforsare: material laminat din pelicula netesuta PP-PE in partea din fata si pe brate, minim 42 g/m² • manșete - 100% poliester • fir cusătură - 100% poliester • caracteristici in zonele cu ranforsare: ○ rezistența la penetrare microbiană: minim 6 IB ○ puritate microbiană: STERIL ○ puritate particule în suspensie: <2 IPM ○ scârșare: maxim 2 log10 ○ rezistența la penetrarea lichidelor: minim 160cm H₂O ○ rezistența la rupere - uscat: minim 300 kPa ○ rezistența la rupere - umed: minim 200 kPa ○ rezistența la tracțiune - uscat: longitudinal minim 135 N, transversal minim 80 ○ rezistența la tracțiune - umed: longitudinal minim 135 N, transversal minim 80 • zonele ranforsate sa fie repelente la alcool – minim clasa 9, NWSP 080.8.R0 (20) • dimensiune: • XL - lungime: 140cm, circumferința: 165cm, ranforsare 100 x 50cm; lungime maneca: 87cm (ranforsare 40 cm) Cu excepția pensei de plastic pt. dezinfectarea zonei operatorii, celelalte instrumente sunt din oțel inoxidabil și sunt de unică utilizare. Sterilizare cu oxid de etilena. Produsul sa fie clasificat ca dispozitiv medical clasa I steril. Sa prezinte eticheta autoadeziva detasabila pentru urmarirea circuitului produsului. Sa prezinte marcaj CE conform Regulamentului UE 745/2017 privind
--	--	--	--	--	--	---

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA



• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156 Timisoara, jud. Timis, Cod Postal 300725
• Cod fiscal 4669448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judetean@hospm.ro • www.hospm.ro

[illegible]

3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor sau în cazul amânării din cauze care nu tin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor / deficiențelor în perioada de garanție.

3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametri agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subsambele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sărării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutateii ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventuala absență a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este: sediul autorității contractante, respectiv Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brancu” Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timiș.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungește în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului.

În acest sens, se prezuma că toate datele/informațiile / Documentele prezentate Contractantului sunt însoțite de către conducătorul unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul de sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezolva/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emitere și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă;
- e) documentația de utilizare (dacă este cazul);
- f) raport privind testarea (dacă este cazul);

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlu de accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agreeate de părți în cadrul contractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative).

Ofertantul vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în munca.

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractuale atasate documentației de atribuire.

9 DISPOZIȚII FINALE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singura bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertantul are obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minimul de parametri tehnici ce trebuie îndepliniți de produsele oferite.

Specificatiile tehnice care indica o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevazute in caietul de sarcini sau care nu indeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei in conditiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice si financiare se va face conform documentatiei de atribuire.

Documentatia tehnica aferenta ofertei va contine, atat documentatia originala, cel si traducerea documentatiei tehnice originale in limba romana, daca este cazul.

INTOCMIT

AS. MED. PRINC. STELUȚA ARDELEAN
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 2

AS. MED. PRINC. CLAUDIA CRASOVAN
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 1

AS. MED. PRINC. KALAPIS (GALEA) RALUCA
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 3

AS. MED. PRINC. SIMONA DANACICA (MITROI)
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 4

AS. MED. PRINC. MIHAELA CHIHAIJA
ASISTENT SEF BLOC OPERATOR 5

AS. MED. PRINC. LORENA MIHAI
ASISTENT SEF SALI DE NASTERI

PRESEDINTE COMISIE
DR. ISAIC ALEXANDRU

