

SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486953
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



SECȚIA BLOC OPERATOR I

2026-01-14-091

Prof. Univ. Dr. SANDESC DOREL



CAIET DE SARCINI Pentru Negociere (Blocurile Operatorii și ATI) PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

- Protecția muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea și stingerea incendiilor : www.igsu.ro
- Protecția mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÂNZEU” îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respective Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.


Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se considera de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viața medicală timișoreana precum Prof. Dr. Pius



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilăscu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea stringentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționare a spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și post universitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/ contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă dorește să obțină un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piață și să corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sinecope în procesul de achiziție.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria *material sanitar*

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea: *material sanitar*



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro




3.2 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

3.2.1 Produse solicitate

Locul de livrare: Sediul Autorității Contractante: Bd Liviu Rebreanu 156

Termen de livrare maxim 30 de zile de la emiterea comenzii

Denumire	U. M.	Cantitate necesara lunara	Prêt Estimât /buc(fara TVA	Prêt total estimat	Specificatii Tehnice
6 <u>Set consumabile pentru aspiratia secretiilor si fluidelor medicale 3000 ml</u>	buc	1600	39	62400	SOLOCITAM MOSTRE odata cu depunerea documentatiei Set consumabile pentru aspiratia secretiilor, compus din: punga cu capaclipitsi cu prafpentru a transformasecretiile aspirate in gel, tuburi (lungime de 3m) simple(pentrusectia ATI) sau cu canula Yankauer (pentruBlocul Operator) siconectoripentruaspiratie. PUNGA ASPIRATIE: Recipient cu capac de unica folosintapentrucolectarecafluidelorbiologice, transparent; Punga de aspiratielipitaetans pe capaculpungii, circular; fundulpungii sub forma de arc de ceresa fie lipit; faralipituri pe partilelaterale. Corpulpungiisa fie turnat in forma circulara. Recipient cu agent de solidificarepreinstalât, in punga separata aflata in interiorulpungii de colectare, dozat in functie de volumul pungii de aspiratie:1000 ml, 2000 ml sau 3000 ml. Punga in care se gasesteagentul de solidificare, la contactul cu aspiratulsă se dizolve, pentru a puteaincepefunctionaracaimediataacestui; sarespectestandardelenationalesiinternationale cu privire la dispozitivelemedicale; Sa fie din polietilena; saaiba o capacitate efectiva de 1000 ml/ 2000 ml/ 3000 ml; sa fie livrat in forma pliata; Sa fie prevazut cu un singurconector, la care sa se lege direct tubul de aspiratie de la pacient, pentruaevitaaconectareagresita a tuburilor. Sa fie prevazut cu conector serial pentru o eventualaconectare in serie a




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cont fiscal 4663448 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



					altorcanistre, cu o capacitate nominala de aspiratie de pana la 36 litri sicapacprotectie; Locas pe capaculpungii de aspiratiepentru fixarea diferitelor accesorii precum recipient pentru probe, paharmasurare pentru lichide de volume mici; Portul de conectare pentru regulatorul de vacuum sa fie in exteriorulpungii de aspiratie propriu zis pentru a exclude contactul fluidelor biologice cu dispozitivulsicontaminarea acestuia; Capaculsa fie prevazut cu filtru hidrofof, usor de vizualizat, de culoare alba, diferita fata de cea a capacului. Acest filtru va inchide automat sistemul de aspiratie in momentul in care intra in contact cu lichidul aspirat, rol de protectie la supraplin precum si de filtru bacterian Conectorul pentru aspiratie sa fie prevazut cu capacelat sat de marginea laterala a capaculuipungii de aspiratie, ce se inchideetans in momentul in care sistemulesteplins/sautrebuieinlocuit, asigurand o protectie maxima in cazul acestor manevre; Punga de aspiratie sa poata fi indepartata simplusieficient cu ajutorul manerului de catre personalul medical; Sa asigure solidificarea imediata a fluidelor aspirate prin agentul de solidificare incorporat; Sa permita vizualizarea gradului de umplere a recipientului cu fluide biologice aspirate; la atingerea capacitati maxime efective sa opreasca in mod automat aspiratia; Capaculsa fie prevazut cu port si conector in L in cel putin 4 trepte la un capatsilue drept in 2 nivele si aietura angulara in celelalte capat; Pe capaculpungii de aspiratie sa fie trecute: numele producatorului, capacitateapungii, marcajul CE, luna si anul productiei, faptul ca este din LDPE
--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



				reciclabil; faptul ca este de unica utilizare, conexiunea la pacient; Capacul să fie lipit de pungă de aspirație, fără culeșoare; Tub conectare sondă de aspirație: tub conectare sondă de aspirație din PVC transparent fără DEHP, cu diametru int/ext. de 5,8-8,3 mm/CH25 și 7-10 mm/CH30, lungime de 1,8; 2,1; 2,7; 3; 3,5 m; Canula Yankauer (pentru utilizarea în Blocul Operator). Certificat de marcare european (CE mark) sau declarație de conformitate a produsului cu Directiva 93/42/EEC. <i>Furnizorul va pune la dispoziția autorității contractante, cu titlu gratuit, spre utilizare, pe toată perioada de valabilitate a acordului cadru, minim 50 sisteme noi de aspirație astfel cum sunt descrise mai jos, în funcție de necesitățile secțiilor. Furnizorul va asigura buna funcționare a acestora și remedierea eventualelor defecțiuni fără costuri suplimentare pentru autoritatea contractantă.</i> Pentru minim 10 bucati de sisteme de aspirație, în funcție de necesitățile secțiilor, se va asigura, cu titlu gratuit, stative pe roți pe care se pot monta canistre care pot însuma o capacitate până la 36 litri. Furnizorul trebuie să asigure înlocuirea sistemelor de aspirație și a stativelor, care se vor deteriora, pe durata valabilității acordului cadru. SISTEMUL DE ASPIRAȚIE: Contine: a) regulator vacuum senzitiv, b) filtru de protecție pentru sursa de vacuum c) canistră reutilizabilă, d) tub conectare sursa de vacuum a) Regulator vacuum senzitiv: Dispozitiv compact pentru aspirația fluidelor medicale, echipat cu recipient de
--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: județean@nosptm.ro • www.hosptm.ro



				siguranta pentru colectare fluid medical; Poate fi montat in priza rapida a sistemului de distributie gaze medicale, se conecteaza la sursa de vacuum a sistemului de distributie gaze medicale Necesita o singura conexiune rapida pentru functionare; design compact; conceput astfel incat operarea sa se poata face sigura si eficienta doar cu o singura mana; Dispozitivul de reglare vacuum sa fie prevazut cu mecanism de siguranta la valoarea setata; dispozitiv de reglare a vacuumului in domeniul 0-400 mm HG Indicator vacuum cu scala in mmHg; Fabricat din materiale rezistente; prevazut cu conector DIN si mini rezervor aspiratie de siguranta Conceput pentru reglare si masurarea valorii de vacuum; reglator de vacuum cu buton cu trei trepte OFF/REGULAR/FULL si buton rotativ pentru reglare sensibilitate a vacuumului Indicator de vacuum cu cod de culoare Aspiratie scazuta 0-80 mmHg (galben) Aspiratie medie 80-200 mmHg (portocaliu) Aspiratie ridicata 200-400 mmHg (rosu) Sa poata fi spalata si curatata chimic; sa poata fi demontat in partile componente pentru activitatile de intretinere curenta; sa se adapteze usor in infrastructura medicala specifica spitalului; Conector pentru tubul de la canistrare utilizabila <u>b) Filtru de protectie pentru sursa de vacuum</u> Ofertantul va pune la dispozitia utilizatorului, cu titlu gratuit, un filtru suplimentar pentru protectia sursei de vacuum, care se va monta pe tubul de silicon dintre borcanul de aspiratie si reductorul de aspiratie, care
--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723, Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail judelean@jiosptm.ro • www.hosptm.ro



					vare spectau mato are le caracteristici: Sa aiba forma cilindrica; Sa aiba urmatoarele componente: capac, corp transparent si filtru hidrofof; - Capacul sa fie din polietilena - Corpul sa fie din policarbonat transparent - Filtru hidrofoficsa fie din polietilena Dimensiuni: 120-125 mm lungime, 32-35 mm diametru; In interiorul corpului transparent sa se afle filtru hidrofofic din polietilena (din acelasi material cu filtrul aflat pe interiorul capacului pungi de aspiratie) cu rolul de a proteja sursa de vacuum in cazul in care punga de aspiratie este instalata gresit. Aceasta protectie suplimentara sa nu permita lichidului aspirat sa intre in sistemul de aspiratie, pe care sa il contamineze, punand astfel in pericol siguranta pacientilor; Capatul care se leaga spre reductor/sursa de vacuum sa aiba o conexiune cu capacul pungi in care se aspira; Pe corpul transparent sa fie marcata o sageata care sa indice directia de curgere; Ambele capete ale filtrului sa aiba conectori conici in 3 trepte, pentru o fixare cat mai etansa a furtunului de silicon; Invelisul exterior sa poata fi sters cu un agent de curatare si dezinfectare conceput pentru curatarea dispozitivelor medicale; Filtrul se va schimba in cazul in care este contaminat sau in momentul in care scade puterea de aspiratie a sistemului; Ambalare: cutie a cate 15 bucati; Durata de valabilitate: 5 ani de la data de fabricatie; Marcaj CE. c) Canistrare utilizabila Canistra pentru recipientul de
--	--	--	--	--	---




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4863448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: judelean@hospiti.ro • www.hospiti.ro



					aspiratiea fie rigida, transparenta pentru a putea fi observat nivelul lichidului aspirat; Canistrasa fie cu capacitate de 1000 ml, 2000 ml si 3000 ml. Canistra de 1000 ml/2000 ml/ 3000 ml sa aibe corp alb transparent, cu gradatii pe minim trei parti distincte (sa pentru canistrele de 1 si 2 litri, se pot solicita canistre de culoare albastru translucida, pentru zona in care acestea sunt expuse pacientilor sau in sotitorilor lor). Canistra permite vizualizarea in orice moment si din orice unghi a nivelului lichidului colectat fara a interfera cu sistemul de prindere. Posibilitate de conectare in serie a pana la 12 canistre cu un volum total de 36 de litri. Conceput astfel incat fluidele biologice sa nu vina in contact cu exteriorul dispozitivului propriu zis, interiorul acestuia sa aiba partile componente; Portul de conectare pentru regulatorul de vacuum sa fie in interiorul canistrei de aspiratie pentru a exclude contactul fluidelor biologice cu dispozitivul si contaminarea acestuia; Portul de conectare la vacuum este in afara canistrei si va comunica cu canistra printr-un canal cetece in interiorul canistrei prin peretele acesteia; Sa se adapteze astfel incat structura dispozitivului de aspiratie sa permita montarea canistrei reutilizabile pe orice parte a regulatorului de vacuum; Sa se asigure etanșeizare perfecta in momentul in care punge de aspiratie cu capacitatea montata; Scala de masurare cu sor de citit, marcata la fiecare 100 ml; sa aiba o acuratete a scalei de +/- 100 ml; Prevazuta cu suport standard metalic pentru bara curail;
--	--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail judelean@hospit.ro • www.hospit.ro



					Sistemul de prindere in suport sa fie din plastic sa faca parte integranta din corpul canistrei si sa nu permita rotirea acesteia odata prins in suport. Canistra cu structura: ovala pentru capacitatea de 1000 ml si rotunda pentru capacitatea de 2000 ml si 3000 ml; Sa fie reutilizabila, usor de curatat, dezinfectata si autoclavata. d) Tub conector sursa de vacuum Tub din silicon transparent semirigid care face legatura dintre regulatorul de vacuum si canistră reutilizabila; Sa se poata conecta la regulatorul de vacuum si sa se alătească la canistră cu ajutorul unui conector in L in cel puțin 4 trepte la un capăt și la un capăt drept în 2 nivele și să aibă o unghiulară în celălalt capăt; Lungimea tubului sa fie cuprinsa între aproximativ 10-30 cm, in functie de necesitati Sa poata fi curatata si dezinfectata si autoclavata; Punga aspiratie cu tub conectare sonda de aspiratie: punga de aspiratie de unica folosinta, cu valva de protectie si agent solidifiant incorporat; tub conectare sonda de aspiratie;	
7	<u>Set consumabile pentru aspiratia secretiilor si fluidelor medicale 1000 ml</u>	buc	600	39	23400	Set consumabile pentru aspiratia secretiilor, compus din: punga cu capacitate și praf pentru a transforma secrețiile aspirate în gel, tuburi (lungime de 3m) simple (pentru secția ATI) sau cu canula Yankauer (pentru Blocul Operator) și conector pentru aspirație. PUNGA ASPIRATIE: Recipient cu capacitate de unica folosinta pentru colectarea fluidelor biologice, transparent; Punga de aspiratie lipita etans pe capacul pungi,



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



				circular; fundulpungii sub forma de arc de cercsa fie lipit; faralipituri pe partilelaterale. Corpulpungiisa fie turnat in forma circulara. Recipient cu agent de solidificarepreinstalat, in punga separata aflata in interiorulpungii de colectare, dozat in functie de volumul pungii de aspiratie: 1000 ml, 2000 ml sau 3000 ml. Punga in care se gasesteagentul de solidificare, la contactul cu aspiratulsă se dizolve, pentru a puteaincepefunctionareaimediataaacestui; sarespectestandardelenationaleșiinternationale cu privire la dispozitivelemedicale; Sa fie din polietilena; saaiba o capacitate efectiva de 1000 ml/ 2000 ml/ 3000 ml; sa fie livrat in forma pliata; Sa fie prevazut cu un singurconector, la care sa se lege direct tubul de aspiratie de la pacient, pentruaevitaconectarcagresita a tuburilor. Sa fie prevazut cu conector serial pentru o eventualaconectare in serie a altorcanistre, cu o capacitate nominala de aspiratie de pana la 36 litrisicapacprotectie; Locas pe capaculpungii de aspiratiepentru fixareadiferiteloraccesorii precum recipient pentru probe, paharmasurarepentru lichide de volume mici; Portul de conectarepentru regulatorul de vacuum sa fie in exteriorulpungii de aspiratiepropriuzis pentru a exclude contactulfluidelorbiologice cu dispozitivulsicontaminareaacestui; Capaculsa fie prevazut cu filtruhidrofob, usor de vizualizat, de culoare alba, diferita fata de cea a capacului. Acestfiltruvainchide automat sistemul de aspiratie in momentul in care intra in contact cu lichidulaspirat, rol de protectie la supraplin precum și de filtrubacterian Conectorulpentru aspiratie sa fie prevazut cu capacelatasat de marginalatcrala a capaculuipungii de
--	--	--	--	--




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 158, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 /86953
• e-mail: județean@hospim.ro • www.hospim.ro



					aspiratie, ce se inchideetans in momentul in care sistemulesteplinsi/sautrebuieinlocuit, asigurand o protectie maxima in cazulacstormanevre; Punga de aspiratiesapoata fi indepartatasimplusieicient cu ajutorulmanerului de catrepersonalulmedical; Sa asiguresolidificarcaimediata a fluidelor aspirate prinagentul de solidificareincorporat; Sa permitavizualizareagradului de umplere a recipientului cu fluidebiologice aspirate; la atingereacapacitatiimaximeefectivesaopreasca in mod automat aspiratia; Capaculsa fie prevazut cu port siconector in L in celputin 4 trepte la un capatsiluerdrept in 2 nivelesitaieturaangulara in celcaltcapat; Pe capaculpungii de aspiratiesa fie trecute: numeleproducatorului, capacitateapungii, marcajul CE, lunasianulproductiei, faptul ca este din LDPE reciclabil; faptul ca este de unica utilizare, conexiunea la pacient; Capaculsă fie lipitetans de punga de aspiratie, fara cute sifarapori; Tub conectaresonda de aspiratie: tub conectaresonda de aspiratie din PVC transparent fara DEIIP, cu diametru int/ext. de 5,8-8,3 mm/CH25 si 7-10 mm/CH30, lungime de 1,8; 2,1; 2,7; 3; 3,5 m; Canula Yankaucr(pentruutilizarea in Blocul Operator). Certificat de marcajeuropean (CE mark) saudeclaratie de conformitate a produsului cu Directiva 93/42/EEC. <i>Furnizorulvapune la dispozitiaautoritatiicontractante cu titlugratuit, spreutilizare, pe toataperioada de valabilitate a acorduluicadru, minim 50 sistemenoi de aspiratieastfel cum sunt descrisemiios, in functie de necesitatilesectiilor. Furnizorulvaasigura buna functionareaacestorasiremediereaeventualelordefectiunifaracosturisuplimentarepentruautoritateac</i>
--	--	--	--	--	---




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4863448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: jucedean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



				<i>ontractanta.</i> Pentru minim 10bucati de sisteme de aspiratie, in funcție de necesitățilesecțiilor, se vaasigura, cu titlugaratuit, stative pe roți pe care se pot montacanistre care pot insuma o capacitate pana la 36 litri. Furnizorultrebuie saasigureinlocuireasistemelor de aspiratiesi a stativelor, care se vordeteriora, pe duratavalabilitatiiacorduluicadru. SISTEMUL DE ASPIRATIE: Contine: a) regulator vacuum senzitiv, b) filtru de protectiepentrusursa de vacuum c) canistrareutilizabila, d) tub conectaresursa de vacuum a) Regulator vacuum senzitiv: Dispozitiv compact pentruaspiratiafluidelormedicale, echipat cu recipient de sigurantapentrucolectarefluidemedicale; Poate fi montat in prizarapida a sistemului de distributie gaze medicale, se conecteaza la sursa de vacuum a sistemului de distributie gaze medicale Necesita o singuraconexiuncrapidapentrufunctionare; design compact; conceputastfelincatoperareasa se poata face sigursieefficientdoar cu o singuramana; Dispozitivul de reglare vacuum sa fie prevazut cu mecanism de siguranta la valoareaasetata; dispozitiv de reglare a vacuumului in domeniul 0- 400 mm HG Indicator vacuum cu scala in mmHg; Fabricat din materialerezistente; prevazut cu conector DIN si mini rezervoraspiratie de siguranta Conceputpentrureglareasimasurareavalorii de vacuum; reglator de vacuum cu buton cu treitrepte OFF/REGULAR/FULL si butonrotativpentrureglareasenzitiva a vacuumului Indicator de vacuum cu cod de culoare Aspiratiescazuta 0-80 mmHg (galben)
--	--	--	--	---




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 158, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospin.ro • www.hospin.ro



				Aspiratiemedie 80-200 mmHg (portocaliu) Aspiratieridicata 200-400 mmHg (rosu) Sa poata fi spalatsicuratatchimic; sapoata fi demontat in partilecomponentepentruactivitatile de intretinerecurenta; sa se adaptezeusorinfrastructuriimedicalespecifi cespitalului; Conectorluerpentrutubul de la canistrareutilizabila <u>b)Filtru de protectiepentrusursa de vacuum</u> Ofertantulvapune la dispozitiautilizatorului, cu titlugaratuit, un filtrusuplimentarpentruprotectiasurscei de vacuum, care se vamonata pe tubul de silicon dintreborcanul de aspiratiesireductorul de aspiratie, care varespectaurmatoarelecaracteristici: Sa aiba forma cilindrica; Sa aibaurmatoarelecomponente: - Capaculsa fie din polietilena - Corpulsa fie din policarbonat transparent - Filtruhiidrofobicsa fie din polietilena Dimensiuni: 120-125 mm lungime, 32-35 mm diametru; In interiorulcorpului transparent sa se auffletruhiidrofobic din polietilena (din acelasi material cu filtrulaflat pe interiorulcapaculuipungii de aspiratie) cu rolul de a protejasursa de vacuum in cazul in care punga de aspiratieesteinstalatagresit. Aceastaprotectiesuplimentarasa nu permitalichiduluiaspiratsaintre in sistemul de aspiratie, pe care sa il contamineze, punandastfel in pericolsigurantapacientilor; Capatul care se leagaspre reductor/sursa de vacuum saibaaceeasiculoare cu capaculpungii in
--	--	--	--	---




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 153, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: judelean@hospit.ro • www.hospit.ro



					care se aspira; Pe corpul transparent sa fie marcata o sageata care sa indice directia de curgere; Ambele capete ale filtrului sa aibe conectori conici in 3 trepte, pentru o fixare cat mai etansa a furtunului de silicon; Invelisul exterior sa poata fi sters cu un agent de curatare si dezinfectare conceput pentru curatarea dispozitivelor medicale; Filtrul se va schimba in cazul in care este contaminat sau in momentul in care scade puterea de aspiratie a sistemului; Ambalare: cutie a cate 15 bucati; Durata de valabilitate: 5 ani de la data de fabricatie; Marcaj CE. c) Canistrare utilizabila Canistra pentru recipientul de aspiratie sa fie rigida, transparenta pentru a putea fi observat nivelul lichidului aspirat; Canistras sa fie cu capacitate de 1000 ml, 2000 ml si 3000 ml. Canistra de 1000 ml/2000 ml/ 3000 ml sa aibe corp alb transparent, cu gradatii pe minim trei parti distincte (sa pentru canistrele de 1 si 2 litri, se pot solicita canistre de culoare albastru translucid, pentru zonele in care acestea sunt expuse pacientilor sau in sotitorilor lor). Canistra permite vizualizarea in orice moment si din orice unghi a nivelului lichidului colectat fara a interfera cu sistemul de prindere. Posibilitate de conectare in serie a pana la 12 canistre cu un volum total de 36 de litri. Conceput astfel incat fluidele biologice sa nu vina in contact cu exteriorul dispozitivului propriu zis, interiorul acestuia sa aibe partile componente; Portul de
--	--	--	--	--	--



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0255 486956
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					conectare pentru regulatorul de vacuum sa fie in interiorul canistrei de aspiratie pentru a exclude contactul fluidelor biologice cu dispozitivul si contaminarea acestuia; Portul de conectare la vacuum este in afara canistrei si comunica cu canistră printr-un canal cetece in interiorul canistrei printr-o rețea de țevi; Sa se adapteze facil si usor structura dispozitivului de aspiratie; sa permita montarea canistrei reutilizabile pe orice parte a regulatorului de vacuum; Sa se asigure etanșeizare perfecta in momentul in care punge de aspiratie cu capacitatea montata; Scala de masurare usor de citit, marcata la fiecare 100 ml; sa aiba o acuratete a scalei de +/- 100 ml; Prevazuta cu suport standard metalic pentru bara euro rail; Sistemul de prindere in suport sa fie din plastic sa faca parte integranta din corpul canistrei si sa nu permita rotirea acesteia odata prins in suport. Canistră cu structura: ovală pentru capacitatea de 1000 ml si rotundă pentru capacitatea de 2000 ml si 3000 ml; Sa fie reutilizabila, usor de curatat, dezinfectata si autoclavata. d) Tub conector sursa de vacuum Tub din silicon transparent semirigid care face legatura dintre regulatorul de vacuum si canistră reutilizabila; Sa se poata conecta la regulatorul de vacuum si celalalt capăt la canistră cu ajutorul unui conector in L in cel puțin 4 trepte la un capăt si la drept in 2 nivele si la 90° unghiular in celalalt capăt; Lungimea tubului sa fie cuprinsa între aproximativ 10-30 cm, in functie de necesitati
--	--	--	--	--	---



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cont fiscal 4663448 • Telefon: +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					Sa poata fi curatatsidezinfectatprinautoclavare; Punga aspiratie cu tub conectaresonda de aspiratie: punga de suctiune de unica folosinta, cu valva de protectiesi agent solidifiantincorporat; tub conectaresonda de aspiratie;
--	--	--	--	--	---

3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor/deficiențelor în perioada de garanție.

3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea /entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele /părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventual absența a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.


Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este: sediul autorității contractante, respective Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timiș.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autorității contractante



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4653446 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: judelean@hospm.ro • www.hospm.ro



Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/ informațiile/ documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului.

În acest sens, se prezuma că toate datele/informațiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însoțite de către conducătorii unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul de sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerii Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezoluna/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Pretul Contractului către Contractant, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul sau și numai în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factură însoțită cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.

Obligațiile principale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele și își va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și a ofertei în baza căreia a fost adjudicat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuti solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 480956
• e-mail judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obligă să emită facturi aferente produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă și de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt: certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare (*dacă este cazul*); raport privind testarea (*dacă este cazul*).

5 Recepția produselor


Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea /entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrare a produselor în cantitatea și calitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timișoara, jud. Timiș.

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite facturi pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRANZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timișoara, jud. Timiș.

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea /entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă;
- e) documentația de utilizare (*dacă este cazul*);
- f) raport privind testarea (*dacă este cazul*);



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: județean@hospita.ro • www.hospita.ro



Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agreeate de părți în cadrul contractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respective conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative) .

Ofertantii vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în munca .

8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractuale atașate documentației de atribuire .

9 DISPOZIȚII FINALE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condiții generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singura bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertantii au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.


Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minimul de parametri tehnici care trebuie îndepliniți de produsele oferite.

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile egale.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 153, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4663446 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiară se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.

Întocmit:

Asistent Medical Șef Bloc Operator 1 Crasovan Claudia Lucia

