



Nr. 3239/26.01.2026

Catre S.C. LIMAS GROUP S.R.L.

Referitor la procedura de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare 2418/20.01.2026, pentru atribuirea contractului de furnizare "MATERIALE SANITARE" transmitem raspunsul la solicitarile de clarificari:

În contextul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare 2418/20.01.2026, pentru atribuirea contractului de furnizare “MATERIALE SANITARE ”, derulată pentru achiziția Ureteroscop flexibil de unica folosinta, vă adresăm prezenta solicitare de clarificări privind anumite cerințe tehnice prevăzute în documentația de atribuire.

Având în vedere necesitatea asigurării unei concurențe reale și a identificării celei mai avantajoase soluții din punct de vedere tehnic și economic, vă rugăm să ne comunicați dacă autoritatea contractantă acceptă următoarele **echivalențe tehnice**, care nu afectează funcționalitatea echipamentului, ci dimpotrivă, aduc beneficii suplimentare actului medical:

Intrebarea 1:

1. Deflexia ureteroscopului

- Cerință inițială: deflexie maximă de 275° în sus și 275° în jos
- **Clarificare solicitată:** acceptarea unei deflexii de **285° în sus și 285° în jos**
- Deflexia crescută permite un acces îmbunătățit în zonele anatomice dificil de abordat, facilitând manevrabilitatea instrumentului și crescând rata de succes a procedurilor, inclusiv în cazuri complexe. Solicităm confirmarea acceptării acestei valori.

Raspunsul 1:

Se accepta solicitarea.

Intrebarca 2:

2. Deschiderea câmpului vizual

- Cerință inițială: 100°
- **Clarificare solicitată:** acceptarea unei deschideri a câmpului vizual de 120°
- Câmpul vizual de 120° reprezintă o îmbunătățire tehnică evidentă, care optimizează vizualizarea intraoperatorie. Un câmp vizual mai larg:
 - crește capacitatea de identificare a calculilor și fragmentelor reziduale,
 - reduce necesitatea reпозиționărilor repetate,
 - îmbunătățește siguranța procedurii prin vizualizare extinsă a structurilor anatomice.

Valoarea de 120° este superioară cerinței minime de 100° . Solicităm confirmarea acceptării acestei valori.

Raspunsul 2:

Se accepta solicitarea.

Intrebarea 3:

3. Profunzimea câmpului vizual

- Cerință inițială: 2–50 mm
- **Clarificare solicitată:** acceptarea unei profunzimi a câmpului vizual de **3–50 mm**
- Diferența de 1 mm la limita inferioară nu are impact clinic și nu limitează utilizarea dispozitivului. În practica ureterscopică:
 - - distanțele reale de lucru sunt peste 3 mm,
 - contactul direct cu țesutul NU este recomandat,
 - intervalul 3–50 mm este standard pentru dispozitive moderne.

Limita superioară de 50 mm este identică. Intervalul 3–50 mm este echivalent funcțional, iar solicitarea de 2 mm nu are justificare clinică. Solicităm confirmarea acceptării acestei valori.

Raspunsul 3:

Se mentine solicitarea din caietul de sarcini, avand in vedere ca in tratamentul litiazei distanta de lucru fata de calcul poate fi mai mica de 3 mm in multe cazuri.

Intrebarea 4:

4. Diametrul de inserție

- Cerință inițială: 8,6 Fr
- **Clarificare solicitată:** acceptarea intervalului 7,5–8,6 Fr
- Diametrul mai mic reprezintă o îmbunătățire clinică majoră, conform tendințelor actuale în ureterscopia. Un diametru redus:
 - minimizează riscul de traumatizare ureterală,
 - reduce necesitatea dilatării, - permite accesul în uretere înguste, - crește siguranța și confortul pacientului.

Cerința 8,6 Fr este respectată, iar un diametru mai mic este obiectiv superior. Solicităm acceptarea intervalului 7,5–8,6 Fr ca fiind conform și justificat.

Considerăm că acceptarea acestor clarificări tehnice contribuie la extinderea concurenței, permite evaluarea unor soluții moderne și performante și sprijină obținerea celui mai bun raport calitate–preț pentru autoritatea contractantă, cu beneficii directe asupra activității clinice și a pacientului.

Raspunsul 4:

Ca urmare a solicitării dvs. privind acceptarea unui diametru mai mic al ureterscopului flexibil de unica folosință, va comunicăm ca acest lucru este acceptabil cu respectarea condiției ca diametrul să nu depășească în nici o porțiune 8.6 Fr și ca diametrul canalului de lucru să nu fie mai mic decât cel specificat.

Manager

Prof. Univ. Dr Dorel Sandesc



Compartiment achiziții publice, contractare



Intocmit, Tatiana Sinoi

