

## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4063448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



SECTIA – UPU-SMURD  
Nr. 42/13.01.2026

Nr. 2026-01-13-441

APROBAT MANAGER  
PROF. UNIV. DR. DOREL SÂNDESC

### CAIET DE SARCINI PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE

#### 1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.


Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic și de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standard relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

- Protecția muncii : [www.securitatea-muncii.ro](http://www.securitatea-muncii.ro)
- Prevenirea și stingerea incendiilor : [www.igsu.ro](http://www.igsu.ro)
- Protecția mediului : [www.ampm.ro](http://www.ampm.ro)

În cadrul acestei proceduri, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚA „PIUS BRANZEU” îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respective Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru a asigura îndeplinirea obiectului Contractului.



## 2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

### 2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „PiusBrînzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „PiusBrînzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viața medicală timișoreana precum Prof. Dr. Pius Brînzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilescu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea stringentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne. În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționare a spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și postuniversitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

### 2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

### 2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă


Autoritatea contractantă dorește să obțină un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun pret din piață și să corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

## 3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria: materiale sanitare

### 3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea: materiale sanitare



## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA


• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



### 3.2 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

#### 3.2.1 Produse solicitate

Nr. Crt.	Denumire produs	Cantitate anuala	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durata minima garanție/termen de valabilitate
1.	2.	3.		5.	6.	7.	8.	9.
1	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR CORPULS 3 - ADULT	1200	SET	UPU		Sa prezinte suprafata de 118cm, lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa, electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul Corpuls 3. Electrozii sa fie ambalati in cutie de plasti, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani.		6 luni
2.	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR CORPULS 3 - COPIL	120	SET	UPU		Lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa, DIMENSIUNE COPIL, electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul Corpuls 3. Electrozii sa fie ambalati in cutie de plasti, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data		6 luni




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judelean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					expirării, codul de comanda și numărul de lot. Termenul de valabilitate să fie de minim 2 ani.		
3.	Electrozi defibrilare pentru defibrilator Zoll,	120	S E T	UPU	Setul să cuprindă 2 electrozi/padele de defibrilate de unică utilizare impregnate cu gel adeziv conductor cu impedanță scăzută. Electrozii să fie prevăzuți cu cablu de conectare rapidă la defibrilator, lungimea cablului de alimentare să fie de 50 cm, să prezinte la capătul cablului de alimentare o mufă de conectare, electrozii să fie compatibile cu defibrilatorul ZOLL. Electrozii să fie ambalate individual, pe ambalaj să fie menționat: producătorul, instrucțiuni de utilizare, data expirării, codul de comanda și numărul de lot. Termenul de valabilitate să fie de minim 2 ani. Dimensiuni adult /copil		6 luni




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



4.	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATO R Metrax Primedic Defi monitor XD Adult/copil	12	S E T	UPU	Setul sa cuprinda 2electrozi/padele de defibrilate de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta.Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator , lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, , electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorulMETRA X PRIMEDIC DEFI- MON. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani.Dimensiuni adult si copil	6 luni
5.	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATO R SCHILLER FREAD EASY Adult/copil	12	S E T	UPU	Setul sa cuprinda 2electrozi/padele de defibrilate de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta.Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator , lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, , electrozii sa fie	




## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4863448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					<b>compatibili cu defibrilatorul SCHILLER FRED EASY. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani. Dimensiuni adult si copil</b>		
--	--	--	--	--	---	--	--




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



6	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATO R PHILIPS HEARTSTART XL, adult/copil	12	S E T	UPU	Setul sa cuprinda 2electrozi/padele de defibrilate de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta.Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator , lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, , electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul PHILIPS HEARTSTART XL. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: 6 luniproducatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani.Dimensiuni copil	6 luni
-	Electrozi defibrilare pentru defibrilator Cardiac Science	12	S E T	UPU	Setul sa cuprinda 2electrozi/padele de defibrilate de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta.Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator , lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, , electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul Cardiac Science. Electrozii sa	6 luni




## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					<p>fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani. Dimensiuni adult si copil.</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



8	Electrozi defibrilare pentru defibrilator semiautomat Lifepack 1000	12	S E T	UPU	Setul sa cuprinda 2 electrozi/padele de defibrilate de unica utilizare impregnati cu gel adeziv conductor cu impedanta scazuta. Electrozii sa fie prevazuti cu cablu de conectare rapida la defibrilator, lungimea cablului de alimentare sa fie de 50 cm, sa prezinte la capatul cablului de alimentare o mufa de conectare, electrozii sa fie compatibili cu defibrilatorul semiautomat Lifepack 1000. Electrozii sa fie ambalati individual, pe ambalaj sa fie mentionat: producatorul, instructiuni de utilizare, data expirarii, codul de comanda si numarul de lot. Termenul de valabilitate sa fie de minim 2 ani. Dimensiuni adult si copil.	6 luni
o	Set ac steril cu stabilizator pentru acces vascular intraosos	60	S E T	UPU	Sa fie compatibil cu dispozitivul de inserare EZ-IO, sa aiba dimensiunea copil, adult si adult mare cu conector compatibil cu dispozitivul electric de inserare. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). Termen de valabilitate min 2 ani	6 luni




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4863448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



10	CANULA NAZALA LM HIGH FLOW	480	B U C	UPU	Canula nazala optiflow de unica utilizare compatibila cu dispozitivul AIRVO 2. Dimensiune adult.	6 luni
11	Circuit ventilație unica utilizare Weinmann Medumat Transport, adult	240	S E T	UPU	Tubulatura completa, sterila, cu volum mort redus, pentru copii adulti), fara masurare CO2, include senzor BiCheck cu cablu de conectare si un set de furtunuri de unica folosinta . Pentru ventilatorul Weinmann Medumat Transport. Lungime 2 metri	6 luni
12	Circuit ventilație adult unica utilizare Weinmann Medumat Standard	240	S E T	UPU	Set tubulatura ventilatie pacient, de unica folosinta, completa, sterila, pentru ventilatorul MEDUMAT Standard?, alcatuita din : - furtun ventilatie unica folosinta - valva pacient completa, de unica folosinta, cu membrana de control al presiunii - sistem tuburi masurare si control presiune, unica folosinta - cot adaptor la 90 grade Pentru ventilatorul Weinmann MEDUMAT Standard? Lungime 2 metri	6 luni




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



13	Circuit ventilație adult/copil unica utilizare Draeger Oxylog	60	S E T	UPU	Tubulatura ventilație artificiala compatibila cu dispozitivul de ventilație Draeger OXILOG cu senzor de flux, valva inspir,	6 luni
14	Circuit ventilație adult/copil ventilator de unica utilizare ventilator FALCO SIARE	60	S E T	UPU	Tubulatura ventilator cu sistem circuit inspir si circuit expir, piesa Y compatibil cu dispozitivul de ventilație Falco Siare, de unica utilizare; dimensiuni adult si copil( 22 mm adult, 15 mm copil).Ambalajul trebuie sa contina : denumirea produsului, dimensiunea, marcaj CE, numarul lotului certificat de conformitate si calitate din partea producatorului	6 luni
15.	Circuit ventilație adult/copil ventilator de unica utilizare ventilator ZOLL	120	S E T	UPU	Circuit de unica folosinta, steril, compus din : ram inspire, piesa Y, valve expir cu diafragma de silicon, port expir, linie expir, senzor de presiune. Compatibil cu dispozitivul de ventilație Zoll, de unica utilizare; dimensiuni adult si copil( 22 mm adult, 10 mm copil). Spatiu mort maxim 22 ml la ttubulatura adult si maxim 4.2 ml la tubulatura pentru	6 luni




## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



					<p>copil. Diferențiere pe culori pentru senzorul de presiune și linia de expir. Ambalajul trebuie să conțină: denumirea produsului, dimensiunea, marcaj CE, numărul lotului certificat de conformitate și calitate din partea producătorului</p>		
--	--	--	--	--	--	--	--




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



16.	Circuit ventilație adult/copil ventilator de unica utilizare ventilator HAMILTON TI	120	S E T	UPU	Circuit unic pacient cu senzor de flux si valva expir , 180 cm.Ambalajul trebuie sa contina : denumirea produsului, dimensiunea, marcaj CE, numarul lotului certificat de conformitate si calitate din partea producatorului	6 luni
17	Circuit ventilație , de unica folosinta EVE NEO, pacient nou-nascut cu senzor de flux si valva de expir cu port pentru masurarea presiunii	120	S E T	UPU	Tubulatura de unica folosinta, sterila, dimensiune neonat, cu senzor de flux, valva de expir si cu port pentru masurarea presiunii.	6 luni
18	COMPRESSE ARSURI diferite dimensiuni	1200	B U C	UPU	Comprese din netesut, impregnate in gel pe baza de apa, nealergizante, neiritante, permit Mularea pe locul aplicat, folosit pentru toate gradele de arsura si toate tipurile de arsura. Gel antiseptic, sa raceasca arsura prin transfer de caldura. Sa nu induca hipotermie, sa raceasca doar zona unde este aplicata. Ambalat individual.	6 luni
19	COMPRESSE ARSURI PENTRU FATA60/40	24	B U	UPU	Comprese din poliuretan, impregnate in gel pe baza de apa, nealergizante,	6 luni




## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



			<b>C</b>		neiritante, permit mularea pe locul aplicat, folosit pentru toate gradele de arsura. Gel antiseptic, sa raceasca arsura prin transfer de caldura. Sa nu induca hipotermie, sa raceasca doar zona unde este aplicata. Ambalat individual, cu orificii pentru gura si nas		
--	--	--	----------	--	---	--	--




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486958  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



20	Fesi elastice 10 cm * 5 m	1200	B U C	UPU	Bandajele elastice sunt fase compresive cu inalt grad de elasticitate, care permite aerisirea zonei pansate. Rulate si conditionate in ambalaj individual, bine tolerate de piele, asigurand o fixare si o absorbtie corespunzatoare.	6 luni
21	Filtru antibacterian aspirator de secretii portabil mevacs 30-230/12v	120	B U C	UPU	Filtru protector cu membrana filtranta, din PP sau PVC de uz medicinal, ambalat steril, de unica folosinta. Compatibil cu aspiratoarele: mevacs 30-230/12v	6 luni
22	filtru antibacterian pt aspirator ACCUVAC	240	B U C	UPU	Filtru protector cu membrana filtranta, din PP sau PVC de uz medicinal, ambalat steril, de unica folosinta. Compatibil cu aspiratoarele: accuvac,	6 luni
23	filtru antibacterian pt aspirator BOSCAROL	120	B U C	UPU	Filtru protector cu membrana filtranta, din PP sau PVC de uz medicinal, ambalat steril, de unica folosinta. Compatibil cu aspiratoarele: Boscarol,	6 luni
24	HARTIE EKG EDAN SE 1201	3600	B U C	UPU	Hârtie EKG pentru electrocardiograf EDAN SE 1201 sau echivalent – hârtie termică împăturită 210mm x 140mm x 144 pagini	6 luni
25	HARTIE EKG CARDIOVIT	600	B	UPU	Hartie termosensibila caroiata de calitate	6 luni




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro




AT-102 G2		U C			superioara, impaturita, pentru electrocardiograf Schiller CARDIOVIT AT-102 G2 .  Dimensiune: 210x280		
-----------	--	--------	--	--	---	--	--

**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA**

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



26.	Hartie EKG MINDRAY BENEHEART R3	240	B U C	UPU	Hartie termica dot matrice 80mmx20m-Z-FOLD compatibila cu electrocardiograful Mindray Beneheart R3	6 luni
27	Hartie EKG pt. Defibrilator Corpuls 3	1200	B U C	UPU	Rola termosensibila, latime 105mm, cu diametrul rolei de 44mm, pentru monitorul defibrilatorului Corpuls3.	6 luni
28	HARTIE PENTRU IMPRIMANTA DEFFIBRILATOR ZOLL-80mm	600	B U C	UPU	Hârtie EKG pentru defibrilator ZOLL sau echivalent – hârtie termică	6 luni
29	PANSAMENT TUBULAR nr.6	120	B U C	UPU	bandaj tubular pt fixare tip plasa cu ochiuri largi - cap adult + torace copil ;elasticitate mare,poate fi sterilizat; lungime intinsa 25m	6luni
30	Patura aer cald adult	240	B U C	UPU	Material moale, rezistent, prevazut su garnitura la nivelul orificiului de conectare la aparat, compatibile cu aparatul Mistral-Air, dimensiuni: 233 x 127 cm, pentru adulți, de unica folosinta, ambalajul individual al produsului sa fie inscriptionat cu urmatoarele date: denumirea produsului, dimensiunea produsului, codul produsului, date de identificare ale producatorului, specificatia CE.	6luni




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro




31	Saltea incalzit Transwarmer(nou-nascut)	60	B U C	UPU	Saltea de unica utilizare, umpluta cu gel, termostabila; sa asigure minim 2 ore de incalzire atunci cand temperatura mediului inconjurator este scazuta; sa prezinte disc de activare pentru a produce caldura rapida si consistenta pentru a reduce riscul de hipotermie. Sa fie realizata din material non-toxice	6 luni
32	SENZOR PULSOXIMETRU NEONAT compatibil cu Corpuls 3	600	B U C	UPU	Senzor de unica utilizare pulsoximetrie nou-nascut < 3 kg, compatibil cu monitorul Corpuls 3	6 luni
33.	Seringi 2 ml preheparinate	24000	B U C	UPU	Sterile, de unica folosinta, fara ac, acoperite cu cu 50UI heparina balansata, prevazuta cu capac din plastic pentru impiedicarea scurgerii sangelui dupa utilizare, seringa gradata din ml in ml, sistem de oprire a pistonului pentru impiedicarea iesirii acestuia din corpul seringii, ambalare individuala. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, mod de sterilizare, dimensiuni, adresa producator etc). Marca CE, Termen de valabilitate min 2 ani de la data livrării.	6 luni

**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA**

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



34	Set extensie Biegler BW 685	120	B U C	UPU	Set extensie de 350 cm, cu luer-lock, clema inchidere; sau 460 cm, cu luer-lock, clema inchidere, port injectie, compatibile cu aparatul Biegler BW 685. Ambalare si etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (numele produsului, descriere, cod, valabilitate, lot, dimensiuni, adresa producator etc). Marca CE. Termenul de valabilitate min 2 ani	6luni
35	Trusa cistostomie - set drenaj suprapubian	240	S E T	UPU	Setul trebuie sa cuprinda: trocar metalic scindabil cu inel de siguranta, sonda varf J, punga urina 2 L cu valva unidirectionala, accesoriu ptr fixare la piele, camp chirurgical steril, manusi chirurgicale sterile.	6 luni
36.	banda de resuscitare pentru aparat Autopulse	24	B U C	UPU	Banda de resuscitare sa fie compatibila cu aparatul de compresiuni toracice model Autopulse. Sa poata cuprinde intregul piept al pacientilor pentru asigurarea unor compresii automate de inalta calitate. Banda sa fie alcatuita dintr-o placa de acoperire si doua benzi integrate cu o	6 luni



						capruseala pentru pacient si padele de compresie cu un dispozitiv de fixare Velcro. Banda sa se poata regla automat dupa dimensiunile pacientului. Sa fie de unica folosinta. sa fie radio-transparenta. sa nu contina latex.		
--	--	--	--	--	--	---	--	--

### 3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

#### 3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuie să fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data recepției produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie să acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor / deficiențelor în perioada de garanție

#### 3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport și asigurare pe durata transportului


Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea/entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele/părțile componente necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului, Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distanța față de destinația finală a produselor furnizate și eventual absența a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.



## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4963448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



Destinația de livrare este: sediul autorității contractante, respective Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brînzeu” Timișoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timiș.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

### 3.3.3 Operațiuni cu titlu accesoriu, dacă este cazul (*doar pentru echipamente/aparatura medicală*)

#### 3.3.3.1 Instalare, punere în funcțiune, testare

Contractantul trebuie să instaleze toate produsele în mod corespunzător, asigurându-se în același timp ca spațiile unde s-a realizat instalarea rămân curate. După livrarea și instalarea produselor, contractantul va elimina toate deșeurile rezultate și va lua măsurile adecvate pentru a aduna toate ambalajele și eliminarea acestora de la locul de instalare.

Odată ce produsele sunt asamblate, contractantul va realiza și apoi toate configurările /setările necesare pentru a pune produsele în funcțiune. Punerea în funcțiune include, de asemenea, toate ajustările și setările necesare pentru a asigura instalarea corespunzătoare, în ceea ce privește performanța și calitatea, cu toate configurațiile necesare pentru o funcționare optimă.

După instalare și punere în funcțiune, contractantul va efectua teste funcționale ale produsului în prezența reprezentantului Autorității Contractante.

Contractantul va efectua pe cheltuiala sa și fără nici un fel de costuri din partea Autorității/entității contractante toate testele pentru asigurarea funcționării produsului la parametrii agreeți. Contractantul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni loviturile, zgârieturile și alte deteriorări, până la acceptare de către Autoritatea/entitatea contractantă.

#### 3.3.3.2 Instruirea personalului pentru utilizare

Contractantul este responsabil pentru instruirea la fața locului a personalului desemnat de Autoritatea/entitatea contractantă. Scopul instruirii este de a transfera cunoștințele necesare pentru a opera produsul.


Instruirea va fi organizată după ce produsul este funcțional și trebuie să permită personalului Autorității/entității contractante să înțeleagă diferențele componente ale produsului; înțelegerea tuturor funcționalităților; operarea produsului; informații despre mentenanța de rutină care trebuie să fie efectuată de către utilizator; depistarea problemelor și diagnosticare de bază; etc.

Contractantul trebuie să propună orice subiect suplimentar care ar putea fi necesar pentru a se asigura că personalul Autorității/entității contractante este pe deplin instruit pentru asigurarea utilizării corespunzătoare a produsului.

Durata sesiunii de instruire va fi propusă de contractant în funcție de aspectele care vor fi abordate pe durata sesiunii.

Sesiunea de instruire se va desfășura în limba română.

Contractantul va asigura pe durata sesiunii de instruire material suport în limba română, care include cel puțin manuale de operare, fișe tehnice, etc.



### 3.3.3.3 Menținerea preventivă în perioada de garanție

Menținerea preventivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiilor de întreținere și reparație ale unui echipament/produș care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, la intervale regulate cu scopul de a asigura funcționarea optimă a echipamentului/produșului, pentru a reduce riscurile de defectare și de deteriorare.

Contractantul trebuie să efectueze menținerea preventivă a produșului conform cerințelor fiecărui echipament/aparat medical stabilite de producător. Contractantul va preciza în oferta tehnică operațiile impuse de producător.

Contractantul este responsabil pentru realizarea operațiilor de menținerea preventivă în conformitate cu cerințele stabilite de către producătorul echipamentului SAU așa cum au fost agreate de părți conform contractului.

Înainte de efectuarea operațiilor de menținerea preventivă, contractantul comunică Autorității/entității contractante lista operațiilor de menținerea care trebuie efectuate. În funcție de disponibilitatea locației unde este instalat produșului, este posibil ca menținerea preventivă să trebuiască a fi realizată în afara orelor normale de lucru sau la sfârșit de săptămână sau în sărbătorile legale. Orelle de lucru normale ale Autorității/entității contractante sunt : 7<sup>30</sup> – 15<sup>30</sup>.

Operațiile de menținerea preventivă care necesită o oprire a produșului se efectuează în afara orelor normale de activitate. Datele exacte vor fi agreate cu Autoritatea/entitatea contractantă. Menținerea preventivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusive forța de muncă, piese de schimb și altele asemenea.

Operațiile de menținerea preventivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează menținerea și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

După fiecare intervenție preventivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare ale produșului și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate.

### 3.3.3.4 Menținerea corectivă în perioada post-garanție, după caz

Menținerea corectivă trebuie înțeleasă ca totalitatea operațiilor de intervenție la un echipament/produș care se efectuează pe parcursul ciclului de viață al acestuia, ca urmare a unor defecțiuni sau funcționării în afara parametrilor optimi cu scopul de a restabili capacitatea de funcționare optimă a echipamentului/ produșului.

Contractantul trebuie să efectueze menținerea corectivă a echipamentului pentru o perioadă de 2 ani după expirarea perioadei de garanție. Menținerea corectivă include localizarea, diagnosticarea defectelor, inclusive intervenția pentru restabilirea bunei funcționări și trebuie efectuată pentru toate părțile componente ale produșului, cu excepția consumabilelor atunci când Autoritatea/entitatea contractantă semnalează un incident.

Menținerea corectivă trebuie să acopere toate costurile aferente intervenției, inclusive forța de muncă și altele asemenea, exclusive piese de schimb. Operațiile de menținerea corectivă trebuie efectuate în condiții de securitate, cu protejarea adecvată a personalului care efectuează menținerea și a altor persoane prezente la locul unde are loc intervenția.

Serviciile de menținerea corectivă vor începe după expirarea perioadei de garanție și trebuie asigurate la locația unde este instalat echipamentul. După fiecare intervenție corectivă, contractantul trebuie să efectueze teste de funcționare și să prezinte un raport care să includă activitățile realizate, inclusive piesele de schimb utilizate.



### 3.3.3.5 Suport tehnic

Pe toata durata contractului, atât în perioada de garanție cât și după expirarea perioadei de garanție, după caz, contractantul va asigura suport tehnic.

Contractantul va asigura un punct de contact dedicat personalului autorizat al Autorității/entității contractante unde se poate semnala orice problemă/defecțiune care necesită mentenanță preventivă sau corectivă sau solicitare suport tehnic contractantului în gestionarea unui incident, disponibil, pentru a se asigura că orice situație semnalată este tratată cu promptitudine.

Contractantul va răspunde în timp util la orice incident semnalat de Autoritatea/entitatea contractantă, în funcție de nivelul incidentului. Fiecărui incident este caracterizat de un nivel de prioritate, care va evidenția impactul acestuia asupra funcționalităților produsului.

*Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.*

*Contractantul va trebui să respecte următorii timpi de răspuns, corelați cu nivelul de prioritate a incidentului - aceștia se vor particulariza în funcție de specificul obiectului contractului, cei de mai jos fiind cu caracter orientativ:*

Nivel prioritate	Timpi de răspuns	Timpi de implementare soluție provizorie	Timpi de rezolvare
Urgent	30 minute	4 ore	24 ore
Critic	2 ore	24 ore	48 ore
Major	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare
Minor	4 ore	Următoarea zi lucrătoare	Următoarea zi lucrătoare

*Contractantul trebuie să asigure disponibilitatea serviciilor de suport tehnic. În cazul incidentelor cu prioritate „urgent” intervenția va fi asigurată 24x7, din momentul primirii sesizării și până la remedierea definitivă a problemei și asigurarea funcționalității integrale a produsului.*

*Nerespectarea timpilor de mai sus da dreptul Autorității/ entității contractante de a solicita penalități/daune interese în conformitate cu clauzele contractului de achiziție publică/sectorială de produse.*


#### **NOTA : SE VA SELECTA UN NIVEL DE PRIORITATE**

### 3.3.3.6 Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Contractantul trebuie să fie în măsură să asigure piese de schimb și orice alte materiale consumabile pentru o perioadă de minim 5 ani după expirarea perioadei de garanție.

Contractantul va prezenta în propunerea tehnică:

- recomandări cu privire la piesele de schimb care trebuie să existe în mod current pentru a facilita efectuarea în cel mai scurt timp a operațiilor de mentenanță corectivă;
- timpul de livrare pentru piesele de schimb recomandate;



- c) modalitatea de asigurare a pieselor de schimb în perioada post garanție;
- d) alte informații relevante.

Toate piesele de schimb/material consumabile asigurate de contractant trebuie să respecte cerințele tehnice și de calitate ale producătorului echipamentului.

### 3.3.4 Mediul în care este operat produsul

Echipamentul/aparatul medical se va amplasa/utiliza în spațiul din Unitatea de Primire a Urgențelor .

## 3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

### Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția contractantului ,cu promptitudine, orice informații/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/informațiile/documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii contractului.

În acest sens, se prezuma că toate datele/informațiile, documentele prezentate contractantului sunt însoțite de către conducătorii unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este prevăzut în Caietul de sarcini.

Autoritatea Contractantă poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingerea va fi motivată, cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul de a rezolva/rezilia contractul atunci când se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Recepția produselor se va realiza conform procedurii prevăzute în Caietul de sarcini.

Autoritatea contractantă se obligă să plătească Pretul Contractului către Contractant, în termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii în original la sediul sau numai în condițiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite factura împreună cu documentele justificative în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini.



#### **Obligațiile principale ale Contractantului**

Contractantul va furniza Produsele și va îndeplini obligațiile în condițiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentației de atribuire și aofertei în baza careia i-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atenție, eficiență și diligență, cu respectarea dispozițiilor legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

Contractantul se obligă să depună garanția de bună execuție în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți.

Contractantul va respecta toate prevederile legale în vigoare în România și se va asigura că și Personalul său, implicat în Contract, va respecta prevederile legale, aprobările și standardele tehnice, profesionale și de calitate în vigoare.

În cazul în care Contractantul este o asocieră alcătuită din doi sau mai mulți operatori economici, toți aceștia vor fi ținuți solidar responsabili de îndeplinirea obligațiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informații pe care le pot solicita în mod rezonabil între ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate măsurile necesare pentru a asigura, în mod continuu, personalul, echipamentele și suportul necesare pentru îndeplinirea în mod eficient a obligațiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligația de a desemna, în termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obligă să emită factura aferentă produselor furnizate prin prezentul Contract numai după aprobarea/recepția produselor în condițiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor în condițiile Caietului de sarcini, în conformitate cu propunerea sa tehnică. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare, cât și de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat răspunzător pentru încălcarea de către Autoritatea Contractantă sau de către orice altă persoană a reglementărilor aplicabile în ceea ce privește modul de utilizare a Produselor.

#### **4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul**

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt:

certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare (*dacă este cazul*); raport privind testarea (*dacă este cazul*).

#### **5 Recepția produselor**

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea/entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrarea produselor în cantitatea și calitatea solicitată la locația



## SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



indicata de Autoritateacontractanta: SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

### 6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite factura pentru produsele livrate. Fiecare factura va avea menționat numărul contractului, datele de emiterie și de scadența ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă :SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA „PIUS BRANZEU” TIMISOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timisoara, jud. Timis

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea/entitate a contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți factura și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă;
- e) documentația de utilizare (*daca este cazul*) ;
- f) raport privind testarea (*daca est ecazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru o periațiunile cu titlul accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agreeate de părți în cadrul lcontractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscal în original și a tuturor documentelor justificative.


### 7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respective conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. ( Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative) .

Ofertantii vor indica în cadrul ofertei faptul ca la elaborarea acesteia au ținut cont de obligatiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor in munca .

### 8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractual atasate documentatiei de atribuire .



## 9 DISPOZITII FINALE .

Prin depunerea unei oferte, ofertantul accepta în prealabil condițiile generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singura bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertanții au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minimul de parametri tehnici care trebuie îndepliniți de produsele oferite.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din prezentul caiet de sarcini.


Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile legii.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.

Participanții la licitație vor prezenta mostre din fiecare produs solicitat, modelele prezentate trebuie să îndeplinească specificațiile din prezentul caiet de sarcini. Absența oricăreia dintre mostre va duce la descalificarea ofertei. Fiecare mostră va fi etichetată cu numele ofertantului. Mostrele nu vor fi returnate ofertanților, ele rămânând la Autoritatea Contractantă.


ANEXA NR. 1

**SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA**

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro

**VALOAREA ESTIMATA A PRODUSELOR SOLICITATE**

Nr. Crt.	Denumire produs	Cantitate ANUALA	Cantitate LUNARA	Unitate de măsură	Pret unitar lei (fara TVA)	Valoare produse lei (fara TVA) / AN	Valoare produse lei (fara TVA) / LUNA
1.	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR CORPULS 3 - ADULT	1200	100	SET	70 RON		
2.	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR CORPULS 3- COPIL	120	10	SET	70 RON		
3.	Electrozi defibrilare pentru defibrilator Zoll, adult	120	10	SET	105 RON		
4.	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR Metrax Primedic Defi monitor XD Adult/ copil	12	1	SET	70 RON		
5.	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR SCHILLER FREAD EASY Adult/copil	12	1	SET	70 RON		
6.	ELECTROZI DEFIBRILARE DEFIBRILATOR PHILIPS HEARTSTART XL, adult/copil	12	1	SET	70 RON		



# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



7.	Electrozi defibrilare pentru defibrilator Cardiac Science	12	1	SET	70 RON		
8.	Electrozi defibrilare pentru defibrilator semiautomat Lifepack 1000	12	1	SET	68 RON		
9.	Set ac steril cu stabilizator pentru acces vascular intraosos	60	5	SET	650 RON		
10.	CANULA NAZALA LM HIGH FLOW	480	40	BUC	98 RON		
11.	Circuit ventilație unica utilizare Weinmann Medumat Transport	240	20	SET	582 RON		
12.	Circuit ventilație adult unica utilizare Weinmann Medumat Standard	240	20	SET	370 RON		
13.	Circuit ventilație adult/copil unica utilizare Draeger Oxylog	60	5	SET	80 RON		
14.	Circuit ventilație adult/copil ventilator de unica utilizare ventilator FALCO SIARE	60	5	SET	54 RON		
15.	Circuit ventilație adult/copil ventilator de unica utilizare ventilator ZOLL	120	10	SET	54 RON		
16.	Circuit ventilație adult/copil ventilator de unica utilizare ventilator HAMILTON T1	120	10	SET	250 RON		




# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: județean@hosptm.ro • www.hosptm.ro



17	Circuit ventilație , de unica folosință EVE NEO, pacient nou-născut cu senzor de flux și valvă de expir cu port pentru măsurarea presiunii	120	10	SET	324 RON		
18	COMPRESE ARSURI 10/10,20/20,40/40	1200	100	BUC	25 RON		
19	COMPRESE ARSURI PENTRU FATA60/40	24	2	BUC	92 RON		
20	Fesi elastice 10 cm * 5 m	1200	100	BUC	17 RON		
21	Filtru antibacterian aspirator de secreții portabil mevacs 30-230/12v	120	10	BUC	32 RON		
22	filtru antibacterian pt aspirator ACCUVAC	240	20	BUC	32 RON		
23	filtru antibacterian pt aspirator BOSCAROL	120	10	BUC	32 RON		
24	HARTIE EKG EDAN SE 1201	3600	300	BUC	25 RON		
25	HARTIE EKG CARDIOVIT AT-102 G2	600	50	BUC	25 RON		
26	Hartie EKG MINDRAY BENEHEART R3	240	20	BUC	5 RON		
27	Hartie EKG pt. Defibrilator Corpuls 3	1200	100	BUC	5 RON		



# SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 156, Cod Postal 300723 Timișoara  
• Cod fiscal 4663448 • Telefon +4 0366 433111 • Fax +4 0256 486956  
• e-mail: judetsan@hosptm.ro • www.hosptm.ro



28	HARTIE PENTRU IMPRIMANTA DEFFIBRILATOR ZOLL-80mm	600	50	BUC	5 RON		
29	PANSAMENT TUBULAR NR.6	120	10	BUC	42 RON		
30	Patura aer cald adult	240	20	BUC	45 RON		
31	Saltea incalzit Transwarmer(nou-nascut)	60	5	BUC	250 RON		
32	SENZOR PULSOXIMETRU NEONAT compatibil cu Corpuls 3	600	50	BUC	75 RON		
33	Seringi 2 ml preheparinate	24000	2000	BUC	5 RON		
34	Set extensie Biegler BW 685	120	10	BUC	17 RON		
35	Trusa cistostomie - set drenaj suprapubian	240	20	SET	119 RON		
36	banda de resuscitare pentru aparat Autopulse	24	2	BUC	1200 RON		

Intocmit:

AS. MED UPU-SMURD-BRANDA JONELA

