

CAIET DE SARCINI NR. 162/09.03.2026

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achiziționarea de **Servicii de intretinere, reparare și verificare de echipamente medicale ATI-Terapie Intensiva.**

**Scopul** prestării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini constă în asigurarea în permanentă a stării de bună funcționare a echipamentelor prin efectuarea lucrărilor de intretinere tehnică la calitatea și cu ritmicitatea necesară pentru a preveni pe cât posibil apariția de defecțiuni accidentale.


## I. Specificații tehnice

### I. PERSONAL CALIFICAT ȘI CERINTE SERVICE

- Se va prezenta Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății sau Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale, conform Legii 176 din 2000-republicată și actualizată, respectiv Legea 95 din 2006-republicată și actualizată. În Aviz se vor regăsi producătorii echipamentelor pe care se vor presta activități de service.
- Se va nominaliza o persoană de contact responsabilă de contract.
- Se va prezenta lista cu personalul calificat pentru intretinerea și repararea echipamentelor și documente din care să rezulte că personalul tehnic este specializat la producător pentru efectuarea lucrărilor de reparare și mentenanță.
- Se va face dovada unui document, de la producător sau de la un distribuitor autorizat al producătorului, care să ateste abilitățile furnizorului de a intretine, repara și verifica tipul de echipament menționat în oferta (diploma de instruire a personalului calificat pentru tipul de echipament pe care se va interveni). Documentele trebuie să fie valide, nu mai vechi de 2 ani.
- Se va prezenta declarație de la producător privind capacitatea de a efectua update de soft, upgrade de soft și operațiuni de re-software.
- La cerere se va asigura instruirea personalului, privind utilizarea și exploatarea echipamentelor de către specialiștii noștri interni.
- Se va face dovada detinerii softului de calibrare și testare pentru ventilatoarele mecanice.
- Se va asigura accesul la suport tehnic pe tot parcursul derulării contractului.

### II. INTERVENȚII ACCIDENTALE:

- Serviciile de reparatii accidentale pentru dispozitivele medicale prevăzute în oferta vor fi în număr nelimitat și vor include prezentarea la sediul beneficiarului pentru constatarea defecțiunilor intervenite și remedierea lor, în termen de 24 ore de la solicitare.
- În cazul în care se vor constata piese defecte ce urmează a se înlocui, acestea se vor menționa în raportul de service aferent intervenției. Raportul de service se va prezenta beneficiarului. Piese defecte se vor comanda și înlocui fără cheltuieli suplimentare ale beneficiarului.



- Cheltuielile de deplasare ale reprezentantului prestatorului sunt suportate de prestator.
- Cheltuielile de update de soft si operatiuni de re-softare sunt incluse in contractul de service.
- Manopera aferenta serviciilor de diagnosticarea defectiunilor si reparatie este inclusa in contractul de service.
- Se va face dovada, pe toata durata derularii contractului, a personalului calificat si instruit pe tipul de echipament pe care intervine.

### III. PIESE DE SCHIMB

- Toate piesele de schimb sunt incluse in contractul de service.
- Atunci cand, cu ocazia interventiilor se constata necesitatea inlocuirii anumitor piese, acest lucru va fi specificat in raportul de service, iar in baza acestuia se vor comanda si inlocui piesele fara cheltuieli suplimentare pentru beneficiar.
- Livrarea pieselor de schimb se va face gratuit la sediul beneficiarului.
- Se vor utiliza numai piese de schimb originale, certificate/omologate si agreeate de producator, corespunzatoare tipurilor de dispozitive medicale pentru care se solicita service.
- Se va prezenta o lista cu piesele de schimb principale aferente fiecarui aparat si durata estimata de inlocuire a pieselor respective.

### DOCUMENTE SPECIFICE CONTRACTULUI DE SERVICE

- Emitere rapoarte de service, avize pentru casare (formulare ale autoritatii contractante) sau documente specifice activitatii de service solicitate de catre beneficiar privind starea aparatelor.
- Se va completa raportul de service dupa fiecare interventie in care se specifica manopera efectuata, piesele de schimb necesare, starea aparatului la sfarsitul interventiei, recomandarile privind utilizarea dispozitivului medical. Fiecare exemplar va fi semnat de catre utilizator.
- Dispozitive si scule necesare activitatii de service (pentru aparate de anestezie, monitoare si ventilatoare):
  - analizor gaz;
  - flowmetru;
  - simulator pacient;
  - manometru digital;
  - analizor electrosecuritate;
  - multimetru digital;
  - software service ventilatoare mecanice Carescape R860;
  - butelie cu gaze de calibrare si regulator;
  - chei dinamometrice, surubelnite si chei diferite dimensiuni.
- Se vor prezenta acte de provenienta si certificate de calibrare (unde este cazul).

#### **Garantia ce va fi acordata este:**

- cea a produsului nou, daca inlocuirea a implicat un intreg element complet al aparatului medical (un modul autonom cu toate componentele sale, mai putin consumabilele/accesoriile, in integritatea sa, fara a necesita interventia tehnica in interiorul acestuia).
- 6 luni pentru piesele/subansamblurile de schimb .



In cazul defectarii reperelor inlocuite, survenite in perioada de garantie a acestora, prestatorul are obligatia de a furniza gratuit piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza.

Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele in vigoare si prescriptiile tehnice ale producatorului aparaturii, astfel incat sa se asigure functionalitatea la parametrii nominali si in conditii de siguranta a aparatelor medicale.

Lot.1:cod CPV 50400000-9

Nr. crt.	Denumire echipament	Cant.	Preț unitar / lună [RON] fără TVA	Valoare / lună [RON] fără TVA	Nr. interventii la cerere/aparat	Timp de raspuns la solicitare
1	Ventilator mecanic Carescape R860	16	722.00	11552.00	nelimitat	24 ore
2	Monitor de funcții vitale B105M	5	72.00	360.00	nelimitat	24 ore
3	Monitor de funcții vitale B125M	7	72.00	504.00	nelimitat	24 ore
4	Monitor de funcții vitale B155M	2	72.00	144.00	nelimitat	24 ore
5	Monitor de funcții vitale B450	1	72.00	72.00	nelimitat	24 ore
6	Monitor de funcții vitale B650	11	72.00	792.00	nelimitat	24 ore
7	Monitor de funcții vitale Carescape ONE	21	72.00	1512.00	nelimitat	24 ore
8	Stație centrală de monitorizare Carescape Central Station MAI 800	1	123.00	123.00	nelimitat	24 ore

Intocmit  
Dr.ing. Alin TOTOREAN

