

CAIET DE SARCINI *NR. 026/09.02.2026*

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achiziționarea de **Servicii de intretinere, reparare si verificare de echipamente medicale Laborator ANATOMIE PATOLOGICA.**

Scopul prestării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini consta in asigurarea in permanenta a starii de buna functionare a echipamentelor prin efectuarea lucrarilor de intretinere tehnica la calitatea si cu ritmicitatea necesara pentru a preveni pe cat posibil aparitia de defectiuni accidentale.

1. Specificatii tehnice

I. PERSONAL CALIFICAT SI CERINTE SERVICE

- Se va prezenta Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății sau Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale, conform Legii 176 din 2000-republicata si actualizata, respectiv Legea 95 din 2006-republicata si actualizata. In Aviz se vor regasi producatorii echipamentelor pe care se vor presta activitati de service.
- Se va nominaliza o persoana de contact responsabila de contract;
- Se va prezenta lista cu personalul calificat pentru intretinerea si reparatia echipamentelor si documente din care sa rezulte ca personalul tehnic este specializat pentru efectuarea lucrarilor de reparatie si mentenanta;
- Se va face dovada unui document care sa ateste abilitatile furnizorului de a intretine, repara si verifica tipul de echipament mentionat in oferta;
- La cerere se va asigura instruirea personalului, privind utilizarea si exploatarea echipamentelor;
- Se va asigura accesul la suport tehnic pe tot parcursul derularii contractului;]


II. REVIZIE TEHNICA-MENTENANTA PREVENTIVA

- se vor efectua verificari functionale ale dispozitivului medical conform recomandarilor date de producator si emiterea unui raport de service/buletin de verificare si vor include dupa caz, dar fara a se limita la operatiunile urmatoare:

Operatiuni de mentenanta preventiva:

- Inspectarea echipamentului
- Operatiuni de intretinere efectuate de catre utilizator
- Inlocuire piese consumabile
- Verificari de functionalitate / performanta
- Verificari de electrosecuritate
- Verificarile de functionalitate se efectueaza anual si dupa fiecare actiune de mentenanta corectiva;

III. INTERVENTII ACCIDENTALE:



- Serviciile de reparatii accidentale pentru dispozitivele medicale prevazute in caietul de sarcini vor fi in numar nelimitat si vor include prezentarea la sediul beneficiarului pentru constatarea defectiunilor intervenite si remedierea lor, in termen de 48 ore de la solicitare.
- In cazul in care se vor constata piese defecte ce urmeaza a se inlocui, acestea se vor mentiona in raportul de service aferent interventiei. Raportul de service se va prezenta beneficiarului. Piese defecte ce urmeaza a se inlocui se vor oferta ulterior si se vor inlocui numai dupa ce beneficiarul va trimite o comanda catre furnizor.
- Se va face dovada, pe toata durata derularii contractului, a personalului calificat si instruit pe tipul de echipament pe care intervine;

IV. PIESE DE SCHIMB

- Piese defecte nu sunt incluse in oferta pentru un contract de service;
- Atunci cand , cu ocazia reviziilor periodice sau a interventiilor se constata necesitatea inlocuirii anumitor piese, acest lucru va fi specificat in raportul de service, iar in baza acestuia va fi elaborata oferta de pret pentru inlocuirea pieselor respective. In baza celor doua documente, achizitorul va aproba ,daca se considera oportun, efectuarea inlocuirii pieselor defecte emitand o comanda catre prestator.
- Livrarea pieselor de schimb se va face gratuit la sediul beneficiarului.
- Se vor utiliza numai piese de schimb originale, certificate/omologate si agreate de producator, corespunzator tipurilor de dispozitive medicale pentru care se solicita service.

DOCUMENTE SPECIFICE CONTRACTULUI DE SERVICE


- Emitere buletine de verificare, rapoarte de service, avize pentru casare (formulare ale autoritatii contractante) sau documente specifice activitatii de service solicitate de catre beneficiar privind starea aparatelor.
- Se va completa raportul de service dupa fiecare interventie in care se specifica manopera efectuata, piesele de schimb necesare, starea aparatului la sfarsitul interventiei, recomandarile privind utilizarea dispozitivului medical. Fiecare exemplar va fi semnat de catre utilizator.
- Scule specifice necesare activitatii de service a aparatelor de laborator;

Garantia ce va fi acordata este:

- cea a produsului nou, daca inlocuirea a implicat un intreg element complet al aparatului medical (un modul autonom cu toate componentele sale, mai putin consumabilele/ accesoriile , in integritatea sa , fara a necesita interventia tehnica in interiorul acestuia).
- 6 luni pentru piesele/subansamblurile de schimb .

In cazul defectarii reperelor inlocuite, survenite in perioada de garantie a acestora , prestatorul are obligatia de a furniza gratuit piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza .

Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele in vigoare si prescriptiile tehnice ale producatorului aparatului , astfel incat sa se asigure functionalitatea la parametrii nominali si in conditii de siguranta a aparatelor medicale.



Lot.1: cod CPV 50421000-2


Nr. Crt	Denumire echipament	Cant.	Nr.revizii pe perioada contractului	Nr. interventii la cerere	Timp de raspuns la solicitare
1	Microtom rotativ manual HM325, SN 21802	1	1/aparat	nelimitat	48
2	Microtom semiautomat rotativ HM340 Thermo, SN 16111994	1	1/aparat	nelimitat	48
3	Statie de includere parafina HISTOSTAR Thermo, SN HS5169A1609 + HS5169B1609	1	1/aparat	nelimitat	48
4	Placa termostataata pentru intindere sectiuni VWR-W10, SN 1235 si 1236	2	1/aparat	nelimitat	48
5	Cuptor de uscare histologica Jeiotech, SN V125122	1	1/aparat	nelimitat	48
6	Termostat pentru parafina histologica IN 110 Memmert, SN D4190994	1	1/aparat	nelimitat	48

Lot.2: cod CPV 50421000-2

Nr. Crt	Denumire echipament	Cant.	Nr.revizii pe perioada contractului	Nr. interventii la cerere/aparat	Timp de raspuns la solicitare
1	Automat de colorare imunohistochimie VENTANA BENCHMARK XT, SN 464314	1	1/aparat	nelimitat	48

Ing. Jieanu Ionel





SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ TIMIȘOARA

Bd. Iosif Bălăușca, Nr.10, 300706 Timișoara • Tel: +4 0359 453111 • Fax: +4 0259 453130
Cod fiscal: 44893440 • Județean • Cluj-Napoca • www.hosp.ro

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001



ESTIMARE

Nr. Crt	Denumire echipament	Cant.	Nr.revizii pe perioada contractului	PRET/REVIZIE RON	TOTAL RON
LOT 1					
1	Microtom rotativ manual HM325, SN 21802	1	1	2.500,00	2.500,00
2	Microtom semiautomat rotativ HM340 Thermo, SN 16111994	1	1	2.500,00	2.500,00
3	Statie de includere parafina HISTOSTAR Thermo, SN HS5169A1609 + HS5169B1609	1	1	2.450,00	2.450,00
4	Placa termostataata pentru intindere sectiuni VWR-W10, SN 1235 si 1236	2	1	550,00	1.100,00
5	Cuptor de uscare histologica Jeiotech, SN V125122	1	1	550,00	550,00
6	Termostat pentru parafina histologica IN 110 Memmert, SN D4190994	1	1	250,00	250,00
				TOTAL	9,350.00
LOT 2					
1	Automat de colorare imunohistochimie VENTAN A- BENCHMARK XT, SN 464314	1	1	6,625.00	6,625.00
				TOTAL	6,625.00