




SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRINZEU” TIMIȘOARA



SECȚIA BLOC OPERATOR 1

Nr. 2026-06-04-104

Prof. Univ. Dr. SANDESC DOREL



CAIET DE SARCINI

PENTRU ACHIZITIE DE PRODUSE PENTRU NEGOCIERE

1 Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

Caietul de sarcini conține, în mod obligatoriu, specificații tehnice. Acestea definesc, după caz și fără a se limita la cele ce urmează, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic de performanță, siguranța în exploatare, dimensiuni, precum și sisteme de asigurare a calității, terminologie, simboluri, teste și metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, condițiile pentru certificarea conformității cu standardele relevante sau altele asemenea.

Caietul de sarcini trebuie să precizeze și instituțiile competente de la care furnizorii, executanții sau prestatorii pot obține informații privind reglementările obligatorii referitoare la protecția muncii, la prevenirea și stingerea incendiilor și la protecția mediului, care trebuie respectate pe parcursul îndeplinirii contractului și care sunt în vigoare la nivel național sau, în mod special, în regiunea ori în localitatea în care se execută lucrările sau se prestează serviciile ori operațiunile de instalare, accesorii furnizării produselor (după caz).

- Protecția muncii : www.securitatea-muncii.ro
- Prevenirea și stingerea incendiilor : www.igsu.ro
- Protecția mediului : www.ampm.ro

În cadrul acestei proceduri, **SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRINZEU”** îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respective Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se considera de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2 Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1 Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timișoara este un spital clinic universitar regional cu personalitate juridică, asigurând îngrijiri medicale populației, acest lucru transformându-l într-un important centru regional de pregătire și formare profesională pentru studenți, medici rezidenți, doctoranzi.

Istoria Spitalului Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timișoara (SCJUPB Timișoara) s-a scris la începutul anilor 70 când prin meritul unor personalități de marcă din viața medicală timișoreana precum Prof. Dr. Pius



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRINZEU” TIMIȘOARA

RODUL CALITĂȚII
CALITATEA ÎNTR-UN CADRU DE
PROTECȚIE ȘI ÎNTR-UN CADRU DE
PROTECȚIE ȘI ÎNTR-UN CADRU DE



Brinzeu, Prof. Dr. Ștefan Gavrilăscu, Conf. Dr. Ion Lighezan și Prof. Dr. Ferdinand Nistor, se aduce în atenția guvernanților de atunci necesitatea stringentă a construirii și în orașul nostru a unei unități medicale moderne.

În anul 2016 Spitalul Clinic Județean de Urgență Timișoara a fost acreditat de către ANMCS, ca urmare a vizitei de evaluare și acreditare, certificând astfel calitatea serviciilor de sănătate și funcționare a spitalului la standardele stabilite de către ANMCS. Spitalul cuprinde în structura sa majoritatea specialităților în secțiile clinice, având un număr de 1174 de paturi pentru îngrijirea continuă și 67 de paturi pentru spitalizarea de zi, distribuite în 23 de secții clinice și 6 compartimente, din care 16 medicale și 13 chirurgicale, dotate cu aparatură medicală de înaltă performanță, personal specializat, fiind accesibil pentru populația din regiunea de vest și sud-vest a țării precum și din întreg teritoriul României. În cadrul SCJUPB Timișoara, pe lângă activitatea medicală, se desfășoară activități de învățământ universitar și post universitar de formare medicală, precum și activități de cercetare științifică medicală.

2.2 Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

În baza referatelor de necesitate emise de Secțiile SCJUPBT privind achiziția de produse, aprobate de ordonatorul de credite și pentru care nu avem încheiate acorduri cadru/ contracte de furnizare, este necesar a se demara procedura legală de achiziție.

2.3 Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Autoritatea contractantă dorește să obțină un acord cadru/contract de furnizare produse la cel mai bun preț din piața și să corespundă calitativ specificațiilor tehnice, astfel va asigura un act medical de calitate, fără sincope în procesul de achiziție.

3 Descrierea produselor solicitate

Produsele solicitate fac parte din categoria :*material sanitar*

3.1 Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Asigurarea: *material sanitar*

**3.2 Produsele solicitate și operațiunile cu titlu accesoriu necesar a fi realizate****3.2.1 Produse solicitate****Locul de livrare: Sediul Autorității Contractante: Bd Liviu Rebreanu 156**

Termen de livrare maxim 30 de zile de la emiterea comenzii

Nr. Lot	Denumire	U.M.	Cantitate necesara lunara	Pret Estimati /buc (fara TVA)	Valoare total estimati	Specificatii Tehnice
						SOLICITAM MOSTRE odata cu depunerea documentatiei
15	Clipuri polimer HemOLock marimi L si XL	Cartus cu 6 clipuri	430	70	30100	- Clipuri chirurgicale non-absorbabile fabricate din polimer, bine tolerate de organism - Fiecare latura sa prezinte pe margine, la capete, cate doua embosari (plusuri de material) ce ofera un plus de securitate, atat in timpul mentinerii clipului in aplicator, cat si dupa inchiderea clipului pe vas (la fel de sigura ca o sutura 2.0) - Pe fiecare latura in interior sa prezinte santur transversale ce previn alunecarea longitudinala a clipului - Cu feed-back tactil la inchidere - Cu minus de material la nivelul unghiului de curbura a clipului pentru asigurarea flexibilitatii clipului, astfel incat in timpul incarcarii in aplicator sa poata fi usor inchis (nu complet) fara sa alunece din aplicator - Cartusele sa prezinte cod de culoare pentru o usoara identificare a dimensiunii clipului - Cartusele sa fie autoadezive pentru fixare din campul operator - Ambalate in seturi (cartuse) de cate 6 clipuri - Clasa III- utilizare in contact direct sistemul circulator central, cu inima si cu sistemul centrul nervos - Compatibile cu robotul DaVinci, conform specificatiilor din cartea tehnica a robotului - Dimensiuni: Medium, Medium/Large, Large ExtraLarge - Cartusele ambalate individual, steril, cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
16	Cateter monoJ 6Ch	buc	40	120	4800	Stent Ureteral monoJ - ambele capete deschise; - confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac; - un singur capat sa fie efilat, celalalt drept - lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm;



						- termen implant pana la 3 luni; - Sterile; Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
17	Cateter monoJ 8Ch	buc	40	150	6000	Stent Ureteral monoJ - ambele capete deschise; - confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac; - un singur capat sa fie efilat, celalat drept - lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm; - termen implant pana la 3 luni; - Sterile; Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
18	Cateter monoJ 8Ch termen lung	buc	20	250	5000	Stent Ureteral mono J - ambele capete deschise; - confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac; - un singur capat sa fie efilat, celalat drept - lungimile cateterelor monoJ sa fie de 70cm; - termen implant minim 6 luni; - Sterile; Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
19	Cateter ureteral	buc	150	65	9750	Cateter de acces ureteral , trecere atraumatica, diferite dimensiuni(5,6, FR), radioopac, varf deschis, 70 cm lungime. Varf drept efilat .Ambalat steril, marcat CE.
20	Accesorii pt endoscopie urologica joasa					
20.1	Ansa rezectie bipolara tip bucla	buc	50	450	22500	Ansa de unica folosinta, sterila, compatibila cu resectoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
20.2	Lama uretrotom Otis (cutit classic drept pt uretrotomie Otis)	buc	2	600	1200	-compatibil cu uretrotomul Otis STORZ, Ambalat individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
20.3	Ansa Rezectie bipolara tip Colings	buc	3	450	1350	De unica folosinta sterila, compatibila cu resectoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
20.4	Ansa bipolară pentru hemostaza tip bila	buc	5	390	1950	De unica folosinta sterila, compatibil cu resectoscopul bipolar STORZ 24Ch si 26Ch , Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
	Valoare acesorii pt endoscopie urologica joasa				27000	



21.	Ace punctie renala	buc	35	100	3500	Ac cu doua componente, 18Gauge cu diametrul exterior de 1.270mm si interior de 0.838mm, lungime de 20cm, cu varf echogenic pentru imbunatatirea vizualizarii ecografice. Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrăriiCertificat CE.
22.	Set Nefrostomie	buc	40	180	7200	Elementele setului: - cateter tip Pigtail din poliuretan radioopac cu clema dimensiuni: 6F 8F 9F 10F 12F 14F (codul de culoare corespunzator dimensiunii) lungime: 45cm cu orificii laterale la nivelul buclei cu varf atraumatic cu marcaje de adancime cu adaptor pt punca de urina - ac introductor in doua parti 18G x 20 cm - arc ghid tip Lunderquist in forma de "J" 0,38 x 100 - dilatatoare radiopace din polipropilena cu manson, cu varf atraumatic, ultimul avand teaca "peel away" - colier de fixare - bisturiu cu lama nr 11 - seringă de 10 ml Luer – Lock - inel de fixare cu banda Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrăriiCertificat CE.
23.	Trusa cistostomie suprapubiana	buc	10	93	930	Setul este destinat pentru efectuarea cistostomiei suprapubiene prin intermediul punctiei. Setul este compus din: -cateter tip Pigtail 45cm (confectionat din poliuretan siliconat) (8, 10, 12, 14F) -ac introductor peel-away (9, 12, 14F) (80-120mm) metalic -inel de fixare -seringa 10 ml -bisturiu -colier fixare Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrăriiCertificat CE.
24.	Sonde Dormia tip N Gage	buc	3	1100	3300	Sonde pentru extragerea calculilor la ureterscopie flexibila 1.7Fr - 2,2Fr, cosulet minim 11mm, lungime 120cm, cos cu 4 fire cu deschidere sub forma ce con , fir si cos din nitinol ce permit revenirea la forma initiala, cos fara varf (tipless). Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrăriiCertificat CE.



25.	Set Stent ureteral termen lung JJ CH 6, 7, 8 lungime 26 cm	buc	35	140	4900	Set Stent Ureteral JJ ce contine un stent ureteral JJ, impingator, fir ghid PTFE sau nitinol cu invelis hidrofilic - Stent ureteral JJ avand: - ambele capete deschise; - confectionat din poliuretan special medical, autostatic, antialergic, gauri laterale, gradat, radioopac, tratat cu substante care reduc riscul de incrustare; - un singur capat sa fie efilat, celalat drept - lungimea cateterelor JJ sa fie de 26cm, grosime 6Ch; - firul ghid din PTFE sau nitinol cu un capat flexibil avand lungime 150cm din care partea flexibila minim 3cm, 0,035" - termen implant minim la 10 luni; - eticheta pacient/fisa/doctor. Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrariiCertificat CE.
26	Accesorii pt truse de laparoscopie Aesculap					
26 ¹	Pensa pentru sigilare vasculara 440m m compatibila cu sistem de sigilare vasculara Aesculap Lektrafuse	buc	20	2150	43000	Uz laparoscopic, diam. 5mm, lungime 440mm, ambalare sterila, 6pense/cutie ; - compresie egala a tesutului pe toata suprafata activa a pensei ; - partea activa a pensei, cea de jos, sa fie prevazuta cu articulatie care sapermita inchiderea incepand de la varf ; - extindere termica laterala de maxim 1mm - pensa sa fie prevazuta cu maner de rotatie la 360 grade si buton deactionare de tip "one touch" - design ergonomic, prevazut cu sistem de mentinere a pensei pe pozitia inchis ; - taierea la rece sa se faca cu lama cu varf tip "V", in momentul actionarii manuale - lungime suprafata sigilare vasculara de 26,5MM - lungime suprafata taiere de 23,5MM - compatibila cu sistem de sigilare vasculara Aesculap Lektrafuse Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrariiCertificat CE.
26 ²	Trocar de unica folosinta pt laparoscopie cu robinet 12-150MM	buc	15	214	3210	TROCAR OPTIC COMPLET CU OBTURATOR, FILETAT, CU ROBINET, DIAMETRU 12MM, LUNGIME 150MM, DE UNICA FOLOSINTA, Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrariiCertificat CE.



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA

• Bulevardul Liviu Rebreanu, Nr. 15B, Cod Postal 300723 Timișoara
• Cod fiscal 4063446 • Telefon +4 0256 433111 • Fax +4 0256 486958
• e-mail: județean@hospit.ro • www.hospit.ro



26 ³	GARNITURA COMPLETA DIN SILICON PENTRU TROCARE DE 10/12MM sterile	buc	10	148	1480	Garnitura completa din silicon pentru trocare de 10 /12 mm sterile de unica folosinta Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
26 ⁴	BALON DILATARE EXTRAPERITONEAL, DIAMETRU 10MM	buc	10	285	2850	Ax transparent si balon la capatul distal pentru dilatare a spatiului extraperitoneal Materiale biocompatibile : ax din PET si balon din silicon Include pompa de mana pentru dilatarea balonului Ambalat steril steril (ax + balon de dilatare + pompa de mana) Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
	Valoare totala Accesorii pt truse de laparoscopie Aesculap				7540	
27	Set de administrare a solutiilor perfuzabile si lavajurologic -2 cai de administrare -cu rotita control debit	buc	150	15	2250	Set urologic de lavaj si irigare vezicala cu rotita control debit in „Y” cu doua ramuri, cu lungimea de 30 cm . cu cleme si sistem tip perfuzor :ace plastic pentru introducere in solutia de irigat si picurator. Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
28	Accesorii electrochirurgie pt electrocautere ValleyLab FT10					
28 ¹	Pensa sigilare vasculara ,laparoscopica, 37 cm, tip Maryland,varf curb,pt ValleyLab	buc	15	2300	34500	Pensa pentru disecție și sigilare vasculara pentru chirurgie laparoscopica , cu urmatoarele caracteristici: sigileaza vase de pana la/inclusiv 7 mm, diametru de 5 mm; lungime de 37 cm, lungime sigiliu 20,3 mm, lungime taiere 18,5 mm, rotirea tijei la 350 de grade, falci texturate cu opritori ceramic, comutare manuală sau prin pedală, dispozitiv de unica folosinta, steril, de unica folosinta,compatibile cu generatoarele ValleyLab versiune de soft instalata 5.0 aflate in dotarea spitalului , conexiune directa cu generatoarele fara utilizarea unor adaptoare sau alte dispozitive ce pot afecta functionarea corecta si rezultatul chirurgical.Dispozitivele oferate trebuie sa fie compatibile cu generatoarele Valleylab FT10 aflate in dotarea spitalului, compatibilitatea urmand a fi dovedita prin document oficial emis de producatorul generatorului, care sa confirme functionarea in conditii de siguranta, fara afectarea performantei si a sistemelor integrate de protectie (monitorizare tisulara, control automat al energiei, REM etc.)
28 ²	Instrument creion monopolar unica folosinta cu 2 butoane	buc	50	22	100	Instrument tip creion monopolar re folosibil, cuplare manuala cu mecanism comutare tip rocker pentru activare mod tăiere și coagulare, cu cablu din silicon și electrod tip lamă re folosibil preatașat, lungime cablu minim 3 m Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate minim 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
28 ³	Cablu reutilizabil pentru electrod neutru 4,5m	buc	1	350	350	Cablu pentru electrozi dublu split, lungime 4,5m-compatible cu ValleyLab



	Valoarea Acesorii electrochirurgie pt electrocautere ValleyLab FT10				34950	
29.	Ureteroscop flexibil unica folosinta	buc	15	2450	36750	Ureteroscop flexibil de unica folosinta Calitatea imaginii foarte buna cu sursa de lumină în interiorul vârfului telescopului- Modul de cameră produce o rezoluție îmbunătățită a imaginii de 400 x 400 pixeli Diametru mic al curbării cu o deflexie maximă 275gr în sus și 275gr în jos Deschiderea campului vizual 100gr Profundimea campului vizual 2-50mm Canal de lucru de 3,6 Fr., Un modul de cameră și două LED-uri, toate încorporate într-un vârf conic de 7,4 Fr Diametru de inserție 8,6 Fr Lungime de lucru de 670mm,flexibil Design ergonomic al manerului, amplasarea optimizată a portului de acces și a cablului de alimentare pentru o manipulare ușoară Două butoane programabile pentru a controla funcționalitățile, de exemplu: luminozitatea, zoom. Posibilitatea de stocare pe sistemul de imagine. Buton de deflexie Mecanism automat de blocare (blocare automată fără acționare vreunui mecanism suplimentar) Ambalat individual steril, valabilitate minim 2 ani de la data livrării Marcaj CE, ambalare și etichetare conform EU-MDD (EU Medical Device Directive) (data fabricației, nr. Lot, data expirare, numele și adresa producătorului, cod produs, etc.), declarație de conformitate, aviz ANMDMR
30.	Teaca de acces ureteral cu aspirație, pt ureteroscopie flexibilă, în Y, cu recipient pt captare calculi	Buc	15	700	10500	- Compusa din teaca externă și mandren cu varf conic (dilatator), recipient pt colectare calculi, tubulatură pt conectarea recipientului - Lungimi 40 cm, 50 cm - Marimi, 11/13 Ch - Teaca având lumenul intern căptușit cu PTFE pentru a facilita introducerea și scoaterea lină a dispozitivului. Construcția cu pereți subțiri oferă lumenul intern mai mare reducând în același timp diametrul exterior. - Tranziție perfectă de la dilatator la teacă, pentru o inserție ușoară. - Teaca are cale laterală cu blocare pentru conectarea recipientului de captare calculi care este conectat prin tub siliconic cu sistemul de aspirație. - Construcția tecii cu capatul proximal flexibil astfel încât : permită deflexia



						- Dilatorul cu lumen central pt introducere pe ghid 0.038" - Ambalata individual, sterila cu termen de valabilitate min 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
31.	Teaca pt abord percutanat al rinichiului (nefroscomie) cu aspiratie, in Y, cu recipient pt captare calculi	buc	5	250	1250	- Compusa din teaca externa si mandren cu varf conic (dilatatator), recipient pt colectare calculi, tubulatura pt conecarea recipientului - Lungimi 15/17/21 cm - Marimi 10, 12, 14, m16, 18, 20, 22 Fr - Teaca are cale 9terile pentru conectarea recipientului de captare calculi care este conectat prin tub siliconic cu sistemul de aspiratie. - Dilatorul cu lumen central pt introducere 9terile 0.038" - Ambalata individual, 9terile cu termen de valabilitate min 2 ani de la momentul livrării Certificat CE.
32.	Fir ghid urologic pentru NLP, TIP AMPATZ	buc	15	135	2025	- fir ghid urologic pentru NLP, TIP AMPATZ, miez rigid din otel inoxidabil, (steel), acoperit PTFE cu varf drept sau curbat, flexibil, moale, hidrofilic, flexibile lungime de 7cm, radioopacitate ridicata, lungime 100cm, diametru 0,035 inch.SAU cu varf curbat, flexibil, moale, hidrofilic, flexibile lungime de 3cm, radioopacitate ridicata, lungime 80cm, diametru 0,035 inch

3.3 Extensibilitate/Modernizare, dacă este cazul

3.3.1 Garanție

Toate produsele trebuiesă fie acoperite de garanție pentru cel puțin perioada solicitată pentru fiecare produs. Perioada de garanție începe de la data receptiei produselor sau în cazul amânării din cauze care nu țin de Contractant, la un interval de 30 zile de la acceptarea produselor. Garanția trebuie sa acopere toate costurile rezultate din remedierea defectelor/deficiențelor în perioada de garanție.

3.3.2 Livrare, ambalare, etichetare, transport si asigurare pe durata transportului

Termenul de livrare este cel menționat pentru fiecare produs în parte. Un produs este considerat livrat când toate



activitățile în cadrul contractului au fost realizate și produsul/echipamentul este instalat, funcționează la parametrii agreeți și este acceptat de Autoritatea/entitatea contractantă.

Produsele vor fi livrate cantitativ și calitativ la locul indicat de Autoritatea /entitatea contractantă pentru fiecare produs în parte. Fiecare produs va fi însoțit de toate subansamblele /părțile component necesare punerii și menținerii în funcțiune.

Contractantul va ambala și eticheta produsele furnizate astfel încât să prevină orice daună sau deteriorare în timpul transportului acestora către destinația stabilită.

Dacă este cazul, ambalajul trebuie prevăzut astfel încât să reziste, fără limitare, manipulării accidentale, expunerii la temperaturi extreme, sării și precipitațiilor din timpul transportului și depozitării în locuri deschise. În stabilirea mărimii și greutății ambalajului Contractantul va lua în considerare, acolo unde este cazul, distant față de destinația finală a produselor furnizate și eventual absența a facilităților de manipulare la punctele de tranzitare.

Transportul și toate costurile asociate sunt în sarcina exclusivă a contractantului. Produsele vor fi asigurate împotriva pierderii sau deteriorării intervenite pe parcursul transportului și cauzate de orice factor extern.

Destinația de livrare este: sediul autorității contractante, respective Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu” Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu 156, jud. Timis.

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreeat al produselor și se consideră că l-a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.4 Atribuțiile și responsabilitățile Părților

Obligațiile principale ale Autorității contractante

Autoritatea contractantă va pune la dispoziția Contractantului, cu promptitudine, orice informații și/sau documente pe care le deține și care pot fi relevante pentru realizarea Contractului. În măsura în care Autoritatea contractantă nu furnizează datele/ informațiile/ documentele solicitate de către Contractant, termenele stabilite în sarcina Contractantului pentru furnizarea produselor se prelungesc în mod corespunzător.

Autoritatea contractantă se obligă să respecte dispozițiile din Caietul de sarcini.


Autoritatea contractantă își asumă răspunderea pentru veridicitatea, corectitudinea și legalitatea datelor/informațiilor/documentelor puse la dispoziția Contractantului în vederea îndeplinirii Contractului.

În acest sens, se prezuma că toate datele/informațiile. Documentele prezentate Contractantului sunt însoțite de către conducătorii unității și/sau de către persoanele în drept având funcție de decizie care au aprobat respectivele documente.

Autoritatea contractantă va colabora, atât cât este posibil, cu Contractantul pentru furnizarea informațiilor pe care acesta din urmă le poate solicita în mod rezonabil pentru realizarea Contractului.

Autoritatea contractantă are obligația să desemneze, în termen de 5 zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Autoritatea Contractantă se obligă să recepționeze produsele furnizate și să certifice conformitatea astfel cum este



prevazut in Caietul sarcini.

Autoritatea Contractanta poate notifica Contractantul cu privire la necesitatea revizuirii/respingerea Produselor. Solicitarea de revizuire/respingere va fi motivata, cu comentarii scrise. Autoritatea contractanta are dreptul de a rezolventa/rezilia contractual atunci cand se respinge produsul livrat, de 2 ori, pe motive de calitate.

Receptia produselor se va realiza conform procedurii prevazute in Caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta se obliga sa plateasca Pretul Contractului catre Contractant, in termen de maximum 60 de zile de la primirea facturii in original la sediul sau s innumai in conditiile Caietului de sarcini.

Contractantul va emite facturariin premia cu documentele justificative in conformitate cu prevederileCaietului de sarcini.

Obligatiileprincipale ale Contractantului

Contractantul va furniza Produsele si isi va indeplini obligatiile in conditiile stabilite prin prezentul Contract, cu respectarea prevederilor documentatiei de atribuire si a ofertei in baza care iai-a fost adjudecat contractul.

Contractantul va furniza Produsele cu atentie, eficienta si diligenta, cu respectarea dispozitiile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

Contractantul se obliga sa depuna garantia de buna executie in termen de maxim 5 zile lucratoare de la semnarea contractului de ambele parti.

Contractantul va respecta toate prevederile legale in vigoarein Romania si se va asigura ca si Personalul sau, implicat in Contract, va respecta prevederile legale, aprobarile si standardele tehnice, profesionale si de calitate in vigoare.

In cazul in care Contractantul este o asociere alcatuita din doi sau mai multi operatori economici, toti acestia vor fi tinuti solidar responsabili de indeplinirea obligatiilor din Contract.

Partile vor colabora, pentru furnizarea de informatii pe care ie pot solicita in mod rezonabil intre ele pentru realizarea Contractului.

Contractantul va adopta toate masurile necesare pentru a asigura, in mod continuu, personalul, echipamentele si suportul necesare pentru indeplinirea in mod eficient a obligatiilor asumate prin Contract.

Contractantul are obligatia de a desemna, in termen de 5 (cinci) zile de la semnarea contractului, persoana de contact.

Contractantul se obliga sa emita facturi aferenta produselor furnizate prin prezentul Contract numai dupa aprobarea/receptia produselor in conditiile din Caietul de sarcini.

Contractantul este pe deplin responsabil pentru furnizarea produselor in conditiile Caietului de sarcini, in conformitate cu propunerea sa tehnica. Totodata, este raspunzatorat de siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de prestare, cat si de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

Contractantul nu poate fi considerat raspunzator pentru incalcarea de catre Autoritatea Contractantasa il de catre orice alta persoana a reglementarilor aplicabile in ceea ce priveste modul de utilizare a Produselor.



4 Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsul

Documentațiile pe care Contractantul trebuie să le livreze Autorității/entității contractante în cadrul contractului sunt:

certificatul de calitate și garanție; declarația de conformitate; avizul de expediție a produsului; documentația de utilizare (*daca este cazul*) ; raport privind testarea (*daca este cazul*) .

5 Recepția produselor

Recepția produselor se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea /entitatea contractantă. Recepția produselor se va realiza după livrare a produselor în cantitatea și calitatea solicitată la locația indicată de Autoritatea contractantă: SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timișoara, jud. Timiș.

6 Modalități și condiții de plată

Contractantul va emite facturi pentru produsele livrate. Fiecare factură va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Facturile vor fi trimise în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă :SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ „PIUS BRÎNZEU” TIMIȘOARA, Bv. Liviu Rebreanu nr. 156, Timișoara, jud. Timiș

Factura va fi emisă după semnarea de către Autoritatea /entitatea contractantă a procesului verbal de recepție calitativă, acceptat, după livrare, instalare și punere în funcțiune. Procesul verbal de recepție calitativă va însoți facturile și reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- a) certificatul de calitate și garanție;
- b) declarația de conformitate;
- c) avizul de expediție a produsului;
- d) procesul verbal de recepție cantitativă;
- e) documentația de utilizare (*daca este cazul*) ;
- f) raport privind testarea (*daca este cazul*) ;

Plățile în favoarea Contractantului pentru operațiunile cu titlu accesoriu care vor fi efectuate în perioada post garanție (ex. operațiuni de mentenanță corectivă, piese de schimb, etc) având ca referință costul și condițiile de plată agreeate de părți în cadrul contractului.

Plățile în favoarea Contractantului se vor efectua în termen de 60 de zile de la data emiterii facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

7 Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv conform prevederilor art. 51 din Legea nr. 98/2016. (Actele normative și standardele indicate sunt considerate indicative și nelimitative) .

Ofertantii vor indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social și al relațiilor în muncă .



8 Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului,

În conformitate cu clauzele contractuale atașate documentației de atribuire .

9 DISPOZIȚII FINALE

Prin depunerea unei oferte, ofertantul acceptă în prealabil condiții generale și particulare care guvernează această procedură de atribuire ca singură bază a acesteia, indiferent care sunt condițiile proprii de vânzare ale ofertantului. Ofertantii au obligația de a analiza cu atenție Documentația de Atribuire și de a pregăti oferta conform tuturor instrucțiunilor, formularelor, prevederilor contractuale și specificațiilor tehnice conținute în aceasta. Eșecul de a depune o ofertă care să conțină toate informațiile cerute, în termenul prevăzut, va duce la respingerea ofertei.

Nici un cost suportat de operatorul economic pentru pregătirea și depunerea ofertei nu va fi rambursat. Toate aceste costuri vor fi suportate de către operatorul economic ofertant, indiferent de rezultatul procedurii.

Prevederile prezentului caiet de sarcini sunt minimale, în sensul că cerințele tehnice solicitate reprezintă un minimul de parametri tehnici care trebuie îndepliniți de produsele oferite.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de „sau echivalent”.

Orice ofertă care se abate de la prevederile caietului de sarcini va fi luată în considerare în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din prezentul caiet de sarcini.

Ofertarea de produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu îndeplinesc toate caracteristicile tehnice minime solicitate atrage respingerea ofertei în condițiile egale.

Modul de prezentare a propunerii tehnice și financiare se va face conform documentației de atribuire.

Documentația tehnică aferentă ofertei va conține, atât documentația originală, cât și traducerea documentației tehnice originale în limba română, dacă este cazul.

Întocmit:

Asistent medical sef Crasovan / Claudia Lucia

