

CAIET DE SARCINI

LOT 1,2

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea de **Servicii de reparare aparate ATI – injectomate si infuzomate**

Scopul prestarii serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini consta in asigurarea in permanenta a starii de buna functionare a echipamentelor prin efectuarea lucrarilor de reparatie a echipamentelor din dotarea sectiei ATI.

Specificatii tehnice

I. PERSONAL CALIFICAT SI CERINTE SERVICE


- Se va prezenta Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății sau Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale, conform Legii 176 din 2000-republicata si actualizata, respectiv Legea 95 din 2006-republicata si actualizata. In Aviz se vor regasi producatorii echipamentelor pe care se vor presta activitati de service.
- Se va prezenta lista cu personalul calificat pentru reparatia echipamentelor si documente din care sa rezulte ca personalul tehnic este specializat la producator pentru efectuarea lucrarilor de reparatie si mentenanta.
- Se va face dovada unui document, de la producator sau de la un distribuitor autorizat al producatorului, care sa ateste abilitatile furnizorului de a repara si verifica tipul de echipament mentionat in oferta (diploma de instruire a personalului calificat pentru tipul de echipament pe care se va interveni). Documentele trebuie sa fie valide, nu mai vechi de 2 ani.
- Se va asigura accesul la suport tehnic pe tot parcursul desfasurarii reparatiei.

II. INTERVENTIE SERVICE:

- Echipamentele defecte pentru care se solicita interventie service sunt:

Nr.crt.	Denumire aparat	Caracteristici aparat	Cantitatea
1	Injectomate si infuzomate		
1.1	Injectomate	Model: Perfusor Space	34
1.2	Infuzomate	Model: Infusomat Space	12
2	Injectomate si infuzomate		
2.1	Injectomate	Model: AGILIA	4
2.2	Infuzomate	Model: AGILIA	3

- Cheltuielile de deplasare ale reprezentantului prestatorului sunt suportate de prestator.
- Interventia service include piesele de schimb si manopera.
- Se va face dovada, pe toata durata derularii reparatiei, a personalului calificat si instruit pe tipul de echipament pe care intervine.
- Interventia service va include, dar fara a se limita la operatiunile urmatoare, dupa caz: demontare, diagnosticare, inlocuire piese defecte, calibrare, efectuare teste finale si calitative, ansamblare.

**III. PIESE DE SCHIMB**

- Se vor utiliza numai piese de schimb originale, certificate/omologate și agreeate de producător, corespunzătoare tipurilor de dispozitive medicale pentru care se solicită intervenție service.
- Prestatorul va face dovada posibilității de achiziție a pieselor de schimb.

DOCUMENTE SPECIFICE INTERVENȚIEI SERVICE

- Emitere rapoarte de service sau documente specifice activității de service solicitate de către beneficiar privind starea aparatelor.
- Se va completa raportul de service în care se specifică manopera efectuată, piesele de schimb necesare și înlocuite, starea aparatului la sfârșitul intervenției, recomandările privind utilizarea dispozitivului medical. Fiecare exemplar va fi semnat de către utilizator.
- Dispozitive și scule necesare activității de service:
 - Chei și șurubelnițe;
 - Aparate de măsură și control.
- Se vor prezenta acte de proveniență și certificate de calibrare (unde este cazul).

Garantia ce va fi acordată este:

- cea a produsului nou, dacă înlocuirea a implicat un întreg element complet al aparatului medical (un modul autonom cu toate componentele sale, mai puțin consumabilele/accesoriile, în integritatea sa, fără a necesita intervenția tehnică în interiorul acestuia).
- 6 luni pentru piesele/subansamblurile de schimb.

În cazul defectării reperelor înlocuite, survenite în perioada de garanție a acestora, prestatorul are obligația de a furniza gratuit piesele de schimb și subansamblurile care se defectează.

Serviciile prestate vor respecta standardele în vigoare și prescripțiile tehnice ale producătorului aparaturii, astfel încât să se asigure funcționalitatea la parametri nominali și în condiții de siguranță a aparatelor medicale.

Lot.1:cod (

Nr. crt.	Denumire	Cant.	Preț unitar [RON] fără TVA	Preț [RON] fără TVA
1	Reparație 34 injectomate Perfusor Space și 12 infuzomate Infusomat Space cu piese incluse	1	196507.41	196507.41

Lot.2:c

Nr. crt.	Denumire	Cant.	Preț unitar [RON] fără TVA	Preț [RON] fără TVA
	Reparație 4 injectomate Agilia și 3 infuzomate Agilia cu piese incluse	1	9343.62	9343.62

**CAIET DE SARCINI**

Lot 3,4

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achizitionarea de **Servicii de reparare aparate ATI – videoendoscoape flexibile de intubatie**

Scopul prestarii serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini consta in asigurarea in permanenta a starii de buna functionare a echipamentelor prin efectuarea lucrarilor de reparatie a echipamentelor din dotarea sectiei ATI.

Specificatii tehnice**I. PERSONAL CALIFICAT SI CERINTE SERVICE**

- Se va prezenta Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății sau Agenția Națională a Medicamentului si a Dispozitivelor medicale, conform Legii 176 din 2000-republicata si actualizata, respectiv Legea 95 din 2006-republicata si actualizata. In Aviz se vor regasi producatorii echipamentelor pe care se vor presta activitati de service.
- Se va prezenta lista cu personalul calificat pentru reparatia echipamentelor si documente din care sa rezulte ca personalul tehnic este specializat la producator pentru efectuarea lucrarilor de reparatie si mentenanta.
- Se va face dovada unui document, de la producator sau de la un distribuitor autorizat al producatorului, care sa ateste abilitatile furnizorului de a repara si verifica tipul de echipament mentionat in oferta (diploma de instruire a personalului calificat pentru tipul de echipament pe care se va interveni). Documentele trebuie sa fie valide, nu mai vechi de 2 ani.
- Se va asigura accesul la suport tehnic pe tot parcursul desfasurarii reparatiei.

II. INTERVENTIE SERVICE:

- Echipamentele defecte pentru care se solicita interventie service sunt:

Nr. crt.	Denumire aparat	Caracteristici aparat	Cantitatea
1	Videoendoscop flexibil de intubație 4x65	Tehnologie CMOS, cu canal de lucru, angulare sus/jos 140°/140°, unghi de vizualizare 100°, lungime de lucru 65 cm, lungime totală 93 cm, diametru canal interior 1.5 mm, diametru exterior 5.5 mm.	1
2	Videoendoscop flexibil de intubație 5.5x65	Tehnologie CMOS, cu canal de lucru, angulare sus/jos 140°/140°, unghi de vizualizare 100°, lungime de lucru 65 cm, lungime totală 94 cm, diametru canal interior 2.1 mm, diametru exterior 5.5 mm.	1

- Cheltuielile de deplasare ale reprezentantului prestatorului sunt suportate de prestator.
- Interventia service include piesele de schimb si manopera.
- Se va face dovada, pe toata durata derularii reparatiei, a personalului calificat si instruit pe tipul de echipament pe care intervine.



- Interventia service va include, dar fara a se limita la operatiunile urmatoare, dupa caz: demontarea videoendoscopului, inlocuire ansamblu teaca externa, inlocuire placa electronica, inlocuire ansamblu de angulare, inlocuire luer, inlocuire conector Y, inlocuire piulita de intrare canal, inlocuire carcasa, inlocuire sistem vertebre, efectuare teste finale si calitative, ansamblarea videoendoscopului.

IV. PIESE DE SCHIMB

- Se vor utiliza numai piese de schimb originale, certificate/omologate si agreeate de producator, corespunzatoare tipurilor de dispozitive medicale pentru care se solicita interventie service.
- Prestatorul va face dovada posibilității de achiziție a pieselor de schimb.

DOCUMENTE SPECIFICE INTERVENTIEI SERVICE

- Emitere rapoarte de service sau documente specifice activitatii de service solicitate de catre beneficiar privind starea aparatelor.
- Se va completa raportul de service in care se specifica manopera efectuata, piesele de schimb necesare si inlocuite, starea aparatului la sfarsitul interventiei, recomandari privind utilizarea dispozitivului medical. Fiecare exemplar va fi semnat de catre utilizator.
- Dispozitive si scule necesare activitatii de service:
 - Chei și șurubelnițe;
 - Aparate de masura si control.
- Se vor prezenta acte de provenienta si certificate de calibrare (unde este cazul).

Garantia ce va fi acordata este:


- cea a produsului nou, daca inlocuirea a implicat un intreg element complet al aparatului medical (un modul autonom cu toate componentele sale, mai putin consumabilele/accesoriile, in integritatea sa, fara a necesita interventia tehnica in interiorul acestuia).
- 6 luni pentru piesele/subansamblurile de schimb .

In cazul defectarii reperelor inlocuite, survenite in perioada de garantie a acestora , prestatorul are obligatia de a furniza gratuit piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza .

Serviciile prestate vor respecta standardele in vigoare si prescriptiile tehnice ale producatorului aparaturii, astfel incat sa se asigure functionalitatea la parametrii nominali si in conditii de siguranta a aparatelor medicale.

Lot 3,4

Nr. LOT	Denumire echipament	Cant.	Preț unitar [RON] fără TVA	Preț [RON] fără TVA
3	Reparare videoendoscop flexibil de intubație 4x65	1	31757.00	31757.00
4	Reparare videoendoscop flexibil de intubație 5.5x65	1	24531.60	24531.60



CAIET DE SARCINI

LOT 5

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru achiziționarea de **Servicii de reparare injectomate Ortopedie.**

Scopul prestării serviciilor solicitate prin prezentul caiet de sarcini consta în asigurarea stării de bună funcționare a echipamentelor.

1. Specificatii tehnice

I. PERSONAL CALIFICAT SI CERINTE SERVICE

- Se va prezenta Aviz de funcționare emis de Ministerul Sănătății sau Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor medicale, conform Legii 176 din 2000-republicată și actualizată, respectiv Legea 95 din 2006-republicată și actualizată. În Aviz se vor regăsi producătorii echipamentelor pe care se vor presta activități de service.
- Se va nominaliza o persoană de contact responsabilă de contract;
- Se va prezenta lista cu personalul calificat pentru întreținerea și repararea echipamentelor și documente din care să rezulte că personalul tehnic este specializat pentru efectuarea lucrărilor de reparație și mentenanță;
- La cerere se va asigura instruirea personalului, privind utilizarea și exploatarea echipamentelor;
- Se va asigura accesul la suport tehnic pe tot parcursul derulării contractului;]

II. REVIZIE TEHNICA

- se vor efectua verificări funcționale ale dispozitivului medical conform recomandărilor date de producător și emiterea unui raport de buletin de verificare


III. PIESE DE SCHIMB

- În raportul de service pentru reparare vor fi specificate piesele de schimb utilizate în scopul stabilirii garanției;
- Se vor utiliza numai piese de schimb originale, certificate/omologate și agree de producător, corespunzător tipurilor de dispozitive medicale pentru care se solicită service.

DOCUMENTE SPECIFICE CONTRACTULUI DE SERVICE

Garantia ce va fi acordată este:

- cea a produsului nou, dacă înlocuirea a implicat un întreg element complet al aparatului medical (un modul autonom cu toate componentele sale, mai puțin consumabilele/ accesoriile, în integritatea sa, fără a necesita intervenția tehnică în interiorul acestuia).



SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ TIMISOARA

Bd. Iosif Bulbuca, Nr 10, 300736 Timișoara • Tel. +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
Cod fiscal 4663443 • judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001



- 6 luni pentru piesele/subansamblurile de schimb .


In cazul defectarii reperelor inlocuite, survenite in perioada de garantie a acestora, prestatorul are obligatia de a furniza gratuit piesele de schimb si subansamblurile care se defecteaza .

Serviciile prestate in baza contractului vor respecta standardele in vigoare si prescriptiile tehnice ale producatorului aparaturii , astfel incat sa se asigure functionalitatea la parametrii nominali si in conditii de siguranta a aparatelor medicale.

Lot 5 :

Nr. Crt.	Denumire echipament	Can t.	Nr. interventii
1	INJECTOMAT PERFUZOR SPACE	1	1





SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENTĂ TIMISOARA


Bd. Iosif Bulbuca, Nr 10, 300736 Timișoara • Tel. +4 0356 433111 • Fax +4 0256 486956
Cod fiscal 4663448 • judetean@hosptm.ro • www.hosptm.ro

ISO 9001
ISO 14001
ISO 18001



ESTIMARE

Nr. Crt	Denumire echipament	Cant.	Nr.INTERVEN TII	PRET/REVIZIE RON	TOTAL RON
	LOT 5				
1	INJECTOMAT PERFUZOR SPACE	1	1 /aparat	4.000,00	4.000,00



ANEXĂ CAIET DE SARCINI
Servicii de reparare echipamente medicale

Nr. lot	Denumire	U.M.	P.U. estimat	Valoare estimată, exclusiv TVA
Lot 1 - Servicii reparare INJECTOMATE ȘI INFUZOMATE SPACE				
1.1	Servicii de reparare 34 injectomate Perfusor Space și 12 infuzomate Infusomat Space cu piese incluse	Pachet	196.507,41	196.507,41
VALOARE TOTALĂ APROXIMATIVĂ LOT 1 =				196.507,41
Lot 2 - Servicii reparare INJECTOMATE ȘI INFUZOMATE AGILIA				
2.1	Servicii de reparare 4 injectomate Agilia și 3 infuzomate Agilia cu piese incluse	Pachet	9.343,62	9.343,62
VALOARE TOTALĂ APROXIMATIVĂ LOT 2 =				9.343,62
Lot 3 - Servicii reparare VIDEOENDOSCOP 4 x 65				
3.1	Servicii de reparare videoendoscop flexibil de intubație 4 x 65	Buc.	31.757,00	31.757,00
VALOARE TOTALĂ APROXIMATIVĂ LOT 3 =				31.757,00
Lot 4 - Servicii reparare VIDEOENDOSCOP 5,5 x 65				
4.1	Servicii de reparare videoendoscop flexibil de intubație 5,5 x 65	Buc.	24.531,60	24.531,60
VALOARE TOTALĂ APROXIMATIVĂ LOT 4 =				24.531,60
Lot 5 - Servicii reparare INJECTOMAT PERFUZOR SPACE (Ortopedie I)				
5.1	Servicii de reparare injectomat perfuzor Space (Ortopedie I)	Buc.	4.000,00	4.000,00
VALOARE TOTALĂ APROXIMATIVĂ LOT 5 =				4.000,00